

Kraków, dnia 12.04.2023r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I**  
**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-06/23**

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 135 ust. 2 w zw. z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r., poz. 1710) dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **sukcesywne dostawy materiałów do pobierania i analityki krwi oraz jej składników** – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Załącznika nr 3 ‘Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1: „Do każdej serii dostarczonych elementów wym. w poz. 1.1 – 1.10. oraz 1.11. wykonawca winien dołączyć certyfikat jakości wydany przez producenta.’: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatu jakości do każdej serii w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określonego numeru katalogowego oraz nr LOT? Dostawy towaru są realizowane bezpośrednio z zagranicy, więc nie ma możliwości dołączenia wymaganych certyfikatów do dostawy.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia certyfikatu jakości dla każdej serii, jeżeli wykonawca udostępni platformę z której zamawiający będzie mógł nieodpłatnie pobrać certyfikaty dla określonego numeru katalogowego oraz LOT.**

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Załącznika nr 3 ‘Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 oraz Formularza oferty: Czy Zamawiający dopuści termin ważności dla próbek do koagulologii z pozycji 1.3, wynoszący 2 miesiące, zaś dla pozostałych próbek z pozycji 1.1-1.10, wynoszący 6 miesięcy, zaś dla igieł i uchwytów z pozycji nr 1.11 -1.13 - 12 miesięcy?.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.**

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy § 5 ust. 6a) Wzoru Umowy dla Zadania nr 1: Prosimy o zmniejszenie kary za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy – z wysokości 0.5% do wysokości 0.2% wartości brutto niezrealizowanego Przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona odpowiedniej modyfikacji treści Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy § 5 ust. 6b) Wzoru Umowy dla Zadania nr 1: Prosimy o zmniejszenie kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – z wysokości 0,5% do wysokości 0.2% wartości brutto wadliwego Przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona odpowiedniej modyfikacji treści Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy § 5 ust. 6c) Wzoru Umowy dla Zadania nr 1: Prosimy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy–o zmniejszenie kary z wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto do wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy § 5 ust. 6c) Wzoru Umowy dla Zadania nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę naliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona odpowiedniej modyfikacji treści Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek z PS (przeźroczystych) czy z PP (matowych)?.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania próbek przeźroczystych.**

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek pustych okrągłodennych bez korka o wymiarach 16mmx100mm o pojemności całkowitej 11 ml i użytkowej 10 ml, bez obrzeża i bez znaczników?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.**

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek pustych szklanych okrągłodennych o wymiarach 12mmx100mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.**

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pipetek Pasteura o długości 155 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie probówek o długości 155 mm z końcówką kapilarną.**

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Zadania nr 1. Dot. Załącznik nr 3 – Kalkulacja Cenowa - Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1: Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1.1 – 1.8 również probówek z zamknięciem zakręcanym. Zamknięcie zakręcane jest bezpieczniejsze dla użytkowników systemu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Zadania nr 1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanej w pozycji 1.7 probówki o objętości 8 ml z K2EDTA i żelazem separującym i wymiarach 16 x 100 z papierową etykietą. Probówka ta jest produktem wykorzystywanym w wielu RCKiK i brak przezroczystej etykiety nie obniża jej funkcjonalności. Posiada ona dużo wolnej przezroczystej powierzchni, która pozwala na wygodną obserwację materiału. Obserwacja jest łatwiejsza, z powodu wysokości i średnicy probówki, niż w przypadku probówek z pozycji nr 1, gdzie Zamawiający oczekuje papierowej etykiety.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie probówek z papierowymi etykietami.**

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy Zadania nr 1. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1.11 wysokiej jakości igieł motylkowych z łatwo aktywowanym, jednym szybkim ruchem ręki, zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Rozwiązanie to zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, a jest dostępne u większej liczby dostawców.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy Zadania nr 1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pozycji nr 1.10. oczekuje probówki bez dodatków, czy z aktywatorem wykrzepiania? Jeżeli bez dodatków, prosimy o dopuszczenie tutaj probówki o obj. 9 ml z białym korkiem. Jeżeli z aktywatorem wykrzepiania, o dopuszczenie probówki o obj. 9 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania probówek z aktywatorem wykrzepiania i dopuszcza probówki o pojemności 9 ml.**

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy Zadania nr 1. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1.9. probówki z heparyną sodową o obj. 6 ml i wymiarach 13 x 100 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania probówek o pojemności 4-5 ml.**

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy Zadania nr 1. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/O- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 137 ust. 1 ustawy modyfikuje SWZ w następującym zakresie:

W Załączniku nr 1 do SWZ:

W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Zamówienia, o których mowa w ust. 1 powyżej winny zawierać co najmniej następujące dane:

- a. Nazwę i adres Wykonawcy,
- b. Nazwę i adres Zamawiającego,
- c. Numer umowy,
- d. Nazwę i ilość zamawianych produktów,
- e. Charakter zamówienia (zamówienia zwykłe lub pilne).”

W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Za wykonanie całego Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (tj. wraz z .....% podatkiem VAT) w wysokości: ..... zł, (słownie: ..... złotych 00/100) netto: ..... zł.”

W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca odpowiada za stan ilościowy i jakościowy Przedmiotu umowy i udziela Zamawiającemu ..... miesięcznej gwarancji na dostarczony Przedmiot umowy.”

W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega także prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:

- a. niedotrzymania warunków umowy, w tym zwłoki w dostawie Przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad dostawy,
- b. działania na szkodę lub w sposób naruszający interes Zamawiającego,
- c. innego rodzaju rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym,”

W § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego Przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;
- b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego Przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;
- c. w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;”

W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W związku z tym, że umowa obejmuje dostawy świadczone przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Zamawiający wprowadza postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie usług, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.”

W § 7 skreśla się ust. 9.

Z up.

mgr Robert Kochański  
Specjalista ds. zamówień publicznych  
RCKiK w Krakowie