

Konin, 30.12.2024r.

WSZ-EP-58/1458/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów do sterylizacji” (nr sprawy: WSZ-EP-58/2024).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Czy Zamawiający w pakiecie 10 w wymaganiach technicznych ma na myśli dodatkowy inkubator?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 10 w wymaganiach technicznych nie wymaga dodatkowego inkubatora.

Zamawiający w wymaganiach technicznych wykreśla „+” przy zdaniu: „ Inkubator przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej.”

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowocenowy w pakiecie nr 10.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w pakiecie 10 wymogu kompatybilności dotyczącej zaoferowanych testów do autoczytników będących na wyposażeniu Zamawiającego, tj. 3M™ Attest™ 490?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 10 wymaga, aby ampułkowe testy biologiczne były kompatybilne z inkubatorem 3M Attest „Auto – reader 490”, który znajduje się w Centralnej Sterylizatorni.

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowocenowy w pakiecie nr 10.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: R. Janik
DZP tel. (63) 240-41-33