

Wejherowo, dnia 24.01.2022 r.

D.25C/250/70/2022

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”** znak: D25C/251/N/33-83rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**432. Zapytanie Wykonawcy:**  
dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ  
ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE  
dot. pkt. 74

Wnosimy o przywrócenie opisu wymaganych parametrów ww. punktu w wersji wg modyfikacji z dnia 14 stycznia 2022 r. lub alternatywnie o zmianę zapisu wprowadzonego dnia 20 stycznia 2022 r. tak by otrzymał on brzmienie:

„(...) *lub*

*zestaw do operacji kręgosłupa składający się z płyty karbonowej montowanej jako element blatu o długości min.: ~~1800 mm~~ umożliwiający prześwietlenie w zakresie 360° na długości min. : 1200 mm (+/- 100 mm), nakładki na blat przeziernej umożliwiającej ręczną, bardzo precyzyjną regulację wypiętrzenia kręgosłupa”*

Obecna wersja zapisu (po zmianach wprowadzonych dn. 20 stycznia br.) ograniczyła istotnie konkurencję w postępowaniu uniemożliwiając złożenie oferty większości potencjalnym Wykonawcom, w tym pytającemu, co narusza zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji.

Minimalna całkowita długość wskazanego elementu blatu jest wartością nieistotną z użytkowego punktu widzenia, za to promuje tylko jednego producenta stołów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**


Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytanie dokonuje zmiany zapisu punktu 74.

W załączeniu ujednoliconą wersję Załącznika nr 8 do SWZ uwzględniającą wszystkie wprowadzone zmiany - dostępna na stronie internetowej Zamawiającego [www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie](http://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie).

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

  
Marzena Magulska

znak: D25C/251/N/33-83rj/21