



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 27.05.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 16/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

1. Zadanie 4, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chwytaka o średnicy osłonki 2,4mm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
2. Zadanie 4, poz. 2, 3. Czy Zamawiający dopuści kleszcze pokryte PE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
3. Zadanie 4, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zaworów jednorazowych do aparatów endoskopowych Pentax z odpowiednim przeliczeniem? Jeśli Zamawiający wyraża zgodę - prosimy o podanie wymaganej liczby sztuk zaworów jednorazowych.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający zwraca uwagę, że niniejsze pytanie dotyczy zadania nr 5
4. Zadanie 4, poz. 4. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania, co przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne dla Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ i wydziela poz. 4 do osobnego zadania. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ. Załącznik po modyfikacji zamieszczony został na platformie zakupowej.
5. Zadanie 6, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazowego użytku z klipsem załadowanym do zestawu o średnicy 2,6mm, o rozwarciu ramion klipsa 11mm oraz 16mm (do wyboru Zamawiającego), z możliwością wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjenta z zaaplikowanym klipsem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82