




**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gryficach**
ul. Niechorska 27
72 - 300 Gryfice




Nasz znak
SPZZOZ/55/1/20

Data
Gryfice 2020-11-09




Sprawa dotyczy:

Przetarg nieograniczony 55/20 na: „Dostawę zestawów narzędziowych na potrzeby bloku operacyjnego dla SPZZOZ w Gryficach”



Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:



1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:

2. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 oraz za uchybienie terminowi usunięcia usterek objętych gwarancją i rękojmią Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:

- przy zwłoce do 5 dni w wysokości 0,2 % wartości **brutto niezrealizowanej części zamówienia** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia ;**

- przy zwłoce powyżej 5 dni w wysokości 0,5 % wartości **brutto niezrealizowanej części zamówienia** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia ;**

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 4 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadzi powyższy termin do umowy.

- Pakiet nr 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości,



hak 120x50 mm, dł. 260 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 45x75 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 1, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka dł. 280 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 1, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 1, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 1, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki GROSS MAIER dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kosz wym. 400x250x70 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 2, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki GROSS MAIER dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 2, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżeczka dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.





ODP. Zamawiający dopuszcza.





- Pakiet nr 2, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 2, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.





- Pakiet nr 2, poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 2, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 2, poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki STANDARD dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Nie dotyczy.

- Pakiet nr 2, poz. 21: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kosz wym. 240x250x70 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 7, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 38x28 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 7, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 45x75 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 7, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki GROSS MAIER dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 7, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 7, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, zacisk dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 7, poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki PEAN, pozostałe parametry bez zmian.




ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 7, poz. 21: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki STANDARD dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 7, poz. 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.





ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 7, poz. 26: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 7, poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kosz wym. 400x250x70 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1-zestaw do cięcia cesarskiego

Poz.1) Hak o wym. łopatki 120x50mm i dł. 260mm, funkcjonalnie identyczny.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.2) Hak o wym. łopatki 45x75mm i dł. 255mm, funkcjonalnie identyczny.

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.3) Łyżka o szer. łyżki górnej 60mm i dł. 280mm, funkcjonalnie identyczna.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Poz.4) Skrobaczka o szer. 40mm i dł. 350mm, funkcjonalnie identyczna.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Poz.11) Kleszczyki o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Poz.12) Imadło o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Poz.15) Nożyczki nieutwardzane, funkcjonalnie identyczne lub nożyczki SIMS utwardzane, złote ucha, dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.18) Kleszczyki o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Poz.20) Kosz perforowany z pokrywą o wym. 250x259x84mm lub 546x259x84mm lub kosz siatkowy, drucziany o wym. 405x245x70mm lub 410x250x70mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2-zestaw drobny

Poz.4) Hak Volkmann o dł. 210mm, funkcjonalnie identyczny lub hak Kocher o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.6) Hak o wym. cz.rob. 9x9mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.7) Kleszczyki o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zamawiający dopuszcza.





Poz.8) Łyżeczka o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Poz.12) Kleszczyki o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zgodnie z SIWZ.





Poz.14) Kleszczyki o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.15) Kleszczyki o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.18) Nożyczki o dł. 150mm lub 180mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.21) Kosz perforowany z pokrywą o wym. 250x259x84mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4-Narzędzia do hysterotomii

Poz.1) Zacisk o dł. 255mm, funkcjonalnie identyczny.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.4) Świder o dł. 140mm i śr. 28mm, funkcjonalnie identyczny.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 5-zestaw do operacji kręgosłupa

Poz.5) Rozpieracz tępy, funkcjonalnie identyczny.

Poz.6) Haczyk 4mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.8) Haczyk 8mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.9) Z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji.

Poz.9) Haczyk 8mm zamiast 11mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.10) Kleszczyki o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.11,12,13,14) Kerrison odgięty pod kątem 40°-odpowiednikkąta 130°(liczony od wewnątrz a nie od zewnątrz), identyczny z wymaganiem.

Poz.15) Dysektor o dł. 250mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.24) Kleszczyki o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.26,27) Imadło o nazwie własnej Crile-Wood, identyczne z wymaganiem.

Poz.31) Raspator o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.34,35) Łyżeczka o dł. 230mm, fig. #00, funkcjonalnie identyczna.

Poz.36) Łyżeczka o dł. 230mm, fig.#0, funkcjonalnie identyczna.

Poz.37) Łyżeczka o dł. 230mm, fig.#1, funkcjonalnie identyczna.Poz.38)

Łyżeczka o dł. 210mm, fig.#0, funkcjonalnie identyczna.

Poz.39) Łyżeczka o dł. 210mm, fig. #000, funkcjonalnie identyczna.

Poz.40) Łyżeczka o dł. 210mm i fig. #0000, funkcjonalnie identyczna.

Poz.42) Odgryzacz o nazwie własnej Ruskin, identyczny z wymaganiem.

Pz.43) Łyżeczka o dł. 210mm i fig. #00000, funkcjonalnie identyczna.

Poz.44) Łyżeczka o dł. 210mm i fig.#0000, funkcjonalnie identyczna.

Poz.45) Łyżeczka o dł. 210mm i fig.#00, funkcjonalnie identyczna.






Poz.47) Pinceta o dł. 195mm, funkcjonalnie identyczna.

Poz.49) kosz o wym. 405x253x80mm, funkcjonalnie identyczny.

ODP. Poz. 5) – 49) – zgodnie z SIWZ, z wyjątkiem poz. 47 – zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9-zestaw do trepanopunkcji





Poz.1) Pinceta o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczna.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Poz.7) Kleszczyki o nazwie własnej Crile-Rankin, identyczne z wymaganymi.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.8) Kleszczyki o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Poz.15) Disektor Olivercrona, szer.2+3mm, zagięty, dł. 195mm, funkcjonalnie identyczny.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.16) Elewator o szer. 5mm i dł. 190mm, funkcjonalnie identyczny.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.18) Kaniula Frazier, śr. 2mm, dł. 100mm, funkcjonalnie identyczna.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Poz.20) Kosz o wym. 250x259x84mm, funkcjonalnie identyczny.

ODP. Zgodnie z SIWZ.

Z uwagi na fakt, że narzędzia są produkowane z najwyższej jakości stali nierdzewnej w Niemczech oraz ze względu na spowolnienie dostaw w wyniku obostrzeń COVID-19 i wejściem w życie rozporządzenia MDR745/2017, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 14 dni do 49 dni.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ nie może tak długo oczekiwać na dostawę.

Pakiet nr 6-narzędzia ortopedyczne

Poz.1) Raspator o dł. 250mm, półostrzy, szer. 25mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.2) Młotek o śr. 28mm i 42mm, waga 400g, dł. 240mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.3) Uchwyt o dł. 210mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.7) Kościotrzymacz o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.8) Zacisk o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.9) Zacisk Lowman-Hopling o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.10) Zacisk o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.11) Z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do złożenia przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego odrębnego co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców.

Poz.19) Nożyczki jedno ucho złożone a drugie czarne, funkcjonalnie identyczne.

Poz.25) Pinceta Waugh o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczna.

Poz.30) Pinceta o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczna.

Poz.34) Kleszczyki Crile-Rankin, funkcjonalnie identyczne.




Poz.36) Kleszczyki o dł.180mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.38) Kleszcze o dł. 160mm, drut twardy śr.2mm, drut miękki śr. 2,2mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.39) Kleszcze o dł. 230mm, maks. śr.drutu 2,5mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.40) Kleszcze o dł. 230mm, śr. drutu twardego 2,2mm a miękkiego 2,5mm, funkcjonalnie identyczne.









- Poz.41) Kleszcze o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.42) Kleszcze bez nazwy własnej, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.44) Hak o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.48) Hak o dł. 215mm Volkmann, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.49) Hak o wym. 17x5mm i 20x8mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.51) Hak o dł. 210mm i wym. 10x40mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.52) Hak o dł. 260mm, wym. 21x22mm/30x29mm i dł. 280mm wym. 37x38mm/43x64mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.53) Hak o wym. 9x28mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.54) Hak o wym. 60x50mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.55) Hak o wym. 20x40mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.57) Łyżka o wym. 60x25mm, funkcjonalnie identyczna.
 Poz.58) Łyżka o wym. 78x51mm, funkcjonalnie identyczna.
 Poz.59) Łyżka o wym. 70x46mm, funkcjonalnie identyczna.
 Poz.61,62,63) Osteotom o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76) Narzędzie o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.81) Osteotom Dahmen o dł. 300mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.90) Dźwignia o szer. 18mm, funkcjonalnie identyczna.
 Poz.91) Dźwignia o szer. 42mm, funkcjonalnie identyczna.
 Poz.92) Podważka o szer. 18mm, funkcjonalnie identyczna.
 Poz.93) Podważka Verbrugge-Hohmann, szer.łyżki42mm, dł. 240mm, funkcjonalnie identyczna.
 Poz.94) Podważka o szer. 24mm, funkcjonalnie identyczna.
 Poz.97) Łyzeczka o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczna.
 Poz.98) Kleszcze Liston-Stille o dł. 280mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.99) Kleszcze Leksell o dł. 230mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.100) Szczypce o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.101) Szczypce Hartmann o dł. 160mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.102) Kosz o wym. zewn. 540x253x80mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.103) Kosz o wym. zewn. 250x259x80mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.104) Z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do złożenia przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego odrębnego co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców.
 Poz.105) Kleszcze o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.106) Kleszcze o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.108,109,110,111) Skrobaczka o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczna.
 Poz.112) Rozwieracz o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.113) Młotek-waga 550g, funkcjonalnie identyczny.
ODP. Poz. 1 -113 zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 7-zestaw mały

- Poz.6) Hak o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.7) Hak o wym. 36x28mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.9) Hak o wym. 45x75mm i dł. 255mm, funkcjonalnie identyczny.
 Poz.13) Kleszczyki o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.14,15) Kleszczyki o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.16) Zacisk o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.
 Poz.23) Kleszczyki o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.





Poz.27) Imadło o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.29) Nożyczki o dł. 165mm lub 185mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.30) Nożyczki bez twardej wkładki, funkcjonalnie identyczne lub nożyczki SIMS z twardą wkładką o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.32) Kleszcze o dł. 190mm i dł. 230mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.37) Kosz perforowany z pokrywą o wym. 250x259x84mm lub 546x259x84mm lub kosz siatkowy, druciany o wym. 405x245x70mm lub 410x250x70mm, funkcjonalnie identyczne.
ODP. Poz. 6) – 37) zgodnie z SIWZ, z wyjątkiem poz. 13) – Zamawiający dopuszcza.

Z uwagi na fakt, że narzędzia są produkowane z najwyższej jakości stali nierdzewnej w Niemczech oraz ze względu na spowolnienie dostaw w wyniku obostrzeń COVID-19 i wejściem w życie rozporządzenia MDR745/2017, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 14 dni do 49 dni.
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ nie może tak długo oczekiwać na dostawę.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach

Piotr Soltyskiński

