



DIZAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

e-mail: marta.kieras@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Łódź, ^{26.02}.....2021 r.

Znak sprawy: 24/ZP/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa testów do wykrywania antygenu SARS-COV-2”.

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania i informuje:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści zestawy zawierające kontrolę pozytywną i negatywną w postaci płynnej w probówce z zakraplaczem?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści zestawy spełniające kryteria WHO jeśli chodzi o czułość i specyficzność i znajdujące się na liście ECD (HSC) -

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf?

Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami WHO i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Pytanie 3

Czy zamawiający wymaga aby zestaw posiadał pozytywną walidację wykonaną przez naukową organizację europejską Instytut Paula Ehrlicha?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 4

Czy zamawiający wymaga aby wynik badania dostępny był w ciągu 15 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 5

Czy zamawiający wymaga aby występował brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 6

Czy zamawiający wymaga aby test był testem Immunochromatograficznym, opartym o cząsteczki koloidalnego złota opłaszczone przeciwciałami wobec SARS-CoV-2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 7

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Uzasadnienie:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający ustala nowe brzmienie par. 1 ust. 2 wzoru umowy następująco:

„2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, przewidzianej w przedmiocie zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację dostaw o wartości nie mniejszej niż 50 % wartości wskazanej w ust. 1.

Pytanie 8

Czy kontrole mogą być załączone osobno do każdej dostawy skoro wykorzystuje się ten produkt do sprawdzenia/walidacji serii lub dostawy a nie każdego opakowania?

Odpowiedź: Kontrole mogą być załączone osobno do każdej dostawy, Zamawiający wykonuje ocenę walidacji serii.

Pytanie 9

Czy można zaoferować opakowania po 20 sztuk testów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza


Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga, aby test znajdował się na liście testów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, która jest zamieszczona w Krajowym Rejestrze Medycznym zgłoszeń Covid-19, co jest niezbędne do właściwego wprowadzania i procesowania pacjentów covid-19 w systemie rządowym?
link: <https://rejestrCovid.mz.gov.pl/>

Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami WHO i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


mgr Agnieszka Swiatłowska


Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi
mgr Aneta Olejniczak