



Znak: AE/ZP-27-68/23

Tarnów, 2023-10-09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000EURO) na dostawy materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie szybkiej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania mechanizmów oporności na aparacie FilmArray Torch 1 System (nr katalogowy 4704519) producenta bioFireDiagnostics oraz wymazówek i podłoży transportowych stanowiących dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonywania testów w technologii multiplex PCR.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 1-14 Załącznika Nr 6.** Czy Zamawiający omyłkowo załączył parametry wymagane do analizatora?
2. **Dotyczy pkt 13 Załącznika Nr 6.** Jeżeli nie, Czy Zamawiający odstąpi od dostawy stołu pod aparat opisanego w parametrach wymaganych w pkt.13 ? Stół do aparatu zostanie dostarczony wraz z analizatorem o nr katalogowym 4704519 w ramach umowy z fundacją WOŚP
3. **Dotyczy punktu 23.13 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Pkt 23.13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 1-14 Załącznika Nr 6 do SWZ dla oferowanego analizatora (nie jest to omyłka), a dotyczą sytuacji gdy Wykonawca nie oferuje materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie szybkiej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania mechanizmów oporności na aparacie FilmArray Torch 1 System (nr katalogowy 4704519) producenta bioFireDiagnostics ale inny aparat wykonujący określone w Załączniku Nr 1 badania.

Ad 2 Zamawiający wymaga zgodnie z pkt 13 Załącznika Nr 6 dostawy stolika pod aparat tylko w sytuacji gdy Wykonawca nie oferuje materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie szybkiej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania mechanizmów oporności na aparacie FilmArray Torch 1 System (nr katalogowy 4704519) producenta bioFireDiagnostics ale inny aparat wykonujący określone w Załączniku Nr 1 badania.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do **pkt 23.13 SWZ.**

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

