



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 03.04.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 9/2023

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych, staplerów oraz klipsownic do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

1. Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów skórnych jak wymagane, załadowane zszywkami prostokątnymi o wymiarach 4,5x6,5mm, przekroju poprzecznym (grubości 0,6mm), niepowlekanych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

2. Zadanie nr 13

2.1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego z nożem w ładunku (w poz.2 adekwatnych ładunków), w rozmiarze 60 o długości linii cięcia 60mm, długości linii zszywek 65mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowanego ładunkiem do tkanki cienkiej (3,85mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,5mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu); stapler wyposażony w 2-stronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia, system zapewniający równoległe zamykanie końcówek roboczych i równomierną kompresję tkanki. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową pochewkę zabezpieczającą. Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

2.2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego z nożem w ładunku (w poz.4 adekwatnych ładunków), w rozmiarze 80 o długości linii cięcia 80mm, długości linii zszywek 85mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowanego ładunkiem do tkanki cienkiej (3,85mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,5mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu); stapler wyposażony w 2-stronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia, system zapewniający równoległe zamykanie końcówek roboczych i równomierną kompresję tkanki. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową pochewkę zabezpieczającą. Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

2.3. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie automatycznwgo jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 45 mm (z poz.6 adekwatnych ładunków), z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowanego ładunkiem do tkanki cienkiej (3,8 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,5 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu), stapler wyposażony w 2 stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą zamknięcie, dźwignię kontrolującą wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki, opuszczany manualnie lub automatycznie, stapler z dźwignią zamykającą i spustową, obsługa staplera jedna ręką, możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

2.4. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie automatycznwgo jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm (z poz.8 adekwatnych ładunków), z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowanego ładunkiem do tkanki cienkiej (3,8 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,5 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu), stapler wyposażony w 2 stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą zamknięcie, dźwignię kontrolującą wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki, opuszczany manualnie lub automatycznie, stapler z dźwignią zamykającą i spustową, obsługa staplera jedna ręką, możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

2.5. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie automatycznwgo jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 90 mm (z poz.10 adekwatnych ładunków), z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowanego ładunkiem do tkanki cienkiej (3,8 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,5 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu), stapler wyposażony w 2 stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą zamknięcie, dźwignię kontrolującą wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki, opuszczany manualnie lub automatycznie, stapler z dźwignią zamykającą i spustową, obsługa staplera jedną ręką, możliwość 11 krotnego przeładowania i 12 krotnego wystrzału staplera. Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

2.6. Czy Zamawiający w pozycji 12-13 dopuści zaoferowanie trzonów z ładunkiem do staplera laparoskopowego z pozycji 11, sześć rzędów tytanowych zszywek (3+3) posiadających możliwość artykulacji w obie strony, rozmiar 60mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 2.0/2.5//3.0 lub 3.0/3.5/4.0 (do wyboru przez zamawiającego).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

2.7. Czy Zamawiający w pozycji 14-15 dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych wygiętych, w rozmiarach 21mm (wysokość otwartej zszywki 4,5mm) oraz 26, 29, 32, 34mm (wysokość otwartej zszywki 5,0mm). Staplery czarne, antyrefleksyjne. Blokada strzału. Wskaźnik kompresji tkanki 1,0-2,5mm, pokrętko regulacyjne motylkowe.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

2.8. Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych prostych, do zabiegów proktologicznych, z akcesoriami transanalnymi w zestawie. Rozmiar 32mm lub 34mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

3. Zadanie nr 14

Czy Zamawiający w pozycji 5-6 dopuści zaoferowanie niewchłaniaalnych klipsów polimerowych o podwyższonej stabilności na naczyniu, z aktywnym zawiasem, zatrzaskiem, konstrukcją zapobiegającą nożycowaniu klipsa oraz możliwością ich otwarcia za pomocą dedykowanych kleszczyków.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

KOMENDANT

Z upoważnienia
KOMENDANTA
109. SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
SPZOZ w Szczecinie

ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
Zastępca Komendanta