



**dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na dostawę aparatu ekg 12-kanałowego wraz z dedykowanym stolikiem i drukarką zewnętrzną laserową oraz rejestratora holterowskiego ekg, znak ZP/11/2023**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**DOTYCZY CZĘŚCI 2 – Rejestratora holterowskiego Ekg (12 kanałowego)**

**Pytanie 1 (dotyczy pkt E tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera bez informacji o niepodłączonych i/lub nieprawidłowo podłączonych odprowadzeniach.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2 (dotyczy pkt G tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli pod pojęciem „możliwość dokupienia oprogramowania”. Czy Zamawiający ma już oprogramowanie i kupuje do niego kompatybilny rejestrator? Czy Zamawiający kupuje oprogramowanie już teraz i ma być ono uwzględnione w ofercie? Czy Zamawiający ma zamiar zakupić oprogramowanie w innym postępowaniu? Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ z posiadanej przez nas wiedzy na rynku nie ma rejestratorów, z których zapis można byłoby zanalizować bez odpowiedniego oprogramowanie na komputer.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zastrzega sobie wyłącznie możliwość zakupu oprogramowania w innym terminie.

**Pytanie 3 (dotyczy pkt G tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania do analizy bez analizy PQ oraz bez monitorowania aktywności ruchowej pacjenta.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

W wysokospecjalistycznym aparacie holter ekg 12-kanałowym, który zakłada się w specjalistycznych sytuacjach klinicznych, wymagana jest zaawansowana analiza podstawowych odcinków EKG jakim jest PQ.

**Pytanie 4 (dotyczy pkt O tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu z punktu O.

**Odpowiedź**

Zamawiający określił funkcję wbudowanego mikrofonu jako opcję. Brak zaoferowania opcji nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

**Pytanie 5 (dotyczy pkt P tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu z punktu P.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.  
Sygnalizacja niskiego poziomu zasilania jest istotna z punktu widzenia samego badania; niekorzystnym dla szpitala i pacjentów jest konieczność powtarzania badania z powodu wyczerpania baterii, bez możliwości ingerencji w badanie tzn. wymiany baterii/akumulatora.

**Pytanie 6 (dotyczy pkt R tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera bez możliwości wyłączenia dźwięku klawiszy. Zaoferowany rejestrator nie będzie posiadał dźwięku klawiszy.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowanie holtera nie posiadającego dźwięku klawiszy.

**Pytanie 7 (dotyczy pkt S tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera zasilanego za pomocą akumulatorów AAA.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie holtera zasilanego za pomocą akumulatorów AAA.

**Pytanie 8 (dotyczy pkt T tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu z punktu T.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

**Pytanie 9 (dotyczy pkt U tabeli OPZ)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania z obsługą protokołu DICOM.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

**Pytanie 10**

**Część 1 Pkt. K** - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy aparat EKG, którego drukarka obsługuje papier składankę o wymiarach 210mmx140mmx150P (20m), 210mmx150mm- 200P?

Jest standardowy rodzaj stosowany w wielu urządzeniach, co ułatwia jego zakup, także forma papieru składanego ułatwia odczyt wydruku jak również jego archiwizowanie.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG o parametrach opisanych w pytaniu.

**Pytanie 11**

**Część 1Pkt. L** - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy aparat EKG

Pomiar częstości rytmu serca od 1 min 30-300bpm?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG o parametrach opisanych w pytaniu.

Z poważaniem

Członek Zarządu  
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 25.09.2023 r.