



WYKONAWCY

Łódź, dnia 22.02.2024 r.

Sprawa nr ZP/19/2024

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów CKD 2 w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Wyjaśnienia II treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze zgłoszonym na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie Nr 1

Pakiet 11 - Asystor kaszlu

1. Czy Zamawiający zaakceptuje asystor kaszlu, w którym funkcja Cough-Trak jest zastąpiona funkcją „synchronizacja”?

Zasada działania jest dokładnie taka sama, jest to wyzwalacz (trigger) synchronizujący pracę urządzenia z oddechem pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje asystor w którym wartość przepływu wdechu Niski/średni/wysoki, zastępuje funkcja RAMP (czas narastania w zakresie 1-4)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

3. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wymiarach 27cmx30cmx18cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

4. Czy Zamawiający zaakceptuje asystor z automatyczną blokadą ekranu, ale bez możliwości przełączenia trybu wyświetlania: pełny/ uproszczony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

5. Czy Zamawiający zaakceptuje asystor bez pomiaru SpO2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

6. Czy Zamawiający zaakceptuje asystor bez wózka transportowego?



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie Nr 2

PAKIET 9 Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem 5 szt.

Poz. II.4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do terapii wysokimi przepływami które ma cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu. Wszystkie te 3 parametry sterowane z pozycji urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Poz. II.8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające statyw medyczny do aparatu wyposażony w półkę, oraz podstawę jezdną z 5 kółkami cichobieżnymi - w tym 2 kółka z hamulcami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Poz. II.11.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie: Waga: 2,5 kg. (3,5 kg z akcesoriami) . Wymiary urządzenia : 358 mm x 197 mm x 165

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Poz. II. 12.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z alarmami: Alarmy z możliwością wyciszenia takie jak awaria zasilania, usterka urządzenia, odłączona rura, sprawdź wodę, FiO2 za wysokie lub za niskie, port wlotowy zablokowany, awaria podgrzewanego nawilżacza, kaniula nosowa zablokowana, wyłącz źródło O2, rura uszkodzona.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Uwaga

- 1) W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
- 2) Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz