

W sytuacji, jeśli jest to połączenie typu SecuNect, prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu wyłącznie pozycji nr 3 tj. Wodorowęglanowego dializatu bezwapniowego.

W przypadku zaniechania dokonania czynności wydzielenia poz. 3 i 4 wnosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Podział przedmiotu Zamówienia pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius Medical Care Polska S A. oraz na zaoferowanie wyrobu medycznego (w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate) używanego od lat do dnia dzisiejszego przez wiele oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w ośrodkach klinicznych, szpitalach specjalistycznych oraz w stacjach dializ na terenie całego kraju (np. SCCS w Zabrze, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 września 2017 r. KIO/ 1910/17 (w załączeniu) - dotyczy podziału jednolitego pakietu zawierającego m. in. dializaty i cytrynian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
Im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr inż. Grzegorz Kubica