

Pruszcz Gdański, dn. 25.08.2020 r.

SPPR- *212* /EW/2020

Dotyczy:

Zapytania ofertowego Zakup i dostawa kombinezonów ochronnych

Nr sprawy: SPPR-200/EW/2020

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kombinezon ochronny ERGIS MED PROFESSIONAL (załączam certyfikat i kartę techniczną), który został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z wytycznymi CIOP-PIB znajdującymi się na stronie: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19> ?


Kombinezon nie był testowany w związku z ochroną przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi zgodnie z normą EN 1073 jak również nie był testowany w związku z ochroną przed ładunkami elektrostatycznymi EN 1149 (te normy nie są zawarte w wytycznych CIOP).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym postępowania.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
83-000 Pruszcz Gd., ul. prof. M. Raciborskiego 2A
REGON 191983891, NIP 593-221-85-62
cz. I kod res. 000000011696
Telefon/fax 58 773 30 30

Komisja ds. zapytania ofertowego

Specjalista
ds. organizacji i nadzoru

Ewa Włodarczyk