



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



ZP.261.02.2023

Lębork, 06.03.2023 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/724325>

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP-PN/UE/02/23

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Bloku Operacyjnego.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy części nr 8

Czy zamawiający dopuści:

Worek jednorazowy, automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widelkach, materiał nie ulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 10 mm lub większym. Objętość 225 ml.?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Dotyczy części nr 11 poz. 1

Czy zamawiający dopuści:

Bipolarnie narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu), do

zabiegów laparoskopowych o długość trzonu narzędzia 37 cm, o średnicy trzonu 5 mm, rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące z dwoma generatorami dostarczonymi przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Pozwoli to zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty oraz gwarancję pełnych i terminowych dostaw.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Dotyczy części nr 11 poz. 2

Czy zamawiający dopuści:

Bipolarnie narzędzie do cięcia i uszczelniania/zamykania naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione, linia koagulacji 40mm, linia cięcia 38 mm (nóż tnący w narzędziu), długość trzonu narzędzia 20 cm; rotacja 180 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzie współpracujące z jednym/dwoma generatorami dostarczonymi przez Wykonawcę (w ramach wartości umowy). Pozwoli to zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty oraz gwarancję pełnych i terminowych dostaw.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Dotyczy pakietu nr 35

Czy Zamawiający wymaga magnetycznych liczników igieł zapewniających bezpieczne i efektywne umieszczanie, przechowywanie podczas zabiegu i zliczanie igieł po zabiegu. System szybkiego i bezpiecznego zdejmowania ostrzy noży chirurgicznych. Połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach. Samoprzylepny spód mocuje blok pianki na każdej powierzchni, zewnętrzne paski samoprzylepne mocują połówki pojemnika na dowolnej powierzchni. Blokada zamknięcia pozwala na bezpieczne zamknięcie i utylizację przy możliwości ponownego otwarcia celem przeliczenia. Odporne na przebicie, zamykane ze wszystkich stron. Liczniki igieł w postaci bloku pianki, z zatraskami, pojed. czarny magnes ilość igieł 10/20

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w/w liczniki.

5. Dotyczy części nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk w zasobniku.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Dotyczy części nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 4 sztuki w zasobniku.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Dotyczy części nr 13 poz. 4,5,6

Czy Zamawiający w pozycji 4, 5 i 6 dopuści zaoferowanie klipsownic o długości 28 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klipsownic o długości 28 cm.

8. Dotyczy części nr 13 poz. 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie klipsownic z obiema branszami ruchomymi.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Dotyczy części nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów bez funkcji grasperowania, dostępnych w długościach 11 cm, 16 cm i 26 cm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Dotyczy części nr 45 poz. 2,3

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie ładunków z ruchomym kowadełkiem.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Dotyczy części nr 5 poz.1

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, jednorodną, **niewchłaniającą**, w plastikowej osłonce, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach taśmy ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), posiadająca **na środku znaczniki** ułatwiające pozycjonowanie podczas zabiegu, przeznaczona do implantacji metodą nadłonową i zasłonową?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Dotyczy części nr 5 poz. 2

1 komplet igieł spiralnych (prawa i lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji metodą przezskłonową, długość całej igły 320 mm (w tym: niebieska metalowa rączka 110 mm oraz igła 210 mm)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki niesterylnej w razie wezwania w celu weryfikacji zaferowanego wyrobu?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbki niesterylnej w razie wezwania w celu weryfikacji zaferowanego wyrobu.

14. Dotyczy części nr 18 poz. 3

Czy zamawiający dopuści Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z zaworami trąbkowymi rozbieralny na 2 części (rękojeść + sonda), końcówka sondy z 16-toma otworami 4x4, śr. 5mm, dł. robocza 330 mm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z zaworami trąbkowymi rozbieralny na 2 części (rękojeść + sonda), końcówka sondy z 16-toma otworami 4x4, śr. 5mm, dł. robocza 330 mm.

15. Dotyczy części nr 18 poz. 4

Czy zamawiający dopuści Dysektor laparoskopowy „Maryland” o podwójnej akcji, rozbieralny na 4 części, obrotowy, monopolarny, wielorazowego użytku średnica 5mm. Dł. 310mm Rączka polimerowa PEEK, bez systemu zatraskowego z bolcem do podłączenia kabla HF?

Odp. Zamawiający dopuszcza Dysektor laparoskopowy „Maryland” o podwójnej akcji, rozbieralny na 4 części, obrotowy, monopolarny, wielorazowego użytku średnica 5mm. Dł. 310mm Rączka polimerowa PEEK, bez systemu zatraskowego z bolcem do podłączenia kabla HF.

16. Dotyczy części nr 18 poz. 5

Czy zamawiający dopuści Kleszcze jelitowe „Long Johans”, delikatne atraumatyczne, ząbkowane (linia ząbków 40mm-44mm), okienkowe, laparoskopowe, o podwójnej akcji, rozbieralne na 4 części, obrotowe, monopolarne, wielorazowego użytku. średnica 5mm. Dł. 310mm Rączka polimerowa PEEK, z systemem zatraskowym

(zamek wewnętrzny) umożliwiającym jego pełną dezaktywację kciukiem, za pomocą przycisku/dźwigni.?

Odp. Zamawiający dopuszcza Kleszcze jelitowe „Long Johans”, delikatne atraumatyczne, ząbkowane (linia ząbków 40mm-44mm), okienkowe, laparoskopowe, o podwójnej akcji, rozbieralne na 4 części, obrotowe, monopolarne, wielorazowego użytku. średnica 5mm. Dł. 310mm Rączka polimerowa PEEK, z systemem zatraskowym (zamek wewnętrzny) umożliwiającym jego pełną dezaktywację kciukiem, za pomocą przycisku/dźwigni.

17. Dotyczy części nr 18 poz.6

Czy zamawiający dopuści Grasper laparoskopowy atraumatyczny, do połowy ząbkowany (końcówka części chwytnej) (linia ząbków 10mm-11mm), okienkowy (okienko dł. 13-13,5mm) o podwójnej akcji, rozbieralny na 4 części, obrotowy, monopolarny, wielorazowego użytku. średnica 5mm. Dł. 310mm. Rączka polimerowa PEEK, z systemem zatraskowym (zamek wewnętrzny) umożliwiającym jego pełną dezaktywację kciukiem, za pomocą przycisku/dźwigni?

Odp. Zamawiający dopuszcza Grasper laparoskopowy atraumatyczny, do połowy ząbkowany (końcówka części chwytnej) (linia ząbków 10mm-11mm), okienkowy (okienko dł. 13-13,5mm) o podwójnej akcji, rozbieralny na 4 części, obrotowy, monopolarny, wielorazowego użytku. średnica 5mm. Dł. 310mm. Rączka polimerowa PEEK, z systemem zatraskowym (zamek wewnętrzny) umożliwiającym jego pełną dezaktywację kciukiem, za pomocą przycisku/dźwigni.

18. Dotyczy części nr 18 poz. 8

Czy zamawiający dopuści Nożyczki laparoskopowe „Metzenbaum”, o podwójnej akcji, bransze dł. 15mm-15,5mm) rozbieralny na 4 części (rączka, osłona diatermiczna, wkład narzędziowy, wymienna końcówka narzędziowa), obrotowe, z pierścieniem obrotu oznaczonym innym kolorem niż narzędzie. Monopolarne, wielorazowego użytku. średnica 5mm. Dł. 310mm. Rączka z polimeru PEEK, bez systemu zatraskowego. W komplecie dodatkowa wymienna końcówka narzędzia - nożyczki „Metzenbaum” o branszach dł. 18mm. ?

Odp. Zamawiający dopuszcza Nożyczki laparoskopowe „Metzenbaum”, o podwójnej akcji, bransze dł. 15mm-15,5mm) rozbieralny na 4 części (rączka, osłona diatermiczna, wkład narzędziowy, wymienna końcówka narzędziowa), obrotowe, z pierścieniem obrotu oznaczonym innym kolorem niż narzędzie.

Monopolarne, wielorazowego użytku. średnica 5mm. Dł. 310mm. Rączka z polimeru PEEK, bez systemu zatraskowego. W komplecie dodatkowa wymienna końcówka narzędzia - nożyczki „Metzenbaum” o branszach dł.18mm.

19. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1

Czy zamawiający dopuści worek laparoskopowy do ekstrakcji zresektowanego materiału biologicznego, nieprzepuszczalny i nieprześląkliwy, odporny na rozdarcia o pojemności: 190-4850ml. Worki zabezpieczone podwójnym szwem, wyposażone w samorozprężalne, metalowe ramiona. Worek zintegrowany z dwuczęściowym aplikatorem (tuba+prowadnica z uchwytem pierścieniowym). Balon wstępnie schowany wewnątrz tulei do wprowadzenia. Długość trzonu conajmniej 23cm. Wymagany trokar 10mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści stapler jednorazowy okrężny wygięty (zakrzywiony) posiadający odłączoną główkę i dodatkowo zaopatrzony w trokar pomocniczy. Wybór staplerów w zakresie minimum 5 średnic dystalnych (średnica zewnętrzna), w tym minimum średnic: 21mm, 25mm, 28mm, 31 mm, 34 mm. Średnice kodowane kolorami. Stapler okrężny z manualną regulacją wysokości zamkniętej zszywki. Wysokość zamkniętej zszywki regulowana w zakresie minimum od 1,5 do 1,8 mm. Okienko ze wskaźnikiem podglądu wyboru wysokości zamkniętej zszywki oraz pokazujące możliwość bezpiecznego wystrzału. Dla średnicy 34mm średnica otworu cięcia nie może być mniejsza niż 25mm, a ilość zszywek nie mniejsza niż 32. Dla średnicy 31mm średnica otworu cięcia nie może być mniejsza niż 22,5mm, a ilość zszywek nie mniejsza niż 30. Stapler wyposażony w jedną dźwignię spustową zabezpieczoną przed przypadkowym naciśnięciem. Długość całkowita staplera minimum 50 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. Dotyczy pakietu nr 41 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga protez jałowych?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga protez jałowych.

22. Dotyczy pakietu nr 41 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania protez wykonanych z przędzy poliestrowej techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zawiniętych do wewnątrz.?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie protez wykonanych z przędzy poliestrowej techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zawiniętych do wewnątrz.

23. Dotyczy pakietu nr 20

W związku z tym, że system wałeczkowy w optykach nie jest technologią cyfrową prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu, aby optyka była full HD.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wymogu, aby optyka była full HD.

24. Dotyczy pakietu nr 20

Czy Zamawiający wymaga, aby kompatybilność optyki z płaszczem Karl Storz była potwierdzona przez producenta płaszcza?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby kompatybilność optyki była potwierdzona przez producenta płaszcza.

25. Dotyczy pakietu nr 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kosza drucianego do sterylizacji 1 lub 2 optyk jednocześnie o wymiarach 487 x 125 x 54 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza kosz druciany do sterylizacji 1 lub 2 optyk jednocześnie o wymiarach 487 x 125 x 54 mm.

26. Dotyczy pakietu nr 20

Czy z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 20 są wyroby wielorazowe i nie są to leki ratujące życie - a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 30 dni od daty otrzymania zamówienia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

27. Dotyczy części nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściową:
górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolną z elastyczną gumką 80x150cm,
2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

28. Dotyczy części nr 33 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 30x80cm z taśmą chirurgiczną samoprzylepną 10x50cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

29. Dotyczy części nr 33 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłony na nogi w rozmiarze 70x120cm z taśmami lepnyymi pakowanymi osobno?

Odp. Zamawiający dopuszcza osłony na nogi w rozmiarze 70x120cm z taśmami lepnyymi pakowanymi osobno.

30. Dotyczy części nr 33 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w/w pozycji z pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Dotyczy części nr 34

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 50cm (zamiast 75cm x 45cm)?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75cm x 50cm (zamiast 75cm x 45cm).

32. Dotyczy części nr 34

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 75cm z otworem przylepnym o śr. 7cm o gramaturze 60g/m²?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

33. Dotyczy części nr 34

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza strzykawkę 2ml.

34. Dotyczy części nr 34

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml Luer?

Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawkę 5 ml Luer.

35. Dotyczy części nr 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożoną miską nerkową i pojemnikiem na płyny?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

36. Dotyczy części nr 34

Czy Zamawiający dopuści etykietę z opisem składu w formie tekstu ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

37. Dotyczy części nr 44 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowy system drenażu ran zgodnie z poniższymi parametrami:

- Niebisko-przezroczysta butelka wykonana z nietłukącego się, mocnego i lekkiego tworzywa PVC
- Dostępne pojemności butelek 200ml, 400ml, 600ml
- Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia/wielkości podciśnienia początkowego równego 900 mbar
- Wysoki stopień dokładności pomiaru odsysanej wydzieliny – skalowanie z dokładnością co 10ml do pełnej pojemności butelki
- Łącznik Large-lock, umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową
- Dren łączący o długości 125cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach od CH 6 – CH 18, zabezpieczony dodatkowo foliową taśmą stabilizującą
- Dwie wygodne klemry zaciskowe typu przesuwne (od próżni i do wydzieliny)
- Własny, uniwersalny system podwieszenia
- Dostępne opcje pełnych zestawów (butelka ssąca, dren łączący oraz dren Redona o długości 80cm z trokarem)
- Sterylny
- Podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia

?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

38. Dotyczy części nr 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło/zimno w rozmiarze 21x38cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza kompres ciepło/zimno w rozmiarze 21x38cm.

39. Dotyczy części nr 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło/zimno w rozmiarze 16x26cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza kompres ciepło/zimno w rozmiarze 16x26cm.

40. Dotyczy części nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości.

41. Dotyczy części nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy o średnicy 26 mm, zakrzywiony, o długości trzonu 18 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, liczba zszywek 20 szt., stapler ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

42. Dotyczy części nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy o średnicy 29 mm, zakrzywiony, o długości trzonu 18 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, liczba zszywek 24 szt., stapler ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

43. Dotyczy części nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy o średnicy 32 mm, zakrzywiony, o długości trzonu 18 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, liczba zszywek 30 szt., stapler ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, o wysokości 5,0 mm przed zamknięciem i 2,2 mm po zamknięciu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

44. Dotyczy części nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki tytanowe okrągłe w przekroju na całej długości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

45. Dotyczy części nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem jednorazowego użytku, rozmiar 100 mm, do tkanki grubej, wysokości zszywek po zamknięciu 2,0 mm, posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe okrągłe w przekroju na całej długości. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

46. Dotyczy części nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera opisanego w pytaniu do pozycji 1?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

47. Dotyczy części nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem jednorazowego użytku, rozmiar 100 mm, do tkanki normalnej, wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm, posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe okrągłe w przekroju na całej długości. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

48. Dotyczy część nr 15 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera opisanego w pytaniu do pozycji 3?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

49. Dotyczy części nr 15 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera opisanego w pytaniu do pozycji 6?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

50. Dotyczy części nr 15 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem jednorazowego użytku, rozmiar 80 mm, do tkanki normalnej, wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm, posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe okrągłe w przekroju na całej długości. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

51. Dotyczy części nr 15 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera opisanego w pytaniu do pozycji 8?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

52. Dotyczy części nr 15 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem jednorazowego użytku, rozmiar 80 mm, do tkanki grubej, wysokości zszywek po zamknięciu 2,0 mm, posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe okrągłe w przekroju na całej długości. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

53. Dotyczy części nr 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią, przy użyciu automatycznego wysunięcia pinezki (w

dźwigni zamykająco-spustowej) lub przy użyciu dwóch rąk, przy użyciu dźwigni do przesunięcia pinezki, umieszczonej na górze staplera?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

54. Dotyczy części nr 15 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią, przy użyciu automatycznego wysunięcia pinezki (w dźwigni zamykająco-spustowej) lub przy użyciu dwóch rąk, przy użyciu dźwigni do przesunięcia pinezki, umieszczonej na górze staplera?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

55. Dotyczy części nr 15 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią, przy użyciu automatycznego wysunięcia pinezki (w dźwigni zamykająco-spustowej) lub przy użyciu dwóch rąk, przy użyciu dźwigni do przesunięcia pinezki, umieszczonej na górze staplera?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

56. Dotyczy części nr 45 poz. 1

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, artykulacja non-stop do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący odpalenie ładunku zlokalizowany na ręczce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach 6 cm, 16 cm, 26 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

57. Dotyczy części nr 45 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), schodkowy układ zszywek, kompatybilny ze staplerem elektrycznym, jednorazowym, uniwersalnym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym, pozostałe parametry wg SWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

58. Dotyczy części nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wkłuc lędźwiowych o następującym składzie:

1 x serweta podfoliowana - barierowa o gramaturze 55g/m², nieprzylepna, 75 cm x 90 cm;

1 x kleszczyki plastikowe, anatomiczne, 14 cm, proste;

6 x tufery gazowe wielkości śliwki, 20-nitkowe (po rozwinięciu 20x20 cm);

1 x Serweta podfoliowana - barierowa o gramaturze 55g/m² w rozmiarze 75x90 cm, epiduralna, otwór 12 x 15 cm, przylepny brzeg;

1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana), 3-częściowa, transparentna;

1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana);

1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana);

1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2 x 5 cm, zapakowany

Opakowanie typu twardego blister z 3 wgłębieniami, z etykietą główną z nazwą i składem zestawu. Dodatkowo samoprzylepna etykieta z datą ważności, indeksem, nr lot i nazwą producenta.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw do wkłuc lędźwiowych o w/w parametrach.

59. Dotyczy części 28 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny: Elektroda neutralna jednorazowa, dwudzielna o pow. Min.168 cm², z pierścieniem okalającym pozwalającym na niekierunkową aplikację, z wyprowadzeniem do kabla

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

60. Dotyczy części nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny: Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową , dwoma przyciskami cięcia i koagulacja, przewodem długości od 4,5 do 5,0 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, z końcówką nożową

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

61. Dotyczy części nr 29 poz.3

Czy Zamawiający dopuści pakowanie po 100 szt, jednocześnie zmniejszając ilość opakowań do 20?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pakowanie po 100 szt, jednocześnie zmniejszając ilość opakowań do 20.

62. Dotyczy części nr 29 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny: Elektroda monopolarna, kulkowa ze stali nierdzewnej, wielorazowa średnica 4 mm, długość od 5,3 do 100mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

63. Dotyczy części nr 28 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody o powierzchni min.160 cm² pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

64. Dotyczy części nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie uchwytu monopolarnego z dwoma osobnymi przyciskami do cięcia i koagulacji, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

65. Dotyczy części nr 29 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody o średnicy 4 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

66. Dotyczy części nr 29 poz. 6

Prosimy o doprecyzowanie jaka ma być średnica wtyku elektrody - 1.6, 2.4 czy 4 mm

Odp. Średnica wtyku elektrody 2,4 mm.

67. Dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający w części 8 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Worek do ewakuacji narządów litych wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60; pojemność 200ml lub 800ml, 200ml - średnica 50 mm, szerokość 90 mm, długość 190 mm, długość przewodu (tuleja) 220 mm do trokara 10 mm oraz worki o pojemności 800ml, obręcz z pamięcią kształtu otwarcia?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

68. Dotyczy części nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza równoważną elektrodę monopolarną hakową, z rękojeścią w osi narzędzia, śr. 5 mm, dł. robocza 340mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza równoważną elektrodę monopolarną hakową, z rękojeścią w osi narzędzia, śr. 5 mm, dł. robocza 340mm.

69. Dotyczy części nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza równoważny instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z zaworem oznaczonym kolorem niebieskim, rozbieralny na 2 części, końcówka sondy z otworami, śr. 5mm, dł. robocza 410 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza równoważny instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z zaworem oznaczonym kolorem niebieskim, rozbieralny na 2 części, końcówka sondy z otworami, śr. 5mm, dł. robocza 410 mm.

70. Dotyczy części nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza dysektor laparoskopowy „Maryland” o podwójnej akcji, rozbieralny na 3 części, obrotowy, monopolarny, wielorazowego użytku średnica 5mm. Dł. 330mm. Rączka bez systemu zatraskowego z bolcem do podłączenia kabla HF?

Odp. Zamawiający dopuszcza dysektor laparoskopowy „Maryland” o podwójnej akcji, rozbieralny na 3 części, obrotowy, monopolarny, wielorazowego użytku średnica 5mm. Dł. 330mm. Rączka bez systemu zatraskowego z bolcem do podłączenia kabla HF.

71. Dotyczy części nr 18 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza kleszcze jelitowe typu „Long Johans”, delikatne atraumatyczne, okienkowe, laparoskopowe, o podwójnej akcji, rozbieralne na 3 części, obrotowe, monopolarne, wielorazowego użytku, średnica 5mm, dł. 330mm. Rączka z systemem zatraskowym (zamek wewnętrzny) umożliwiającym jego zupełną dezaktywację kciukiem, za pomocą przycisku/dźwigni?

Odp. Zamawiający dopuszcza kleszcze jelitowe typu „Long Johans”, delikatne atraumatyczne, okienkowe, laparoskopowe, o podwójnej akcji, rozbieralne na 3 części, obrotowe, monopolarne, wielorazowego użytku, średnica 5mm, dł. 330mm. Rączka z systemem zatraskowym (zamek wewnętrzny) umożliwiającym jego zupełną dezaktywację kciukiem, za pomocą przycisku/dźwigni.

72. Dotyczy części nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza grasper laparoskopowy typu „Endoclinch”, atraumatyczny, ząbkowany, okienkowy, o podwójnej akcji, rozbieralny na 3 części, obrotowy, monopolarny, wielorazowego użytku, średnica 5mm, dł. 330mm. Rączka z systemem zatraskowym (zamek wewnętrzny) umożliwiającym jego zupełną dezaktywację kciukiem, za pomocą przycisku/dźwigni?

Odp. Zamawiający dopuszcza grasper laparoskopowy typu „Endoclinch”, atraumatyczny, ząbkowany, okienkowy, o podwójnej akcji, rozbieralny na 3 części, obrotowy, monopolarny, wielorazowego użytku, średnica 5mm, dł. 330mm. Rączka z systemem zatraskowym (zamek wewnętrzny) umożliwiającym jego zupełną dezaktywację kciukiem, za pomocą przycisku/dźwigni.

73. Dotyczy części nr 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki laparoskopowe „Metzenbaum”, o podwójnej akcji, bransze dł. 14 mm, rozbieralny na 3 części (rączka, osłona diatermiczna, wkład narzędziowy), obrotowe. Monopolarne, wielorazowego użytku, średnica 5mm, dł. 330mm. Rączka bez systemu zatraskowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza nożyczki laparoskopowe „Metzenbaum”, o podwójnej akcji, bransze dł. 14 mm, rozbieralny na 3 części (rączka, osłona diatermiczna, wkład narzędziowy), obrotowe. Monopolarne, wielorazowego użytku, średnica 5mm, dł. 330mm. Rączka bez systemu zatraskowego.

74. Dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 44 dopuści do zaoferowania wysokociśnieniowy system do drenażu ran przeźroczysty, wykonany z nietłukącego tworzywa, ze wskaźnikiem poziomu próżni, z płaską butelką o pojemności 200ml, wyposażoną w czytelną wypukłą skalę (skalowanie co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi, zestaw wyposażony w dwa zaciski ślizgowe (przy butli i na drenie) oraz wieszak, podciśnienie początkowe 700mmHg (933 mbar)?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokociśnieniowy system do drenażu ran przeźroczysty, wykonany z nietłukącego tworzywa, ze wskaźnikiem poziomu próżni, z płaską butelką o pojemności 200ml, wyposażoną w czytelną wypukłą skalę (skalowanie co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi, zestaw wyposażony w dwa zaciski ślizgowe (przy butli i na drenie) oraz wieszak, podciśnienie początkowe 700mmHg (933 mbar).

Dotyczy Arkusz asortymentowo – cenowego części nr 33 poz.3

Zamawiający informuje, iż w części nr 33 pozycji 3 zmienia zapisy i wykreśla zapis - " lub 70 x 120 cm". W części nr 33 pozycja 3 otrzymuje brzmienie: "osłona na nogę do artroskopii jałowa z przylepcem, rozm. 40 ± 5 cm x 90 ± 10 cm lub taśma chirurgiczna samoprzylepna w rozmiarze 10x50 cm" .

Dotyczy zapisów projektu umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w § 2 ust. 3, nie więcej jednak niż **10% wartości brutto** niezrealizowanej dostawy;

2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości **2,5%** wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę;

3) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w §1 ust. 6, § 4 w wysokości 25 zł za każde naruszenie oraz dodatkowo w przypadku zwłoki – w wysokości 10 zł za każdy rozpoczęty dzień, **nie więcej jednak niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający dopuszcza przekazywanie ww. dokumentów księgowych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 3 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ poprzez dodanie zapisu o treści: „Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania”.

3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 5 projektu umowy w następujący sposób: ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru w terminie do pięciu dni roboczych, a w przypadku niekompletności – usunięcia braków w terminie do pięciu dni roboczych od otrzymania zawiadomienia. Termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to pięć dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia”.

4. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Tak, zgodnie z §4 ust. 7 i ust. 8 projektu umowy.

5. Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw do godz. 15.00 (§2 ust. 2)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w § 7 ust. 1 pkt 1) wynosiła 0,5% wartości brutto wyrobów niedostarczonych w terminie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy § 8 ust. 4 projektu umowy

Zamawiający informuje, iż w § 8 ust. 4 poprawia zapisy z:

”wydłużenie terminu wykonania zamówienia, w przypadku niewykorzystania w terminie określonym w § 2 ust. 2 całej wartości asortymentu, którego dotyczy umowa, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy **na:**

„wydłużenie terminu wykonania zamówienia, w przypadku niewykorzystania w terminie określonym w **§ 2 ust. 1** całej wartości asortymentu, którego dotyczy umowa, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy”

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).