



Politechnika Warszawska

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nr pisma: CEZAMAT/ZP3/2024/1/MM

Warszawa, 21.03.2024 r.

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:
„Usługa kalibracji i wzorcowania urządzeń laboratoryjnych w Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1:

„Dzień Dobry, z tego co rozumiem wymagają Państwo świadectwa PCA dla wag przed wykonaniem usługi. Nasza firma nie wykonywała tej usługi u Państwa wcześniej dlatego niemożliwe jest załączenia do oferty świadectwa przed wykonaniem usługi. Czy to będzie skutkować odrzuceniem ofert?”

Odpowiedź: W odniesieniu do części 4 zamówienia obejmującej kalibrację i wzorcowanie wagi w dokumentach zamówienia brak jest wymagania złożenia aktualnego świadectwa wzorcowania opatrzone symbolami PCA dla wagi. Niezależnie od powyższego Zamawiający zwraca uwagę, że wymaganie złożenia aktualnych świadectw wzorcowania w częściach 1, 2, 3, 5 zamówienia dotyczy narzędzi, przy pomocy których wykonywana będzie kalibracja i wzorcowanie.

PYTANIE nr 2:

„Zadania związane z walidacją urządzeń chłodniczych, autoklawów oraz komór laminarnych nie wymagają żadnych czynności serwisowych.

Wszystkie czynności to pomiary metrologiczne tj. rozkłady temperatury, pomiary przepływów etc. Czy wobec powyższego wymóg ten może zostać zniesiony dla tych zadań?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego, że osoba skierowana przez Wykonawcę do wykonania usług posiada przeszkolenie z zakresu przeprowadzenia usługi związanej z walidacją urządzeń chłodniczych, autoklawów oraz komór laminarnych.

Dyrektor
Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT

mgr Mariusz Wielec