

Załącznik nr 1A do SWZ

PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	WYMAGANE PARAMETRY	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
1.	Model konia wzorowany na standardowym 15-letnim koniu, kolor czarny	
2.	Wysokość kończyny: 1,5 m	
3.	Długość: 2,25 m (od nosa do ogona)	
4.	Najszerszy punkt: 0,6 m	
5.	5-częściowy, nadmuchiwany przewód żołądkowo-jelitowy	
6.	Prawa i lewa okrężnica brzuszna, prawa i lewa okrężnica grzbietowa i kątnica	
7.	3-metrowy odcinek jelita cienkiego z mocowaniem	
8.	Śledziona i lewa nerka połączone z więzadłem nerkowo-śledzionowym. Palpacyjnie wyczuwalna aorta, zdolna do symulacji pulsu	
9.	Wyczuwalna miękka macica z szyjką, cewką moczową i więzadłem szerokim	
10.	3 zestawy wymienialnych jajników; w okresie bezpłodnym, w okresie rui oraz w okresie rui z pęcherzykiem jajnikowym	
11.	Funkcja abdominocentezy (nakłucie jamy brzusznej) z wymienną wkładką; zbiornik płynu i wyczuwalna linia	
12.	Sztuczny, zdejmowany ogon	
13.	Miękki, trwały panel krocza z otworem odbytniczym i sromem do badania palpacyjnego	
14.	Replika miednicy	
15.	Dmuchany odbytniczy rękaw winylowy	
Główne cechy modułu do wenopunkcji i wstrzyknięć domięśniowych:		
1.	Nakłucie żyły szyjnej	



2.	Możliwa palpacja żył szyjnych	
3.	Łatwo wymienne rurki z lateksowe imitujące żyły dzięki czemu możliwe są wielokrotne nakłucia	
4.	Zestaw obejmuje 5 kompletów żył	
5.	System mechaniczny pozwala na wzrost ciśnienia w żyłach	
6.	Długotrwała, łatwa w demontażu, zmywalna, wymienna skóra pokryta grzywą	
7.	Część тренаżera przeznaczona do iniekcji domięśniowych, dostosowana jest do wykonywania wielokrotnych wstrzyknięć oraz przyjmowania płynów	
8.	Miękka silikonowa głowa z elastycznymi uszami i dobrze odwzorowaną anatomią, przedstawia miejsca wstrzyknięć w okolicy twarzy i "akceptuje" uzdę (możliwość zakładania uzdy)	
9.	Zestaw zawiera statyw na kółkach z regulowaną wysokością oraz kątem nachylenia i możliwością obrotu o 90 stopni	

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.