



PŁYTA FUNDAMENTOWA POD URZĄDZEI

ZBROJENIE DOLNE I GÓRN

LOKALIZACJA W ARCHITEKTUR



UWAGI:

Pod projektowanymi fundamentami należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną do $ID=0,7$ o grubości 20cm na której ułożyć 10 cm warstwę betonu B10 oraz warstwę izolacji ze styropianu ekstrudowanego XPS 500. Na tak przygotowanym podłożu wykonać fundament.




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Pręta	Średnica	Długość pręta	Ilość prętów w elemencie	Ilość elementów	Długość
	[mm]	[m]	[szt.]	[szt.]	Ø 10 [m]
1	10	2,84	6	2	34,08
2	10	1,17	10	2	23,40
3	10	2,41	8	2	38,56
4	10	0,75	12	2	18,00
5	10	1,00	12	1	12,00
6	10	1,08	60	1	64,80
Długość całkowita [m]					190,84
Masa jednostkowa wg średnic [kg/m]					0,620
Masa wg średnic [kg]					118,32
Masa całkowita [kg]					175,86

UWAGI:

- GRUBOŚĆ PŁYTY 20cm.
- BETON C25/30 (B30), CHUDY BETON C8/10 (B10) gr. 10cm
- STAL ZBROJENIOWA AIIIIN
- OTULINY:
 - dolna - 3cm
 - pozostałe - 2cm
- PROMIĘN GIĘCIA PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-EN 1992-1-1
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA URZĄDZENIA
- IZOLACJĘ PRZECIWILGOCIOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PROJEKTANT WINIEN BYĆ POWIADOMIONY O EWENTUALNYCH NIEZGODNOŚCIACH.

WYMIAROWANIE PRĘTÓW W OBRYŚIE:
A) ZEWNĘTRZNYM B) WEWNĘTRZNYM



Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski.

Biuro usług projektowo-wykonawczych
ARCHPEAK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL. SULECHOWSKA 33/2
ZIELONA GÓRA 65-022
NIP: 929-175-43-39

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKU B
ETAP I - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
"MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O."

INWESTOR:
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.
UL. ZYTY 26

ADRES:
UL. ZYTY 26, ZIELONA GÓRA
DZ. NR 61/12

NAZWA RYSUNKU: PŁYTA FUNDAMENTOWA POD URZĄDZENIE TOMOGRAFU "PFT1"			DATA: 08.2024
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA: 1:50
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	PODPIS:	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ LBS/0161/PWBKb/21		RYS. NR K-3
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. JACEK MIKODA UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ 2479/93		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. MARTA KALINOWSKA		