

DZP.271.29.2023-2

Bielsko-Biała, dnia 27.06.2023r.

*Dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na:” „Dostawy odczynników, krwinek wzorcowych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do oznaczeń w immunohematologii metodą aglutynacji kolumnowej, żelowej wraz ze szkoleniem personelu z obsługi aparatu dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” - znak sprawy: DZP.271.29.2023.

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści :

Zapytania nr 1:

1. Prosimy o potwierdzenie, że formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 5 do SWZ), w kolumnie 5. (cena jednostka Netto) Zamawiający oczekuje podania ceny jednostkowej netto za opakowanie handlowe, którą to ilość należy oszacować zaokrąglając w górę do pełnych opakowań handlowych na podstawie wskazanej liczby badań?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający w kolumnie 5. (cena jednostk. Netto) oczekuje podania ceny jednostkowej netto za opakowanie handlowe.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie pozycji 3. Tabela B: Screening przeciwciał w teście NaCl (zał. nr 5 do SWZ), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika, który nie posiada certyfikatu z numerem jednostki notyfikowanej z uwagi na brak jednostki notyfikowanej w procesie oceny zgodności tego odczynnika?

**Odpowiedź:** Zamawiający omyłkowo zaliczył produkt do grupy produktów wymagających kontroli w laboratorium wyznaczonym przez jednostkę notyfikowaną. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika, który nie posiada certyfikatu z numerem jednostki notyfikowanej.

3. Czy w związku z opisem zawartym w pkt. 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 6 do SWZ) Zamawiający dopuści możliwość zainstalowania jednego z analizatorów w terminie do 21-30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści możliwość zainstalowania jednego z analizatorów w terminie do 21-30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje zapisy w :

\*SWZ w rozdziale IV pkt. 11,

\*Projekcie umowy- załączniku nr 3 do swz par 4 pkt. 1

\*Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do swz pkt 6 ( zmodyfikowany opis w załączeniu), które otrzymują brzmienie: Aparaturę przeznaczoną do pracowni Laboratorium Analitycznego w obu lokalizacjach należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić oraz przeszkolić personel w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy **za wyjątkiem jednego analizatora, który należy dostarczyć w terminie do 21- 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**

Ponad to Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, na następujące:

Termin składania ofert: 04.07.2023r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.07.2023r. godz. 10:30, oraz

Termin związania ofertą: 02.08.2023r.

Z poważaniem,

  
**Z-CA DYREKTORA**  
ds. Techniczno-Administacyjnych  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
Im. Jana Pawła II w Bielsku Białej  
*mgr inż. Grzegorz Kubica*

