



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 01.07.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 19/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 11

1. Dotyczy: Zadanie 93 pozycja 1- 6 :

Prosimy o dopuszczenie produktów wykonanych z minimum 2 warstwowego laminatu polietylenowo-polipropylenowego o minimalnej gramaturze 56g/m² spełniającego wymogi normy PN EN 13795 o wyższych niż wymaga tego Zamawiający parametrach :

wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min.50 N
wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 50 N
wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 200 kPa
wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 200 kPa
odporność na przenikanie cieczy min. 270 cmH₂O,
nasiąkliwość (absorbcja) min. 360% zgodna z EN ISO 9073

Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu podania zarówno wartości chłonności oraz nasiąkliwości ponieważ oba te parametry wydają się być tożsame bądź podanie zgodnie z jakimi metodami badań powinny być wykonane. Zgodnie z normą EN 13795 jeżeli absorbcja (chłonność) jest parametrem zadeklarowanym przez wytwórcę w celu nasiąkliwości, to zaleca się ocenę z EN ISO 9073.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy: Zadanie 93 pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania serwetę operacyjną o wymiarze 175 x 240 cm wykonaną z 2 warstwowego laminatu polietylenowo-polipropylenowego o minimalnej gramaturze 56g/m² spełniającego wymogi normy PN EN 13795 o wyższych niż wymaga tego Zamawiający parametrach :

wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min.50 N
wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 50 N
wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 200 kPa
wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 200 kPa
odporność na przenikanie cieczy min. 270 cmH₂O,
nasiąkliwość (absorbcja) min. 360% zgodna z EN ISO 9073 ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy: Zadanie 93 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania Zestaw do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

- Wzmocniona serweta na stół instrumentalny 150 x 200 cm – 1 sztuka
- Serweta z przyklepcem z wycięciem w kształcie „U” 15 x 100 cm o rozmiarze 220 x 300 cm – 1 sztuka
- Wzmocniona serweta samoprzylepna o rozmiarze 240 x 150 cm – 1 sztuka
- Wzmocniona serweta samoprzylepna o rozmiarze 175 x 175 cm – 1 sztuka
- Osłona na kończynę o rozmiarze 33 x 116 cm – 1 sztuka
- Ręcznik chłonny o rozmiarze 30 x 34 cm - 4 sztuki
- Taśma samoprzylepna o rozmiarze 9 x 51 – 3 sztuki

Dodatkowo do zestawu dołączona osobno pakowana kieszeń przylepna wykonana z folii PE o grubości 80 µm o wymiarach 40 x 40 cm

Zestaw wykonany z 2 warstwowego laminatu polietylenowo-polipropylenowego o minimalnej gramaturze 56g/m² spełniającego wymogi normy PN EN 13795 o wyższych niż wymaga tego Zamawiający parametrach :
wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min.50 N

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 50 N
wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 200 kPa
wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 200 kPa
odporność na przenikanie cieczy min. 270 cmH₂O,
nasiąkliwość (absorbpcja) min. 360% zgodna z EN ISO 9073
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy: Zadanie 93 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Zestaw do głowy / szyi o następującym składzie:

- Wzmocniona serweta na stół instrumentalny 150 x 200 cm – 1 sztuka
- Trójwarstwowa serweta z przylepcem z wycięciem w kształcie „U” 6 x 90 cm o rozmiarze 220 x 260 cm – 1 sztuka
- Serweta typu turban o rozmiarze szerokość: 37cm; długość: 47cm; dwie taśmy lepne 3,5x10,5cm – 1 sztuka
- Kieszeń dwukomorowa o rozmiarze 34 x 35 cm – 1 sztuka
- Osłona na stolik Mayo o rozmiarze 75 x 150 cm – 1 sztuka
- Taśma samoprzylepna o rozmiarze 9 x 51 – 2 sztuki

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82