



Olsztyn, dn. 5 grudnia 2024 r.

Nr sprawy 49/2024

## Wszyscy uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej - zakup współfinansowany ze środków budżetu państwa pochodzących z części 46 - Zdrowie**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

#### **Zestaw 1.**

W ZAKRESIE CZ. 1

1. Prosimy o podanie jakiego typu butelek z anestetykami wziewnymi Państwo używacie lub będziecie używać do napełniania parowników będących przedmiotem oferty: Baxter, AbbVie czy Piramal?

**Odpowiedź:**

Baxter.

2. Prosimy o podanie jakiego typu przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia Państwo używacie: Edwards, Braun, Transpack, BD, czy też inny? Prosimy o podanie.

**Odpowiedź:**

Edwards

3. WZOR UMOWY § 14 UST 1 PKT. 1)- PAKIET 1

CZY ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODE NA ZMINEJSZENIE KAR UMOWNYCH DO 0,2% ZA KAŻDY DZIEŃ ZWŁOKI?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

4. WZOR UMOWY § 14 UST 5 PAKIET 1

CZY ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODE NA ZMNIEJSZENIE ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI KAR UMOWNYCH DO 10 % WARTOŚCI UMOWY?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

#### **Zestaw 2.**

### **Rozdział V SIWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania zamówienia na 31 stycznia 2025 r.?

Uzasadnienie: Czas realizacji zamówienia po podpisaniu umowy jest niemożliwy z powodu narastających zamówień do producentów, opóźnień produkcyjnych, które wydłużają czas dostawy przedmiotu zamówienia. Deklarujemy przekazanie sprzętu do 31 stycznia 2025 r. W przypadku braku zgody na przesunięcie terminu realizacji zamówienia na 31 stycznia 2025 r. proszę o wskazanie możliwie najdłuższego terminu na realizację przedmiotowego

zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

**Załącznik nr 3 – Formularz wymagań technicznych – warunków granicznych, zadanie nr 2, pkt. 31**

Czy zamawiający wymaga dostawy zawartego w formularzu warunków technicznych zestawu uniwersalnych lup operacyjnych dedykowanych do wizualizacji nerwów obwodowych, powiększenie min. x2.5, ogniskowa min. 400mm, możliwość mocowania lampy LED na klips magnesowy, opaska mocująca?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

**Zestaw 3.**

Dotyczy Zadania 1: Aparat do znieczulania

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty (LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

---

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:

[https://platformazakupowa.pl/pn/usk\\_olsztyn/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings)