

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 51
fax. 0-12 614 25 51
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.60. 828 .2019

Kraków, dnia 08 .08.2019 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że wpłynęły pytania do postępowania nr DZ.271.60.2019 na dzierżawę systemu do mapowania elektroanatomicznego serca 3D wraz z dostawą elektrod

Pytanie nr 1

Dotyczy ELEKTRODA DO ABLACJI Z CHŁODZENIEM CIECZĄ – załącznik nr 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do ablacji z chłodzeniem cieczą bez wektora siły nacisku, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Tomasz Rajs
LEKARZ
3246071

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr hab. p. med. Dorota Sobczyk