

Milicz, dnia 28.10.2022r.

Zamawiający:

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z 27.10.2022

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice nitrylowe jednorazowe, diagnostyczne, bezpydrowe, w kolorze niebieskim; kształt uniwersalny – wewnątrz chlorowane; teksturowane końcówki palców; w rozmiarach od S do XL; długość min. 240 mm (potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta); ściana palca 0,09 mm (potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta); grubość dłoni 0,06 mm (potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta); AQL 1,0 (potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta).

Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III typ B. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z prawodawstwem europejskim 10/2011 (WE), 1935/2004 (WE) i 2023/2006 (WE), normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z normami: EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1 i EN 16523-1 i EN 374-4, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 i ISO 16604 i ASTM F 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTM D6978. Oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii.

Przebadane na przenikanie wirusów potwierdzone Specyfikacją danych produktu wystawioną przez producenta.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie