



Poznań, 4 października 2023 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

Nasz znak: AD-O.272.13.2023

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę końcówek jednorazowych do pipet automatycznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego na dostawę końcówek jednorazowych do pipet automatycznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Pakiet I

Postępowanie dotyczące pakietu I zostało zgodnie z treścią art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnione, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Pakiet II

**Googlab Scientific Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 8
83-200 Rokocin
z ceną brutto: 1 893,00 zł
termin dostawy: 1 dzień roboczy**



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów, które zostały obliczone zgodnie z kryterium podanym w SWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium	Liczba pkt w kryterium	Razem
1.	Googlab Scientific Sp. z o.o. ul. Brzozowa 8 83-200 Rokocin	Cena brutto 60 pkt Termin dostawy 40 pkt	60,00 pkt 40,00 pkt	100,00 pkt

Pakiet III

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26 września 2023 r.

Pakiet IV

**Googlab Scientific Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 8
83-200 Rokocin
z ceną brutto: 72 217,04 zł
termin dostawy: 11 dni roboczych**

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów, które zostały obliczone zgodnie z kryterium podanym w SWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium	Liczba pkt w kryterium	Razem
1.	Googlab Scientific Sp. z o.o. ul. Brzozowa 8 83-200 Rokocin	Cena brutto 60 pkt Termin dostawy 40 pkt	60,00 pkt 40,00 pkt	100,00 pkt

Pakiet V

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26 września 2023 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, zgodnie z treścią art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych* zawiadamia o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.



W zakresie pakietu I odrzucono ofertę wykonawcy Googlab Scientific Sp. z o.o. z siedzibą w Rokocinie, ul. Brzozowa 8 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy*, ponieważ oferta została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych - próbek końcówek jednorazowych do pipet automatycznych „BC” wraz z dokumentacją. Dostarczone przez wykonawcę, przedmiotowe środki dowodowe nie spełniały wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy* wezwał wykonawcę do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Złożone na wezwanie zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe również nie spełniały wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał produkt, którego oczekuje następująco „końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.038”. Dostarczone przez wykonawcę próbki końcówek nie są kompatybilne z pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.038. Po nałożeniu końcówki na pipetę i dokonaniu sprawdzenia metodą wagową polegającą na pobraniu właściwej porcji wody a następnie zważeniu, otrzymano wyniki niezgodne z oczekiwaniami. Pipeta z końcówką nie pobiera odpowiedniej ilości materiału. Praca w laboratorium z wykorzystaniem takiej końcówki prowadziłaby do tego, że otrzymane wyniki badań nie byłby miarodajne.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał produkt, którego oczekuje następująco „końcówki o pojemności 0,5µl-250µl, wysokość końcówki 52mm-53mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 42mm-43mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpiquette i pudełkami do końcówek Finntips”. Dostarczone przez wykonawcę próbki końcówek są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał końcówki o wysokości 52mm-53mm, wysokości osadzenia 10mm, wysokości stożka 42mm-43mm. Końcówki dostarczone jako próbki mają wysokość 51,80mm, wysokość osadzenia 15,92mm, wysokość stożka 36mm. Ponadto dostarczone próbki końcówek o pojemności 0,5µl-250µl nie są kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pudełkami do końcówek Finntips. Po włożeniu zaoferowanych próbek końcówek do posiadanych przez Zamawiającego pudełek do końcówek Finntips nie ma możliwości zamknięcia pudełek, ponieważ zaoferowane końcówki mają niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia wysokość osadzenia. Końcówki muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pudełkami z uwagi na to, że w pudełkach są poddawane procesowi sterylizacji.

W zakresie pakietu II odrzucono ofertę wykonawcy Polgen Machejko Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Puszkina 80 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy*, ponieważ wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów. Oferta wykonawcy Polgen Machejko Spółka komandytowa została złożona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta została podpisana przez osobę, która nie jest wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym jako osoba uprawniona do reprezentowania spółki, osoba ta nie jest też



prokurentem. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy* wezwał wykonawcę do złożenia innych dokumentów tj. pełnomocnictwa dla osoby, która podpisała ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca w wyznaczonym terminie przesłał dokument w formacie pdf. zatytułowany „Pełnomocnictwo WIW Poznań-sig.pdf”. Dostarczonego dokumentu nie można jednak otworzyć, podczas prób otwarcia dokumentu pojawia się komunikat, że plik jest uszkodzony, w związku z czym dokument uważa się za niedostarczony.

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych
mgr Lidia Żużelchowska-Cerek


* Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)

Otrzymują:

1. Googlab Scientific Sp. z o.o., Rokocin
2. Alchem Grupa Sp. z o.o., Toruń, Oddział Wielkopolska Ostrów Wlkp.
3. Polgen Machejko Sp. k., Łódź

Dziękujemy za udział w postępowaniu. W zakresie pakietu II umowa zostanie podpisana po 16 października 2023 r. W zakresie pakietu IV Zamawiający skorzystał z treści art. 264 ust.2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokładny termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl