



# REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel. 12 261 88 20, fax. 12 261 88 22, email: sekretariat@rckik.krakow.pl

---

Kraków, 29.12.2023 r.

## WYJAŚNIENIA SWZ nr 2

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawa Pzp” na „Sukcesywna dostawa zestawów pojemników poczwórnych na krew i jej składniki do pobierania krwi i preparatyki KKCz, góra-dół z filtrem in-line” – znak sprawy ZP-37/23

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 137 ustawy Pzp, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej:

### **Dotyczy SWZ**

#### Pytanie 1.

Prosimy o zaakceptowanie pojemników gdzie kaniule przy pojemniku macierzystym i pojemniku z płynem wzbogacającym dostosowane są do posiadanego przez Zamawiającego systemu automatycznego otwierania króćców w prasach znajdujących się na Preparatyce w Krakowie. Stosowanie posiadanego systemu gwarantuje eliminację ryzyka występowania hemoliz na etapie preparatyki, a także zapewnia komfort pracy operatorom poprzez brak konieczności ręcznego przełamywania kaniul, która jest najczęstszą przyczyną zespołu cieśni nadgarstka.

#### Pytanie 2.

Zamawiający w pkt. 8 wymaga długości drenu czerpalnego od 120 do 145 cm (od pojemnika do nasady igły). Prosimy o zaakceptowanie pojemników gdzie wspomniana długość drenu wynosi średnio 114,5 cm z możliwym skurczem po sterylizacji wynoszącym do ok. 6%. Taka długość drenu zapewnia wystarczający komfort wkłucia dla operatora i zapewnia optymalny przepływ krwi od dawcy do pojemnika kolekcyjnego. Zestawy tego typu są z powodzeniem wykorzystywane przez wiele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w tym między innymi w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Radomiu.

#### Pytanie 3.

Zamawiający w pkt. 9 wymaga długości drenu na próbki pilotujące 70 – 100 cm przy pojemniku na UKKCz. Prosimy o zaakceptowanie pojemników gdzie długość drenu

przeznaczonego na próbki pilotujące (dren z oznaczeniami biegnący od pojemnika na UKKCz do obudowy filtra in-line) wynosi ok. 70 cm z możliwym skurczem po sterylizacji do 10%. Zestaw zawiera również dodatkowy dren przy pojemniku na UKKCz przeznaczony na próbki np. do kontroli jakości o długości średnio 26 cm z możliwym skurczem po sterylizacji do ok. 8%. Zestawy tego typu są z powodzeniem wykorzystywane przez wiele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w tym między innymi w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Radomiu.

#### Pytanie 4.

Zamawiający w pkt. 10 wymaga długości drenu pomiędzy pojemnikiem z CPD a pojemnikiem na KKCz z płynem wzbogacającym nie krótszej niż 40 cm. Prosimy o zaakceptowanie pojemników gdzie wspomniana długość drenu wynosi nie mniej niż 39 cm. Taka długość drenu zapewnia możliwość separacji składników krwi na prasach automatycznych będących na wyposażeniu Zamawiającego. Zestawy tego typu są z powodzeniem wykorzystywane przez wiele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w tym między innymi w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Radomiu.

#### Pytanie 5.

Zamawiający w pkt. 12 wymaga aby etykiety macierzyste na pojemnikach zawierały między innymi informacje słowne w języku polskim odnośnie składu płynów. Prosimy o zaakceptowanie zestawów gdzie wspomniana informacja znajduje się w specyfikacji technicznej produktu dostępnej na każde żądanie Zamawiającego. Zestawy tego typu są z powodzeniem wykorzystywane przez wiele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w tym między innymi w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Radomiu.

### **Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt 1.**

#### Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

Strony uzgadniają, że w przypadku przekroczenia terminu dostaw, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy brutto za każdy dzień zwłoki.

### **STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu pojemniki.

#### **Pytanie nr 2**



Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 3**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga długości drenu na próbki pilotujące nie krótszego niż 70 cm.

### **Pytanie nr 4**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w pkt. 10 wymaga długości drenu pomiędzy pojemnikiem z CPD a pojemnikiem na KKCz z płynem wzbogacającym nie krótszej niż 39 cm.

### **Pytanie nr 5**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 6**

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia istotne postanowienia umowne w taki sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*Strony uzgadniają, że w przypadku przekroczenia terminu dostaw, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy brutto za każdy dzień zwłoki.*

