



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 | NIP 725-10-19-093 | REGON 000288774
Tel. 42 677 68 34 | Fax 42 678 11 76

www.barlicki.pl

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódź, 04.10.2022 r.

e-mail: marta.kieras@barlicki.pl
Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 77/PN/ZP/D/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi w ramach zadania Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej pn. „Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną”.

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Załącznik 1a4, Pakiet nr 4

Nazwa: Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Ad 15. Czy Zamawiający dopuści obsługę kardiomonitora poprzez pojemnościowy ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Załącznik 1a4, Pakiet nr 4

Nazwa: Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Ad 31. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawierają kryteria specyficzne dla danej płci i wieku, bez narzędzia do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), bez możliwości zgłaszania bólu w klatce piersiowej i bez eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającą automatyczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora, bez wykonywania seryjnej analizy porównawczej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Załącznik 1a4, Pakiet nr 4

Nazwa: Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Ad 32. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o długości przewodów łączących monitor z pacjentem 3,5 m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Załącznik 1a4, Pakiet nr 4

Nazwa: Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Ad 47. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z sumaryczną długością przewodu połączeniowego i czujnika SpO2 wynoszącą 3,1 m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Załącznik 1a4, Pakiet nr 4

Nazwa: Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Ad 50. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z algorytmem pomiarowy NIBP wykorzystującym standardowy, ogólnodostępny jednotubowy systemem wężyków i mankietów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 6

Załącznik 1a4, Pakiet nr 4

Nazwa: Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Ad 55. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z mankietami dla pacjentów otyłych stożkowe, które nie są walidowane do pomiaru na przedramieniu? Rozwiązanie takie jest charakterystyczne tylko dla jednego dostawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Załącznik 1a4, Pakiet nr 4

Nazwa: Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Ad 59. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – bez wpisywania własnych nazw etykiet, łącznie 13 nazw?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Załącznik 1a4, Pakiet nr 4

Nazwa: Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Ad 65, 66. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem i wyświetlaniem PPV, bez możliwości pomiaru i wyświetlania SPV?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Załącznik 1a4, Pakiet nr 4

Nazwa: Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Ad 78. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji, z wykorzystaniem cewnika Swan-Ganz'a oraz pomiar saturacji SvO2 i ScvO2, z pomiarem SvO2 realizowanym z wykorzystaniem modułu interfejsowym do zewnętrznego urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 10

Załącznik 1a4, Pakiet nr 4

Nazwa: Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Ad 80. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA, bez możliwości pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

DOTYCZY umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu lub jego instalacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy

2. Za opóźnienie w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 4 lit. d, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto niewykonanego w terminie przeglądu, konserwacji, serwisu i naprawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, niewykonanego w terminie przeglądu, konserwacji, serwisu i naprawy

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12
DOTYCZY umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13
załącznik 1a2 pkt. 25 - analizator do tromboelastometrii wraz z oprogramowaniem

Czy zamawiający dopuści aparat z kolorowym o wysokiej rozdzielczości ekranem dotykowym LCD o przekątnej 6,5"? Na ekranie wyświetlane są wszystkie niezbędne monitory, wybory, wyniki analiz (forma numeryczna i graficzna) oraz wskazówki przeprowadzające użytkownika przez procedury analizatora. Dzięki kompaktowej konstrukcji, proponowany analizator jest bardzo praktyczny oraz łatwy w transporcie dzięki małym rozmiarom, niskiej wadze i zintegrowanemu uchwyty. Daje możliwość użycia go w każdych warunkach szpitalnych (sala pacjenta, ambulatorium czy sala operacyjna).


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14
załącznik 1a2 pkt. 28 - analizator do tromboelastometrii wraz z oprogramowaniem

Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w czarno-białą drukarkę? Zaproponowana opcja jest w pełni wystarczająca do codziennego użytku. Możliwość zintegrowania analizatora z siecią szpitalną pozwala na analizę wyników na wybranym komputerze co daje również możliwość wydruku w pełnym kolorze i wysokiej jakości.

Dopuszczając powyższy analizator hemostazy TEG® 6s otrzymujecie Państwo możliwości wykonywania niezależnie dwóch różnych analiz w jednym urządzeniu:

- 1) Tromboelastometrii
- 2) Agregometrii



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15
Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., czas reakcji serwisu wynosi do 3 dni roboczych, czas naprawy gwarancyjnej wynosi do 8 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy dot. oferowanego bronchoskopu), w przypadkach szczególnych (np. konieczności sprowadzenia części



zamiennych z zagranicy) do 14 dni roboczych; za dni robocze uważa się w niniejszej umowie dni od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., w przypadku 3-krotnej (z przyczyn niezależnych od Użytkownika) naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element, podzespół na nowy wolny od wad”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., w przypadku przekroczenia terminu 14 dni roboczych na naprawę gwarancyjną Wykonawca dostarczy bezpłatnie sprzęt zastępczy”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca udziela 10 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji, zgodnie z SWZ”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4g

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia, potwierdzone wpisem w paszporcie, o ile postój trwał dłużej niż 7 dni roboczych”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia w części zamienne na okres 8 lat ..., z zachowaniem funkcjonalności urządzenia przez 8 lat”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 6a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., przeglądów (potwierdzonych wpisem w paszport techniczny) przedmiotu zamówienia w ilości przynajmniej raz w roku lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. Przeglądy rozumiane, jako usługa wykonania przez Wykonawcę, tj. dojazd, koszt robocizny z wyłączeniem części zużywalnych. Te będą osobno kalkulowane po wykonaniu danego przeglądu”?

Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji (oświadczenie Wykonawcy należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego),

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu lub jego instalacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego sprzętu, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego sprzętu”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 23

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Za opóźnienie w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 4 lit. d, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto danego urządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 8% wartości wynagrodzenia brutto danego urządzenia”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy lub instalacji bądź uruchomienia towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8 % wartości wynagrodzenia brutto danej pozycji z pakietu”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Kary umowne są niezależne od siebie, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 20 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust.1 umowy”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Dotyczy warunków umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązania umowy wyłącza możliwość naliczania kar umownych”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1, 1.4.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„..., gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 7 dni roboczych”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1, 1.4.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy powyżej 10 dni roboczych, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego na wykonanie przedmiotu umowy”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29

Dotyczy zadania 1.

Czy Zamawiający w pozycjach 1 ma na myśli osocze deficytowe do oznaczania czynnika VII?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

Dotyczy zadania 1.

Czy w pozycji 5. należy zaoferować odczynnik do badania aktywności vWF z zastosowaniem rystocetyny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 31

Dotyczy zadania 2.

Poz. 1. Prosimy o jasne podanie ilości wymaganych kuwet, naczynek do rozcieńczeń, buforu do fibrynogenu. (Jest podana tylko łączna ilość opak. wszystkich tych materiałów). Prosimy także o sprecyzowanie, co Zamawiający określa poprzez "inne odczynniki potrzebne do wykonania badań". Czy Zamawiający ma tutaj na myśli kontrole, kalibratory do odczynników wymienionych w Zadaniu 1.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Dotyczy zadania 2.

W oryginalnych odczynnikach do aparatu "bufor do fibrynogenu" to to samo co "płyn do rozcieńczania próbek". Czy w pozycji 1. i 5. należy zaoferować ten sam materiał?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Pakiet 4

Monitor funkcji życiowych z opcją kalorymetrii

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia monitora z funkcją pomiaru wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej?

Odpowiedź: Monitor musi posiadać funkcję pomiaru wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej.

Pytanie 34

Pakiet 4

Dotyczy SWZ – Przedmiotowe środki dowodowe:

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi stworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Pakiet 4

Dotyczy termin realizacji dla Pakietu nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do: 15 grudnia 2022 r.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Dotyczy wzór umowy §5

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 4 g.

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 38

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39

Dotyczy wzoru umowy §

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urzędów medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmiami w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmiami, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmiami zostaje wyłączone:

„(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmiami”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmiami wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmiami, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 i 2

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, projektowane postanowienia umowne przewidują karę umowną za zwłokę

Pytanie 41

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1

Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia. Wobec powyższego prosimy Zamawiającego o obniżenie kary za zwłokę w dostarczaniu sprzętu lub jego instalacji do: 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 1 ust. 1 / każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 42

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć: 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43

Dotyczy wzoru umowy § 13

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją w kraju oraz na świecie, proponujemy uzupełnienie umowy o następujące zastrzeżenia:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*

W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44

Pytania do wzoru umowy PPD0:

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 9 pkt 2

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie § 8 ust. 9 pkt. 2

1.

„W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający lub podwykonawca Podmiotu przetwarzającego zgłasza je Administratorowi w ciągu 48 godzin.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

p.o. Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia Medycznego
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi

Anna Pietrzyk
mgr Anna Pietrzyk