



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 28.07.2023

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn.

Dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

ZP/53/2023

Pytanie 1

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w pakiecie 1 w/w postępowania wkłady do strzykawki Spectris Solaris będące zamiennikiem dla oryginalnych wkładów? Alternatywne produkty posiadają niezbędne certyfikaty i są dopuszczone do obrotu w Polsce. Informujemy także, iż Wykonawca jest w stanie zaoferować bardzo korzystną cenę, która przełoży się na wygenerowanie przez Zamawiającego znaczących oszczędności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 1 w/w postępowania wkłady do strzykawki Spectris Solaris będące zamiennikiem dla oryginalnych wkładów

Pytanie 2

Pakiet 1

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do pakietu nr 1 postępowania kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu Spectris Solaris zestaw, który zawiera łącznik 2 zastawami antyzwrotnymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do pakietu nr 1 postępowania kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu Spectris Solaris zestaw, który zawiera łącznik 2 zastawami antyzwrotnymi.

Pytanie 3

Pakiet 1

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do pakietu nr 1 postępowania kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu Spectris Solaris zestaw, który zawiera łącznik z trójnikiem Y.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do pakietu nr 1 postępowania kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu Spectris Solaris zestaw, który zawiera łącznik z trójnikiem Y

Pytanie 4

Pakiet 8

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 8 w pozycji 1**, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego zawierających w składzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu Mac-Loc, długość cewnika 25 cm, średnica 6.3 Fr, 8.5 Fr, 10.2 Fr, 12 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, dodatkowo zestaw posiada igłę trokar 18 G / 26 cm (19 G/26 cm dla śr. cewnika 6,3 Fr) cm dwa obturatory, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Kończówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w rtg.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w pakiecie 8 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego zawierających w składzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu Mac-Loc, długość cewnika 25 cm, średnica 6.3 Fr, 8.5 Fr, 10.2 Fr, 12 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, dodatkowo zestaw posiada igłę trokar 18 G / 26 cm (19 G/26 cm dla śr. cewnika 6,3 Fr) cm dwa obturatory, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Kończówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w rtg.

Pytanie 5

Pakiet 8

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 8 w pozycji 2**, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem Mac-Loc umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec części drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 lub 12 FR dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg (20 cm). Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych. Drenaż zewnętrzno-wewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w pakiecie 8 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem Mac-Loc umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec części drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 lub 12 FR dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg (20 cm). Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych. Drenaż zewnętrzno-wewnętrzny

Pytanie 6

Pakiet 11

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 11 pistoletu z igłą o długościach 6/10/12/16/20 cm spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez

Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pistoletu z igłą o długościach 6/10/12/16/20 cm spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego

Pytanie 7

Dotyczy przedmiotu umowy

Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych?

Wyroby będące przedmiotem zamówienia (pakiety nr 3 i 4) dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po 20 sztuk (zestawy materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku – zestaw dwunastogodzinny) oraz 50 sztuk (jednorazowy dren spiralny – tzw. linia pacjenta). Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań (konfekcjonowanie).

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie możliwości realizacji składanych zamówień częściowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych, np. poprzez dodanie odpowiedniego zapisu we wzorze umowy: „Zamówienia będą składane na i odpowiadające krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień częściowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku dopuszczenia innych parametrów bądź produktów niż określone w SWZ, w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym, zaznaczyć gwiazdką (*) daną pozycję w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisać na kolorowo oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „*-poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego”.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Mgr. Kinga Miśkiewicz
Przewodnicząca Komisji Przetargowej