



D.25C/250/421/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **SUKCESYWNE DOSTAWY JEDNORAZOWEGO ASORTYMENTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: **D25C/252/N/23-47rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

zadanie 6, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wyceny osłonek medycznych (prezerwatyw) pakowanych pojedynczych w zbiorczych opakowaniach po 144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem do 220 opakowań.

Dopuszczenie zaproponowanej wyceny umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 220 op.

2. Zapytanie Wykonawcy:

zadanie 6, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie wyceny osłonek medycznych (prezerwatyw) w zbiorczych opakowaniach po 144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem do 84 opakowań, co daje 12.096 sztuk.

Dopuszczenie zaproponowanej wyceny umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 83,33 op.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie do postępowania

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia nie jest usługa transportu. Na wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego magazynowania i transportu.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 15, poz. 1

Proszę o dopuszczenie bluzy wykonanej z włókniny typu SMS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.



5. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 14, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §2 umowy, pkt. 3 i zwiększenie gwarantowanego wykorzystania ilości asortymentu do 80%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zad 4, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści worek (kaczkę) z zastawką z podziałką co 100 ml (linearnie i cyfrowo)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zad 6, poz. 1-2- Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'144 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu w poz. 1 – 220 op. a w poz. 2 - 83,33 op.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zad 6, poz. 2- Czy Zamawiający dopuści osłonki medyczne pakowane osobno w saszetkę aluminiową i w opakowaniu zbiorczym 144szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza osłonek pakowanych osobno, ale dopuszcza w opakowaniu zbiorczym 144 szt, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 83,33 op.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zad 7, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne wykonane z winylu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zad 7, poz. 2- Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne wykonane z winylu i tylko w białym kolorze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zad 11, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 160 op.

12. Zapytanie Wykonawcy:


Zad 12, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści zestaw do wlewów o pojemności worka 2000ml oraz z boczną podziałką co 500 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 15 – Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzygarki innej niż opisanej przez Zamawiającego.

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach). Prosimy o dopuszczenie strzygarki z 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych, w przypadku gdy strzygarka posiada w/w trzyczakresową, obrotową głowicę ułatwiającą usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała. Strzygarki ładowanej kontaktowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych, niż opisanych przez Zamawiającego pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36 mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie ostrzy do włosów grubych innych, niż opisanych przez Zamawiającego pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36 mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 25 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie ostrzy do miejsc wrażliwych innych, niż opisanych przez Zamawiającego pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 21 mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 25 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.



18. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu w poz. 1 – 220 op. a w poz. 2 - 83,33 op.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 7, poz. 1-2,4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 mm x 100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szerokość 11-15 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szerokość 7 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza szerokość, pozostałe zapisy bez zmian.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wymiary 100-110 cm x 200-210 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 20 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wymiary 102 cm x 152 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 40 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 37,5 op., pozostałe zapisy bez zmian.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 14


-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Półmaska filtrująca FFP2 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej, niebędąca wyrobem medycznym, o poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca CP-04-01 FFP2 NR to środek ochrony indywidualnej - jednorazowa półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami. Jej skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP2, penetracja cząstek jest nie większa niż 6%. Produkty znajdujące się w tej kategorii wykorzystywane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły) jeżeli maksymalne stężenie wynosi najwyżej 10xNDS. W części nosowej wbudowany jest element metalowy o długości 9 cm, umieszczony wewnątrz taśmy polietylenowej, umożliwiający regulację i ściślejsze przyleganie półmasksi do twarzy. Półmaska mocowana jest na twarzy przy pomocy dwóch bezłateksowych taśm nausznych przytwierdzonych za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego po obu stronach półmasksi, o szerokości 3-5 mm i długości 21-22 cm.SK.

EN 149:2001+A1:2009 Sprzęt ochrony układu oddechowego – półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

| Własności | Metoda badań | Wymagania |
|--|---------------------|-----------|
| Całkowity przeciek wewnętrzny: | EN 149:2001+A1:2009 | ≤ 8% |
| Skuteczność filtracyjna, badanie przy pomocy chlorku sodu oraz oleju parafinowego 95 l/min | EN 149:2001+A1:2009 | ≥ 94% |
| Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym | EN 149:2001+A1:2009 | ≤ 1,0% |
| Opór oddychania maksymalny wdech 30 l/min (mbar) | EN 149:2001+A1:2009 | ≤ 0,7 |
| Opór oddychania maksymalny wdech 95 l/min (mbar) | EN 149:2001+A1:2009 | ≤ 2,4 |
| Opór oddychania maksymalny wydech 160 l/min (mbar) | EN 149:2001+A1:2009 | ≤ 3,0 |



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych do 3 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

29. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §6 ust. 1d) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy

W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 50% jest za wysoka. Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30%. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia łącznej maksymalnej wysokości wszystkich

kar umownych do poziomu nie przekraczającego 30% wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §3 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Pak. 9, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści ostrza o szerokości cięcia 31,5 mm. Ostrze znajduje się na górze strzygarki, nie mając bezpośredniego kontaktu ze skórą pacjenta, a konstrukcja pozwala na bezpieczne golenie, które eliminuje ryzyko uszkodzenia naskórka. Ostrze kompatybilne z ładowarką z poz.1.




Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Pak. 9, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści ostrza o szerokości cięcia 39,4 mm. Ostrze znajduje się na górze strzygarki, nie mając bezpośredniego kontaktu ze skórą pacjenta, a konstrukcja pozwala na bezpieczne golenie, które eliminuje ryzyko uszkodzenia naskórka. Ostrze kompatybilne z ładowarką z poz.1. Pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości.




Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Pak. 9, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści ostrza o szerokości cięcia 25 mm. Ostrze znajduje się na górze strzygarki, nie mając bezpośredniego kontaktu ze skórą pacjenta, a konstrukcja pozwala na bezpieczne golenie, które eliminuje ryzyko uszkodzenia naskórka. Ostrze kompatybilne z ładowarką z poz.1. Pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości.



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zad. 5 Asortyment dla Zespołu Ratownictwa Medycznego

Czy Zamawiający dopuści Nosze płachtowe PAX do transportu pacjentów zgodne z normą PN EN 1865.

Udźwig do 150kg.

- wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowanego materiału Pax-Plan w kolorze czerwonym
- na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy
- 8 uchwytów do przenoszenia
- kieszeń na nogi stabilizująca pacjenta

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

36. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści zarekawkę w kolorze zielonym o długości 50 cm wykonany z laminatu dwuwarstwowego- włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia polietylenowa na zewnątrz zabezpiecza przed przemakaniem. Z jednej strony zakończony poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm, z drugiej strony zakończony gumką ułatwiającą utrzymanie na fartuchu. Złożony w sposób umożliwiający bezpieczną jałową aplikację. Pakowany po 45 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

37. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną 1 x użytku wykonaną z miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m². z długim rękawem zakończonym białym mankietem z dzianego poliestru, ściągacz w tylnej dolnej części bluzy oraz metką z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Dostępna w dwóch rozmiarach M,L . Pakowana po 30 szt. w torbę polietylenową oraz karton z etykietą informacyjną. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Monika Klause

