

Dreżdenko, dnia 20 grudnia 2022 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu typu C dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/19/2022, 2022/BZP 00498428/01 z dnia 15.12.2022 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwaną dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

Pytanie 1

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. II.1, II.2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pojazd z silnikiem Diesla o pojemności poniżej 2000 ccm i mocy powyżej 175 KM?

Odp. do pytania 1

W zakresie mocy silnika wymaga się złożenia oferty zgodnie z parametrami zawartymi w SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że podając minimalną pojemności silnika 2,0 w litrach miał na myśli pojazdy o pojemności minimalnej mieszczącej się w zakresie od 1950 do 2049 cm³.

Pytanie 2

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XI.4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności system klimatyzacji przedziału medycznego niezależny od klimatyzacji przedziału kierowcy, co w przypadku awarii układu kabiny kierowcy umożliwia dalsze chłodzenie przedziału medycznego? Jednocześnie system został przebadany na zgodność z normą PN-EN 1789 ppkt. 4.5.5.2 Chłodzenie.

Odp. do pytania 2

Zamawiający **dopuszcza** możliwość zaoferowania ambulansu z system klimatyzacji przedziału medycznego niezależnym od klimatyzacji przedziału kierowcy, co w przypadku awarii układu kabiny kierowcy umożliwia dalsze chłodzenie przedziału medycznego.

Pytanie 3

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XIII.5

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach?

Wyjaśnienie.

Większa ilość lamp ostrzegawczych (niebieskich) w znacznym stopniu zwiększa widoczność ambulansu na drodze zwłaszcza w trakcie dojazdu do skrzyżowania .

Odp. do pytania 3

Zamawiający **dopuszcza** możliwość zaoferowania ambulansu posiadającego cztery lampy ostrzegawcze (w kolorze niebieskim) zamontowane w atrapie oraz po dwie lampy ostrzegawcze (w kolorze niebieskim) zamontowane w przednich i tylnych błotnikach.

Pytanie 4

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XVII.8

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności jeden ze schowków zabudowy meblowej zamykany zamkiem szyfrowym zamiast zamkiem z kluczykiem?

Odp. do pytania 4

Zamawiający **dopuszcza** możliwość zaoferowania ambulansu wyposażonego w schowek do przechowywania leków zamykany zamkiem szyfrowym.

Pytanie 5

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XIV.2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

Wyjaśnienie.

Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Tym samym nie ma konieczności regulacji kierunku padającego światła.

Odp. do pytania 5

Zamawiający **dopuszcza** możliwość zaoferowania ambulansu wyposażonego w oświetlenie sufitowe punktowe bez możliwości regulacji, umieszczone nad noszami oraz nad blatem roboczym;

Pytanie 6

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XVII.14

Czy Zamawiający dopuści fotel dla personelu medycznego zamontowany na prawej ścianie wyposażony w jeden podłokietnik?

Odp. do pytania 6

Zamawiający **dopuszcza** możliwość zaoferowania ambulansu posiadającego fotel dla personelu medycznego zamontowany na prawej ścianie wyposażony w jeden podłokietnik.

Pytanie 7

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XVIII.2

W związku z wymogiem instalacji uchwytu do drukarki zwracamy się z prośbą o podanie modelu urządzenia będącego w posiadaniu Zamawiającego.

Odp. do pytania 7

Zamawiający wyjaśnia, że obecnie zamontowana jest drukarka HP Office Jet 100.

Pytanie 8

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XIX.6

W związku z wymogiem dostarczenia przedmiotu zamówienia na oponach zimowych zwracamy się z prośbą o podanie ilości wymaganych opon zimowych, tj. czterech (bez zapasu) lub pięciu (z zapasem).

Odp. do pytania 8

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga 4 opon zimowych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie przedmiotu zamówienia na kołach?

Odp. do pytania 9

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona dnia 19.12.2022 r.

„Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.”

Pytanie 10

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. I.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jeden z dwóch ambulansów z przebiegiem 1200km (ambulans pokazowy, niezarejestrowany)?

Odp. do pytania 10

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ oraz wprowadzonymi zmianami.

Pytanie 11

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. I.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z przebiegiem 1200km (ambulans pokazowy, niezarejestrowany)?

Odp. do pytania 11

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ oraz wprowadzonymi zmianami.

Pytanie 12

Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. I.3

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „*Dopuszczu się możliwość zaoferowania pojazdów bazowych różnych marek pod warunkiem jednakowej zabudowy medycznej w obu pojazdach*” w zakresie „jednakowej zabudowy medycznej”, tj. czy Zamawiający

wymaga, aby zabudowa była wizualnie i funkcjonalnie tożsama, a nieznacznie różniła się wymiarami (co jest spowodowane konstrukcją pojazdu bazowego) czy wymaga, aby wymiary były jednakowe?

Odp. do pytania 12

Zamawiający wyjaśnia, że warunek określony w dodatku nr 3 do SWZ pkt. I.3 dotyczy jednakowej zabudowy medycznej biorąc pod uwagę powtarzalność rozmieszczenia wszystkich elementów funkcjonalnych, co ułatwia pracę zespołów ratunkowych, mając na uwadze także przesłanki wskazane w uzasadnieniu braku podziału zamówienia na części, zawartego w pkt. 8 SWZ.

W załączeniu zmieniony dodatek nr 3 do SWZ (zmiana 3) – załącznik nr 2 do SWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/705269> dnia 20.12.2022 r.