



Znak: AE/ZP-27-46/23

Tarnów, 2023-07-27

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 1-5** – Czy zamawiający dopuści skalę bez rozszerzenia?
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 6-8** - Czy zamawiający dopuści strzykawki kompatybilne i wpisane do menu pomp jednej z wymienionych w spisie? (ASCOR)
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1-2** - Czy zamawiający dopuści długość drenu 150 cm?
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1-2** - Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
- 5. Dotyczy Pakietu Nr 34, poz. 1-4** - Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 1 – 5 oczekuje zaoferowania produktów zgodnie z opisem SWZ.

Ad 2. Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 6 – 8 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 3. Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 - 2 podtrzymuje wymagania SWZ i wymaga zaoferowania przyrządów o długość drenu 180 cm lub więcej.

Ad 4. Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 – 2 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządów do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającej brak zawartości ftalanów.

Ad 5. Zamawiający w Pakiecie nr 34 poz. 1 – 4 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządów do przetaczania oraz zestawów do transfuzji wymiennej u noworodków bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającej brak zawartości ftalanów. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuku
Marcin Kuku