



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 12.07.2021 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/477648>

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP-PN/UE/30/21

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **zakup i dostawę mammotografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, montażem, jego uruchomieniem oraz wykonaniem niezbędnych testów**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie do załącznika nr 1 do SWZ, pkt VII. Biopsja, ppkt 58

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający posiada już najnowszy system do mammotonicznej biopsji piersi Mammotome Revolve prosimy o potwierdzenie, że zaoferowana w przyszłości przystawka stereotaktyczna (opisana w załączniku nr 1 do SWZ pkt VII Biopsja pkt 58) ma być w pełni kompatybilna z posiadanym przez Państwa powyższym systemem biopsyjnym, co wiąże się tylko z zaoferowaniem konektora (rękojeści stereotaktycznej) kompatybilnej z posiadanym aparatem Mammotome Revolve. Informujemy, że posiadany przez Państwa system biopsyjny Mammotome Revolve jest w pełni kompatybilny z wszystkimi mammotografami dostępnymi na rynku polskim.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż do złożonej oferty przetargowej należy dołączyć certyfikat CE dla systemu biopsyjnego Mammotome Revolve współpracującego w przyszłości z zaoferowanym mammotografem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność kompatybilności urządzenia do biopsji stereotaktycznej z systemem Mammotome Revolve.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.