

CZEŚĆ I - Dostawa kaset testowych do urządzenia DrugTest 5000

Formularz kalkulacji cenowej z opisem przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2.1 do SWZ/ zał. nr 2 do umowy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto zł **	Wartość brutto zł ** (kol.4x5)	Nazwa oferowanego produktu (wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta)
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Kaseta testowa 6 panelowa do Analizatora DrugTest 5000.</p> <p>1. Kasety muszą współdziałać z wyżej wymienionym urządzeniem i posiadać potwierdzenie zgodności z danym urządzeniem.</p> <p>2. Kasety testowe muszą wykrywać 6 grup narkotyków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amfetaminy (AMP) - pochodnych amfetaminy (MDMA) - kokainy (COC) - opiatów (OPI) - benzodiazepiny (BZO) - kannabinoli (THC) <p>3. Kasety testowe powinny charakteryzować się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - łatwością obsługi, - krótkim czasem poboru próbki śliny max . 10 min od chwili naniesienia wymaganej ilości śliny na aplikator/ kolektor testujący - posiadać kontrolę wskazującą odpowiednią ilość próbki śliny, - brak możliwości sfalszowania wyniku analizy <p>4. Kasety testowe muszą być pakowane pojedynczo, posiadać widoczne i czytelne oznaczenia na opakowaniu: nazwę urządzenia, datę ważności, numer serii oraz nazwę producenta.</p> <p>5. Opakowanie kasety testowej winno zabezpieczać przed zniszczeniem kasety lub dostaniem się substancji, które mogłyby sfalszować wynik badania.</p> <p>6. Do każdej kasety musi być dołączona instrukcja obsługi w j. polskim</p>	szt.	760			
				Razem		

* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W tym VAT..... %

.....
 podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
 w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawcy