



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 28.04.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 7/2023

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów, introduktorów, kardiowerterów oraz wyrobów medycznych dla potrzeb oddziału kardiologicznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

1. Zadanie 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatora jednojamowego z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV. Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony asortyment.

2. Zadanie 6, Lp.6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatora dwujamowego z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony asortyment.

3. Zadanie 6, Lp.10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z okresem refrakcji w komorze w zakresie 200-500 ms, a w przedsionku działającym w trybie automatycznym? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony asortyment.

KOMENDANT

plik mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/8105982