



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dn. 16.05.2019

Do wszystkich  
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 221.000 euro którego przedmiotem jest **Dostawa: stół pionizacyjny z funkcją kroczenia, aparat RTG ramię C, aparaty USG. Numer ogłoszenia w 544787-N-2019; data zamieszczenia: 08.05.2019 r. Znak sprawy – PN 24/2019**

Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

### Pytanie 1

W związku z dostawą aparatu RTG oraz aparatu ultrasonograficznego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź; Tak .**

### Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź: Tak**

### Pytanie 3

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG oraz aparatu ultrasonograficznego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak .**

### Pytanie 4

Czy w zakresie pakietu nr 2 Zamawiający uzna za wystarczające ilustrowane foldery, katalogi autoryzowanego dystrybutora z potwierdzonymi wymaganymi w specyfikacji parametrami technicznymi wyrobu?

**Odpowiedź; Tak.**

### Pytanie 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie pkt. 12 z rozdziału IX SIWZ, zapis ten nie dotyczy aparatu RTG ramię C.

**Odpowiedź: Nie (punkt 12 zawiera istotne warunki i dotyczy również ramienia C).**

### Pytanie 6 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego kontrola trwania pulsu jest ustawiana fabrycznie i nie ma możliwości zmiany jej zakresu przez operatora. W najnowocześniejszych rozwiązaniach czołowych producentów użytkownik może kontrolować wysokość pulsów lub wybierać spośród wielu trybów pracy. Funkcje te pozwalają uzyskać najlepszą jakość obrazu, przy niskiej dawce promieniowania. Nie ma potrzeby kontrolowania czasu trwania pulsu, są to dodatkowe czynności, jakie musi wykonać operator podczas pracy.

**Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 7 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2

Czy w celu zapewnienia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który w standardzie posiada min dwa tryby fluoroskopii zarówno pulsacyjną do 8 pps oraz rzeczywistą skopię ciągłą. Oferowanie przez nas rozwiązanie pozwala operatorowi wybrać najkorzystniejszy kompromis między dawką, a jakością obrazu, nie ogranicza się tylko do skopi wysokopulsacyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 8 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego lampa posiada dwa ogniska. Jednak mniejsze ognisko, które wykorzystywane jest przy fluoroskopii posiada wymagany przez Zamawiającego rozmiar 0,6 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada przewodowy wielofunkcyjny włącznik nożny z możliwością zmiany trybu oraz zapisu skopii oraz włącznik ręczny. Włącznik bezprzewodowy podnosi cenę aparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, bez dodatkowego klawisza wyzwalania skopii w obrębie ramienia C. Podczas zabiegów operator, najczęściej używa włącznika nożnego lub ręcznego i jest to rozwiązanie które oferują czołowi producenci tego typu aparatów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11- Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wzmacniacza obrazu o średnicy min 21 cm a nie detektora.

**Odpowiedź: Potwierdzamy, że Zamawiający wymaga lampy rentgenowskiej typu ramie C wyposażonej we wzmacniacz obrazu o średnicy minimum 21 cm.**

**Pytanie 12 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, bez dodatkowej stacji lekarskiej z monitorem 27” oraz tabletem do sterowania funkcjami generatora ? W oferowanym modelu aparatu, 1 monitor medyczny 27” umieszczony jest na wózku z ramieniem C, aby zapewnić kompaktowe rozwiązanie do pracy na bloku operacyjnym i zapewnić użytkownikom możliwość wykonania wszystkich procedur i ustawień monitora dzięki przegubowemu ramieniu z regulacją wysokości, możliwością obrotu oraz pochyłu. Rozwiązanie z monitorem czy monitorami umieszczonymi na wózku z ramieniem C, jest zaprojektowane właśnie po to, aby dodatkowy wózek nie zajmował miejsca oraz nie przeszkadzał dodatkowymi kablami na Sali operacyjnej.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest aparat rentgenowski typu ramie C z głównym monitorem 27” (monitorami) umieszczonym na tym samym wózku co ramie C ORAZ z monitorem pomocniczym 27” umieszczonym na drugim wózku. Takie rozwiązanie umożliwia łatwą obserwację obrazu gdy ramię C ustawione jest po tej samej stronie stołu operacyjnego co operator oraz gdy zabieg wykonywany jest przez dwóch operatorów korzystających ze skopii.**

**Pytanie 13- Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada stację lekarską z monitorem 27” bez dodatkowego tabletu do sterowania funkcjami generatora i aparatu?

W oferowanym przez nas wysokiej klasy aparacie, wysokiej rozdzielczości 10” tablet do sterowania funkcjami generatora, aparatu oraz podglądem skopii z możliwością obrotu zdjęcia, umieszczony jest na jednym wózku z ramieniem C, aby zapewnić kompaktowe rozwiązanie i ułatwić operatorom ergonomię i funkcjonalność pracy. Dodatkowo tablet ten posiada możliwość obrotu i nachylenia i kąt widzenia 160°.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada możliwość zapisu zdjęcia w formacie min. DICOM, BMP oraz JPG.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wysokiej rozdzielczości 10” tablet do sterowania funkcjami generatora, aparatu oraz podglądem skopii z możliwością obrotu zdjęcia, umieszczony jest na jednym wózku z ramieniem C, aby zapewnić kompaktowe rozwiązanie i ułatwić operatorom ergonomię i funkcjonalność pracy. Dodatkowo tablet ten posiada możliwość obrotu i nachylenia i kąt widzenia 160°.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16- Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Czy w celu zapewnienia konkurencyjności Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne rozwiązanie do funkcji automatycznego wykrywania ruchu, które polega na automatycznym wykrywaniu położenia anatomii w polu obrazowania i wybiera optymalną technikę obrazowania poprzez dopasowanie wartości mA i kVp.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu naprawy do 10 dni roboczych.**

**Pytanie 18 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i dopuścił aby Wykonawca gwarantował odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w okresie pogwarancyjnym do 48 h w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ Pakiet 2 (Pakiet 2 po modyfikacji dostępny na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).**

**Pytanie 19 - Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i uwzględnił w czasie przewidzianym na usunięcie wady: naprawy bez wymiany części zamiennych (5 dni roboczych) oraz naprawy z wymianą części zamiennych, które są sprowadzane od producenta z zagranicy (12 dni roboczych)?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 20 - Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zrezygnuje z odnawialnej gwarancji (termin gwarancji 24 miesiące dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części) w miejsce zapisu, iż po wymianie części termin gwarancji nie ulega 24 miesięcznej gwarancji, a obejmuje wyłącznie okres gwarancji nałożony na pierwotnie dostarczony Sprzęt (tj. okres gwarancji na cały Sprzęt łącznie z wymienionymi elementami niezależnie od naprawy Sprzętu, zakończy się po upływie zadeklarowanego okresu gwarancji liczonego od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 21 – Pakiet 2**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 28 dni od daty złożenia zamówienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest aparat rtg z ramieniem C jest niewystarczający.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia przynajmniej 42 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 22 – Pakiet 2**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT? Wyjaśniamy, iż w Opisie Przedmiotu Zamówienia występują pozycje (ochrona RTG), które są objęte stawką VAT wynoszącą 23

**Odpowiedź: Należy podać odpowiednio wartości netto i brutto odpowiadające danej stawce VAT.**

**Pytanie 23 – Pakiet 2 -Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §7 ust 5**

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w czasie przewidzianym na usunięcie wady naprawy bez wymiany części zamiennych (5 dni roboczych) oraz naprawy z wymianą części zamiennych sprowadzanymi od producenta z zagranicy (7 dni roboczych). Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 24 – Pakiet 2 - Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §9**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu i uwzględnienie poniższego:

„Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane w protokole Odbioru Końcowego. Pozostałe 30 % kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie najdłuższego z przewidzianych umową okresów rękojmi.”

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 25 – Pakiet 2 Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §11 ust 1 i 3**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy paragrafu 11 ustęp 1 i 3 (SIWZ po modyfikacji dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>)**

**Pytanie 26- Pakiet 2 Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §11 ust 2**

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

**Odpowiedź: W § 11 dodaje się ust. 8:**

8., „W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, bądź odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.”

**Pytanie 27- Pakiet 2**

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca wraz z dostawą wykonał testy specjalistyczne aparatu? Pragniemy zauważyć, że wykonanie takich testów jest konieczne do rozpoczęcia pracy na aparacie RTG z ramieniem C .

**Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił testy specjalistyczne aparatu w ramach dostawy.**

**Pytanie 29- Dotyczy Załącznika nr 1, Pakiet 2 – Serwis i gwarancja**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu odpowiednio do 48h i 72h w dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (Pakiet 2 po modyfikacji dostępny na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>)**

**Pytanie 30- Dotyczy Załącznika nr 1, Pakiet 2 – Serwis i gwarancja**

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 31 -Dotyczy Załącznika nr 1, Pakiet 2 – Serwis i gwarancja**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu dotyczy dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 32 - Dotyczy SIWZ IX. Dokumenty jakie powinien posiadać Wykonawca (...) pkt 12**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu jako niezasadnego w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ (SIWZ po modyfikacji).**

**Pytanie 33 – Pakiet 1 (Stół do pionizacji z funkcją kroczenia):**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością regulowanej pionizacji w zakresie 0-85° z dodatkową możliwością treningu przywiedzenia/odzwiedzenia w trakcie pionizacji w zakresie wskazanym powyżej. Różnica w zakresie pionizacji między 85 a 90 stopni nie zmienia zastosowania pod kątem terapeutycznym, a możliwość przywiedzenia/odwiedzania znacząco wpływa na rozszerzenie możliwości terapeutycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację pionizacji do kąta 85 stopni.**

**Pytanie 34 – Pakiet 1 (Cykliczny ruch nóg z kadencją 8-80 kroków/min)**

Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym jest możliwość ustawienia do 40 kroków na minutę. Wielkość tego parametru jest w

zupełności wystarczające dla treningu pacjentów, dla których deydokowalna jest tego typu rehabilitacja z wykorzystaniem stołu pionizacyjnego. Dodatkowym atutem proponowanego rozwiązania jest możliwość niezależnej zmiany częstotliwości wykonywanych ruchów przywiedzenia/odwiedzenia w stawie biodrowym, zgięcia/wyprostu w stawie kolanowym i skokowym. Takie rozwiązanie, mimo zastosowania mniejszej kadencji (wyższa kadencja nie znajduje zastosowania w przypadku docelowej grupy pacjentów), pozwala dostosować parametry rehabilitacji indywidualnie i precyzyjnie do pacjenta, co przekłada się na większą efektywność terapii.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 35 – Pakiet 1 (Mechaniczne obciążenie nóg do 50 kg)**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z obciążeniem stóp regulowanym poprzez siłę naciągu kamizelki odciążającej?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 36 – Pakiet 1 (Możliwość dostosowania siły wodzącej kończyny dolne w zakresie 0-100% (praca symetryczna i asymetryczna)**

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości dostosowania siły wodzącej kończyn dolnych 0-100% ale z zautomatyzowanym algorytmem dostosowującym konieczną siłę aplikowaną na kończyny dolne celem wykonania kroków z dodatkową funkcją detekcji spastyczności zatrzymującą pracę urządzenia w przypadku jej pojawienia się. Takie zautomatyzowane podejście do treningu chodu ułatwia terapię, ograniczając nakłady osobowe i czasowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 37 – Pakiet 1 (Możliwość ustawienia wysokości stołu elektrycznie od 56-84 cm)**

czy zamawiający dopuści urządzenie o szerszym zakresie możliwości ustawienia wysokości stołu tj. od 64 do 105 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 38 – Pakiet 1 Zdejmowane leżysko o grubości 70 mm wykonane z wysokiej jakości pianki odpornej na płyny i biokompatybilnej zgodnie z normą ISO 10993**

Czy zamawiający dopuści zdejmowane leżysko z materacem o grubości Grubość: 45 mm, pokrowcem z tkaniny wierzchniej 45% poliester PES, 55% powłoki poliuretanowej PU pokrytej formaldehydem, nie zawierającej lateksu, nadającej się do prania?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 39 – Pakiet 1 (Wymiary: 227 x 86 x 242 cm)**

Czy zamawiający dopuści urządzenie o nieznacznie większych wymiarach tj. 235 x 98 x 260 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 40 – Pakiet 1 (Maksymalna waga pacjenta 135 kg)**

Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym maksymalna waga pacjenta jest znacznie wyższa i wynosi 200 kg, co znacząco zwiększa zakres grupy docelowej oraz dostępność urządzenia u znacznie szerszej grupy pacjentów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI  
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI  
„STOCER” Sp. z o.o.  
Piotr Papaj

Otrzymują:

-adresat

-a/a.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Wróblewska

Tel. (22) 711 90 48, , Fax (22) 711 90 37,

e-mail: [inwestycje@stocer.pl](mailto:inwestycje@stocer.pl)