



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 8 listopada 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1933) na „Dostawę aparatu do znieczulania, zgrzewarki rotacyjnej, lampy zabiegowej oraz wózków do przewozu pacjentów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 42/PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1933), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 15

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez funkcję VallUp? Prosimy o wyjaśnienie oczekiwanej funkcjonalności bez stosowania nazw własnych konkretnych producentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

VallUp jest funkcją do określania optymalnej temperatury zgrzewania, jako część walidacji procesu pakowania. Walidacja procesów jest udokumentowanym dowodem potwierdzającym, że dany proces prowadzony w ustalonym zakresie parametrów przebiega w pełni skutecznie oraz stabilnie, jak i w sposób powtarzalny.

2) Dotyczy Zadania nr 2, poz.14

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „powtarzalny proces zgrzewania”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podczas procesu zgrzewania krytyczne parametry temperatury zgrzewania, docisku styku i szybkości zgrzewania (czas przebywania) są automatycznie monitorowane. Jeżeli któryś z parametrów odbiega od nastawionych wartości, urządzenie ostrzega akustycznie użytkownika i przerywa proces zgrzewania.

3) Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia posiadał pełną zgodność z normą ISO 11607-2 i międzynarodowymi wytycznymi EN-ISO TS 16775?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** ale **nie wymaga** by przedmiot zamówienia posiadał pełną zgodność z normą ISO 11607-2 i międzynarodowymi wytycznymi EN-ISO TS 16775.

4) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy UoZP dotyczące wolnej konkurencji dopuści urządzenie sterowane za pomocą przycisków na ekranie dotykowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** urządzenie sterowane za pomocą przycisków na ekranie dotykowym.

5) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy UoZP dotyczące wolnej konkurencji dopuści urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w celu dodatkowego zabezpieczenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w celu dodatkowego zabezpieczenia.

6) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy UoZP dotyczące wolnej konkurencji oraz wygodę użytkownika dopuści urządzenie z wyświetlaczem zlokalizowanym w górnej części obudowy co znacząco poprawia komfort użytkowników ze względu umiejscowienie na wprost wzroku operatora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** urządzenie z wyświetlaczem zlokalizowanym w górnej części obudowy, co znacząco poprawia komfort użytkowników ze względu umiejscowienie na wprost wzroku operatora.

7) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2023 roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie wózka fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2023 roku.

8) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie platformy leża 2 segmentowej wypełnionej płytami z tworzywa HPL (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwymi do dezynfekcji, odpornymi na działanie środków chemicznych i uszkodzeń?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie platformy leża 2 segmentowej wypełnionej płytami z tworzywa HPL (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwymi do dezynfekcji, odpornymi na działanie środków chemicznych i uszkodzeń.

9) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej wózka 2100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie długości całkowitej wózka 2100 mm.

10) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 13, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka z opuszczonymi i podniesionymi barierkami 810 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka z opuszczonymi i podniesionymi barierkami 810 mm.

11) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w składane ergonomiczne ręczki do prowadzenia zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej), ręczki składane poniżej poziomu materaca; od strony nóg wózek wyposażony w uchwyt w kształcie pałąka, łatwo wyjmowany ułatwiający manewrowanie wózkiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie wózka wyposażonego w składane ergonomiczne ręczki do prowadzenia, zlokalizowane od strony głowy pacjenta, ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej), ręczki składane poniżej poziomu materaca, od strony nóg wózek wyposażony w uchwyt w kształcie pałąka, łatwo wyjmowany, ułatwiający manewrowanie wózkiem.

12) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w cztery koła jezdne, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego (z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej) zapewniając lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem (nie ma konieczności stosowania piątego koła jako koła kierunkowego)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie wózka wyposażonego w cztery koła jezdne, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego (z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej), zapewniając lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem (bez konieczności stosowania piątego koła jako koła kierunkowego).

13) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierek bocznych stalowych, lakierowanych proszkowo, składanych (elementy aktywujące zaznaczone kolorem) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie oraz nie rysującą ścian; bariery boczne składanych wzdłuż ramy leżą poniżej poziomu materaca w celu zminimalizowania przerwy transferowej; uchwyty do pchania / ciągnięcia wózka znajdujące się w szczycie od strony głowy i nóg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie barierek bocznych stalowych, lakierowanych proszkowo, składanych (elementy aktywujące zaznaczone kolorem) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie oraz nie rysującą ścian, bariery boczne składanych wzdłuż ramy leżą poniżej poziomu materaca w celu zminimalizowania przerwy transferowej, uchwyty do pchania/ciągnięcia wózka znajdujące się w szczycie od strony głowy i nóg.

14) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu pleców manualnej ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 75°? Oferowany zakres będzie wystarczający, aby ustawić segment oparcia pleców pod odpowiednim, bezpiecznym kątem dla pacjenta, ponadto ustawienie segmentu pod kątem prostym (90°) jest nieergonomiczne i może być niebezpieczne dla pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie regulacji segmentu pleców manualnej ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 75°.

15) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez możliwości uniesienia całego segmentu nóg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie wózka bez możliwości uniesienia całego segmentu nóg.

16) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pozycję Trendelenburga w zakresie 15° i anty-Trendelenburga w zakresie 14° – regulowane hydraulicznie przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie wózka posiadającego pozycję Trendelenburga w zakresie 15° i anty-Trendelenburga w zakresie 14° – regulowane hydraulicznie przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka.

17) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego tuleje na wieszaki infuzyjne lub inne akcesoria tylko w narożnikach od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie wózka posiadającego tuleje na wieszaki infuzyjne lub inne akcesoria tylko w narożnikach od strony głowy pacjenta.

18) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (4 haczyki) lub innych akcesoriów tylko w narożnikach od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie wózka posiadającego możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (4 haczyki) lub innych akcesoriów tylko w narożnikach od strony głowy pacjenta.

19) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac wykonanego z pianki o gęstości 30 kg/m³, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, ognioodpornym, bakteriostatycznym, zabezpieczonym przed powstawaniem pleśni i wnikaniem płynów o grubości 10 cm; materac mocowany do leża za pomocą specjalnych pasków w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac wykonany z pianki o gęstości 30 kg/m³, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, ognioodpornym, bakteriostatycznym, zabezpieczonym przed powstawaniem pleśni i wnikaniem płynów o grubości 10 cm, materac mocowany do leża za pomocą specjalnych pasków w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.

20) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy wykonany ze stali nierdzewnej wieszak infuzyjny, 2-częściowy z regulacją wysokości, wymowany, 4 haki, max obciążenie do 10 kg?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy wykonany ze stali nierdzewnej wieszak infuzyjny, 2-częściowy z regulacją wysokości, wymowany, 4 haki, max obciążenie do 10 kg.

21) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek oparty na 2 kolumnach z osłonami harmonijkowymi?
Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek oparty na 2 kolumnach z osłonami harmonijkowymi.

22) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek dwusegmentową platformą leża, wypełnioną płytami HPL, zaokrągloną (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek z dwusegmentową platformą leża, wypełnioną płytami HPL, zaokrągloną (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwą do dezynfekcji, wykonaną z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń.

23) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez możliwości zamontowania pionowego uchwytu na butlę z tlenem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek bez możliwości zamontowania pionowego uchwytu na butlę z tlenem.

24) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym rozstaw pomiędzy kolumnami wynosi 1020 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

25) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej 2100mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek o długości całkowitej 2100mm.

26) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej (zarówno z podniesionymi jak i opuszczonymi barierkami bocznymi) równej 850mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek o szerokości całkowitej (zarówno z podniesionymi jak i opuszczonymi barierkami bocznymi) równej 850 mm.

27) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach leża (przestrzeń dla pacjenta): długość 1920mm, szerokość 675mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek o wymiarach leża (przestrzeń dla pacjenta): długość 1920 mm, szerokość 675 mm.

28) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w uchwyty do prowadzenia wózka, zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta, zamontowane na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek wyposażony w uchwyty do prowadzenia wózka, zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta, zamontowane na stałe.

29) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 17

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia wózka w piąte koło kierunkowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający **rezygnuje** z wymogu wyposażenia wózka w piąte koło kierunkowe.

30) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe, które przymocowane jest na stałe? (bez możliwości uniesienia lub dociskania do podłoża)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe, które przymocowane jest na stałe (bez możliwości uniesienia lub dociskania do podłoża).

31) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z kołami o średnicy 200mm, które jednak nie są antystatyczne? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek z kołami o średnicy 200 mm, które nie są antystatyczne z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

32) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża dostępną od strony nóg pacjenta, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 56-89cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża dostępną od strony nóg pacjenta za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 56-89 cm.

33) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z centralnym system blokowania kół, trójpozycyjnym – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec? Dźwignie do sterowania układem jezdny umieszczone na czterech narożach ramy leża?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek z centralnym system blokowania kół, trójpozycyjnym- jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec, w którym dźwignie do sterowania układem jezdny umieszczone na czterech narożach ramy leża.

34) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z barierkami bocznymi chromowanymi, składanymi wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek z barierkami bocznymi chromowanymi, składanymi wzdłuż ramy leża.

35) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją segmentu pleców manualna ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 70°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek z regulacją segmentu pleców manualną ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 70°.

36) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w którym pozycja Trendelenburga (15 st)oraz anty-Trendelenburga (15 st), uzyskiwane są hydraulicznie, przy użyciu pedałów nożnych umiejscowionych od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek, w którym pozycja Trendelenburga (15 st.) oraz anty-Trendelenburga (15 st.), uzyskiwane są hydraulicznie, przy użyciu pedałów nożnych umiejscowionych od strony nóg pacjenta.

37) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym materace leżą i oparcia pleców wykonane są z pianki, jednowarstwowe, o grubości 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaproszenia 5)? Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wózek, w którym materace leżą i oparcia pleców wykonane są z pianki, są jednowarstwowe, o grubości 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaproszenia 5) z możliwością wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta.

38) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 13 i 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, którego szerokość całkowita wynosi 840mm bez względu na to czy barierki boczne są podniesione, czy opuszczone – ponieważ najbardziej wystającymi elementami wózka determinującymi szerokość całkowitą są krążki odbojowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, którego szerokość całkowita wynosi 840 mm bez względu na to czy barierki boczne są podniesione, czy opuszczone – ponieważ najbardziej wystającymi elementami wózka determinującymi szerokość całkowitą są krążki odbojowe

39) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej o wymiarach leża: 1990mm x 595mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej o wymiarach leża: 1990 mm x 595 mm.

40) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej o wymiarach leża: 1990mm x 600mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej o wymiarach leża: 1990 mm x 600 mm.

41) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, którego wysokość leża regulowana jest w zakresie: od 560mm do 870mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, którego wysokość leża regulowana jest w zakresie: od 560 mm do 870 mm.

42) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej wyposażony w barierki boczne składane wzdłuż leża, z czerwonym elementem aktywującym/zwalniającym blokadę barierki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, wyposażony w barierki boczne składane wzdłuż leża, z czerwonym elementem aktywującym/ zwalniającym blokadę barierki.

43) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, w którym segment oparcie pleców regulowany jest w zakresie: 0-62°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, w którym segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-62°.

44) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, w którym segment oparcie pleców regulowany jest w zakresie: 0-75°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, w którym segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-75°.

45) Dotyczy Zadania nr 4, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, którego pozycja Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga regulowane są w zakresie: 0-14°?

Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, którego pozycja Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga regulowane są w zakresie: 0-14°.