

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP8/2020

Milicz, 29.05.2020 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 26:

W związku z tym, że na rynku Polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wapno było wapnem medycznym, zgodnym z wymaganiami i zatwierdzonym przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 26:

W związku z tym, że na rynku Polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga: Medyczne wapno sodowane, pochłaniacz, CO₂, do użytku klinicznego, do aparatów do znieczuleń z indykatorem zmieniającym kolor w miarę zużycia, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%. Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna, pogarszając jego właściwości pochłaniania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 35:

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy Zestawów przetworników jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą, renomowanej amerykańskiej firmy, wstępnie wykalibrowane na etapie produkcyjnym o sztywnych trwałych drenach nie wymagających specjalnych portów testujących, ani konieczności stosowania eliminatorów rezonansu typu ROSE, które w zestawie zawierają kontrastowo żółte koreczki w celu uniknięcia przypadkowej kontaminacji podczas przepłukiwania systemu, jakie Państwo używają do tej pory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 35:

Czy Zamawiający będzie wymagał od oferującego dostarczenia odpowiedniej ilości i rodzaju kabli do posiadanych (wskazanych przez Zamawiającego SIWZ) monitorów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 5: Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.1) Istotnych postanowień umownych na: „0,2 % wartości nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 1.1.

PYTANIE NR 6: Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.2) Istotnych postanowień umownych na: „0,2 % wartości dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 3 umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 1.2.

PYTANIE NR 7: Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 4 Istotnych postanowień umownych na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 4.

PYTANIE NR 8: Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 Istotnych postanowień umownych na następujący:
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest spółką prawa handlowego i nie dotyczy go powyższy zapis.

PYTANIE NR 9: Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie natomiast cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 10: Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 3) b) na: „dwukrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 3 b wzoru umowy.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 31, poz.5:

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niejałowe. Oznaczone na opakowaniu jako wybór medyczny kl. I (MDD) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III (PPE) Teksturowane na końcach palców, zgodnie z normami EN 455 1-4 oraz EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016. Normy oznaczone na opakowaniu. AQL≤ 1,5. Gramatura 3,0 g dla rozmiaru M. Grubość na dłoni 0,06 mm – 0,07 mm. Długość min. 240. Normy oznaczone na opakowaniu. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiary S-XL Pakowane po 200 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu Nr 31, poz. 5:

Pakiet nr 31 poz. 5

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji (z odstępniem od dostarczenia dozowników na rękawice) i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 13: Dotyczy Pakietu Nr 58, poz. 3:

WZÓR UMOWY

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doda do wzoru umowy ww. pkt. Od 1-4 i zmieniony wzór umowy zamieści na stronie internetowej Zamawiającego i platformie zakupowej.

PYTANIE NR 14: Dotyczy Pakietu Nr 50, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności całkowitej 125ml ze skalą do 100ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 15: Dotyczy Pakietu Nr 50, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik PP 30ml na płyny ustrojowe z czerwoną nakrętką jałowy, zakręcony, indywidualnie pakowany?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu Nr 78, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę na piance PE, z żelazem stałym, sensorem Ag/AgCl, okrągłą, o średnicy 48 mm, w opakowaniu zbiorczym= 50szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu Nr 78, poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o określenie czy oczekuje oryginalnego papieru czy dopuszcza wycenę zamiennika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje oryginałów.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu Nr 78, poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o określenie czy oczekuje oryginalnego papieru czy dopuszcza wycenę zamiennika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje oryginałów.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu Nr 78, poz. 13:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 13 z pakietu 78. Umożliwi to złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 20: Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 1 załącznik nr 4 do SIWZ:

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów wzoru umowy odnośnie terminu dostawy towaru zwracamy się z prośbą o jego wydłużenie do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający zmieni zapisy wzoru umowy.

PYTANIE NR 21: Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 3 załącznik nr 4 do SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §4 ust. 3 umowy w sposób następujący:

3. Wstępne reklamacje, dotyczące zarówno ilości, jak i jakości dostarczonego towaru Zamawiający zgłaszać będzie w ciągu 48 godzin od dostawy. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Wykonawca w razie uwzględnienia reklamacji wymieni wyroby o wadliwej jakości na towar wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych od momentu uznania reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §4 ust. 3 wzoru umowy.

PYTANIE NR 22: Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1a),b) ust.2 ,ust.3 załącznik nr 4 do SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisów ust. 1a),b) ust.2 ,ust.3 umowy poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 1a), b) ust. 2, ust. 3 wzoru umowy.

PYTANIE NR 23: Dotyczy wzoru umowy §7 załącznik nr 4 do SIWZ:

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.

„1.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

2.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.1.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 wzoru umowy.

PYTANIE NR 24: Dotyczy wzoru umowy §7 załącznik nr 4 do SIWZ:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o modyfikację zapisów §7 umowy poprzez dodanie ust. 6 o następującej treści.

„6. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §7 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doda w §7 wzoru umowy ust. 6 o treści: „Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §7 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 30 dni po ich ustaniu” i zmieniony wzór umowy zamieści na stronie internetowej Zamawiającego i platformie zakupowej.

PYTANIE NR 25: Dotyczy Pakietu Nr 45, poz. 2,3,4,5:

Czy Zamawiający biorąc pod uwagę ograniczenia w dostępności do wyrobów medycznych jakimi są czepki chirurgiczne oraz reglamentację towarów spowodowaną ogólną światową epidemią koronawirusa 2019-nCoV, wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr. 45 pozycji 2, 3, 4, 5 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji umożliwi przystąpienie większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 26: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 37-43:

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 37-43 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 27: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 44-46:

Czy Zamawiający dopuści długość 275mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 28: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 47-48:

Czy Zamawiający dopuści długość tylko 340mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 29: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 47-48:

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w opakowaniu papier-folia, a następnie zbiorczo w kartoniku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 30: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 44-50:

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 44-50 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 31: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 51:

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system o poniższym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- Rozmiary 10/12/14/16 FR długość 60 cm (intubacja) oraz 34 cm (tracheostomia)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 10 SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

PYTANIE NR 32: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 51:

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 51 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 33: Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 52:

Czy Zamawiający dopuści długość do 15 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 34: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 52:

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 52 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 35: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie tego Pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 36: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1,2,12:

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system o poniższym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- Rozmiary 10/12/14/16 FR długość 60 cm (intubacja) oraz 34 cm (tracheostomia)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 10 SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

PYTANIE NR 37: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1,2,12:

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1, 2, 12 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 38: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 22g, przestrzeni martwej 34ml oraz zakresie objętości oddechowej 150-1500ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 39: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości oddechowej 150-1500ml oraz nawilżaniu 32 mg/l przy Vt 500ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 40: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 5,6,7:

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 5, 6, 7 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 41: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowe o długości rur 180cm, długość rury dodatkowej 100 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 42: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 10:

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 10 z Pakietu nr 11 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 43: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 11:

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „Na zewnętrznej powierzchni maski antypoślizgowe elementy (żebrowanie) zapewniające pewny uchwyt maski”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 44: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 11:

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 11 z Pakietu nr 11 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 45: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 13:

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 13 z Pakietu nr 11 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 46: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z silikonu, biokompatybilna, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, możliwość pracy w MRI, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 47: Dotyczy Pakietu Nr 11:

Czy ze względu na zróżnicowanie asortymentu w Pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie tego Pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 48: Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 2,3,9,10:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,5?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 49: Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 4,6,7,11,13,14:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4,0?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 50: Dotyczy Pakietu Nr 22:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 51: Dotyczy Pakietu Nr 22:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za jedną sztukę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 52: Dotyczy Pakietu Nr 23, poz. 1:

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu nr 23 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 53: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie:

- Myjka nasączona środkiem myjącym
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiary 17cm x 24,5 cm
- Gramatura 100 g/m² (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m² (część tylna bez mydła)
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 20 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 54: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz.1:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty)”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi.

PYTANIE NR 55: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści termin ważności 3 lata od daty produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 56: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 2:

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z Pakietu nr 30 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 57: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 3:

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z Pakietu nr 30 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 58: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści myjki-ściereczki do toalety pacjenta o następującym opisie:

Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Opakowanie a'12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. Zawierające w składzie m.in. ekstrakt z aloesu, ekstrakt z rumianku, witamina E oraz prowitamina B5 oraz diglukonianchlorheksydyny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 59: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 4:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogów Powodujące redukcję otarć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85% (potwierdzona testami dołączonymi do oferty)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi.

PYTANIE NR 60: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 61: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści myjki do ciała z 2% roztworem chlorheksydyny są szczególnie przeznaczone do przedoperacyjnego mycia ciała pacjenta. Zapewniają możliwość szybkiego umycia pacjenta antyseptycznym preparatem, bez konieczności spłukiwania. 2% diglukonianchlorheksydyny szybko zabija wszelkie szkodliwe bakterie, które można znaleźć na skórze pacjenta, a także zapewnia długotrwałą ochronę, zapewniając dodatkową barierę antybakteryjną dla pacjentów znajdujących się w szpitalu. Istnieje możliwość stosowania ścierek bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bądź po podgrzaniu w mikrofalówce. Rozmiar 33cm x 22cm, opakowanie a'4 sztuki z możliwością wielokrotnego zamykania. Produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 62: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści myjki-ściereczki do toalety pacjenta o następującym opisie:
Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi.
Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami
ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia
ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej
wody. Opakowanie a'12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. Zawierające w składzie m.in.
ekstrakt z aloesu, ekstrakt z rumianku, witamina E oraz prowitamina B5 oraz diglukonianchlorheksydyny.
Produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 63: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści myjki do ciała z 2% roztworem chlorheksydyny są szczególnie przeznaczone do
przedoperacyjnego mycia ciała pacjenta. Zapewniają możliwość szybkiego umycia pacjenta
antyseptycznym preparatem, bez konieczności spłukiwania. 2% diglukonianuchlorheksydyny szybko
zabija wszelkie szkodliwe bakterie, które można znaleźć na skórze pacjenta, a także zapewnia długotrwałą
ochronę, zapewniając dodatkową barierę antybakteryjną dla pacjentów znajdujących się w szpitalu.
Istnieje możliwość stosowania ścierek bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bądź po podgrzaniu w
mikrofalówce. Rozmiar 33cm x 22cm, opakowanie a'4 sztuki z możliwością wielokrotnego zamykania.
Produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 64: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10cmx10cmx2,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 65: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 66: Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści pojemność 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

*Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez
Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.*

PYTANIE NR 67: Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści w składzie m. in. Biokompleks lniany, Pantenol, Kwas mlekowy, Oliwa z oliwek,
Sinodor® - pochłania nieprzyjemny zapach np. moczu czy kału?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 68: Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 69: Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 8:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi.

PYTANIE NR 70: Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 71: Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 72: Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści czepek zawierający w składzie: Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-DimoniumChloridePhosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbit 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 73: Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1,2,11:

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1, 2, 11 z Pakietu nr 40 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 74: Dotyczy Pakietu Nr 54 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści Okularki do fototerapii, które skutecznie chronią oczy dziecka podczas fototerapii lub w dowolnym momencie, gdy wymagana jest ochrona przed światłem. Zapewniają one maksymalną ochronę oczu pacjenta przed potencjalnie szkodliwymi promieniami. Delikatny materiał zapewnia pacjentowi komfort, szybkie i wygodne założenie, możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji, wygodne zapięcie na rzepy, możliwość dostosowania rozmiaru, przeznaczone dla jednego pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 75: Dotyczy Pakietu Nr 54 poz. 1:

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu nr 54 i utworzy z nich oddzielne Zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 76: Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 1:

zwracam się z prośbą o wyłączenie z Pakietu 43 - pozycji nr 1 - Maski chirurgicznej z włókniny z gumką, trzywarstwowa. Pozwoli nam to złożyć Państwu najatrakcyjniejszą ofertę cenową na ten produkt, bezpośrednio od producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 77: Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 2:

Czy Zamawiający miał na myśli **w Pakiecie nr 38, poz. 2** szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 78: Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1,2,3:

Prosimy Zamawiającego o zwrócenie uwagi, czy nie zaszła omyłka w opisie „Rozmiar: całkowity (...), powierzchnia lepna (...). Rozmiary winny być odwrotne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka w opisie.

PYTANIE NR 79: Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o zwrócenie uwagi, czy nie zaszła omyłka w opisie „Pylenie $\geq 1,9 \log_{10}$ zamiast pylenie $\leq 1,9 \log_{10}$ oraz „długimi nogawicami min.330 cm zamiast min. 130cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka w opisie.

PYTANIE NR 80: Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: półmasksi ochronnej dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP2 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek $0,1 \mu\text{m}$) $> 99,9\%$, skuteczność filtracji bakteryjnej $>99,9\%$, całkowite przesiąkanie do środka $< 2,7\%$, penetracja aerozoli testowych $<0,95\%$, opór oddechowy przy wdechu i wydechu $\leq 2,1$ mbar. Op. 10szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 81: Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy: półmasksi ochronnej dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek $0,1 \mu\text{m}$) $> 99,9\%$, skuteczność filtracji bakteryjnej $>99,9\%$, całkowite przesiąkanie do środka $< 0,65\%$, penetracja aerozoli testowych $<0,65\%$, opór oddechowy przy wdechu i wydechu $\leq 2,45$ mbar. Op. 10szt

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 82: Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 3 z pakietu 27 i utworzenie nowego pakietu np. 27A.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 83: Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dyspensera na rękawiczki z blaszką montażową. Potrójny uchwyt montowany do ściany lub innych powierzchni płaskich. Umożliwia wyjmowanie rękawic bez dotykania opakowania. Uchwyt mieści trzy standardowe opakowania rękawic diagnostycznych 100 szt. Możliwość zawieszenia podajnika na łóżku szpitalnym przy pomocy specjalnych haków. Drut stalowy pokryty farbą antybakteryjną. Wysokość całkowita 90 mm, głębokość: 77 mm, długość: 741 mm, średnica drutu: 4 mm, grubość blaszki montażowej 1 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 84: Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 z pakietu 31 i utworzenie np. pakietu 31A. Pozwoli to Nam na złożenie ważnej i atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 85: Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie rękawic o AQL 1,5, grubości na palcu 0,06mm oraz na dłoni - 0,08mm. Rozciągliwość przed/po starzeniu 400%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 86: Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o uniwersalnym kształcie i gramaturze ok. 4g.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 87: Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/- 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL max.1,5, zgodność z normą EN 455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 - 3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanolu. Przebadane na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Cyklofosfamidu, Metotrexatu i Melphalanu wg ASTM D6978. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk) lub po 200 sztuk (XL po 180 sztuk).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 88: Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,09 +/- 0,01mm, na dłoni 0,07mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 89: Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne przez min.18 minut na działanie min. 12 cytostatyków wg ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thio-Tepa, Etopozydu i Metotretaxu (raporty z wynikami), Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 90: Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy foliowych rękawic w uniwersalnych rozmiarach: S,M,L.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 91: Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze brązowym o długości 285mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 92: Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej, proceduralnej, 3-warstwowej, wykonanej z włókniny hypoalergiczej, mocowana na gumki, wyposażona w sztywnik na nos, typ II wg EN 14683. Wyrób medyczny, klasa I, pakowana po 50 sztuk. BFE 99%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści..

PYTANIE NR 93: Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o zwrócenie uwagi czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska we fragmencie „wiązana na troki zgrzewane UH”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 94: Dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski medycznej trójwarstwowej, BFE >98% wiązanej na troki, wyrób medyczny klasa I, produkowane w EU.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 95: Dotyczy Pakietu Nr 58 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pakowanych jednostkowo podwójnie, hermetyczne opakowanie zewnętrzne foliowe podciśnieniowe z listkiem w kształcie V i dodatkowym tłoczeniem ułatwiającym otwieranie, wewnątrz papierowe. Grubość na palcu – 0,21-0,22 mm oraz na dłoni – 0,19-0,20 mm.

Prosimy o wyłączenie parametru dotyczącego wytrzymałości na rozciąganie 18Mpa gdyż nie jest uwzględniony w normach europejskich. Nadmieniamy, że norma europejska EM 455-2 określa min. siłę zrywania wynoszącą 9N i tę wartość Zamawiający winien określić w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 96: Dotyczy Pakietu Nr 58 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 z pakietu 58 i utworzenie nowego pakietu np. 58A. Pozwoli to na zaproponowanie konkurencyjnej i ważnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 97: Dotyczy Pakietu Nr 58 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych ortopedycznych o grubości na palcu 0,34 dłoni 0,24 mankiet 0,21mm. Rozciągliwość na przed starzeniem 750%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 98: Dotyczy Pakietu Nr 59, poz. 1,2,3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Białe, grubość na palcach min. 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Zgodność z normą EN 455, potwierdzona certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 3 substancji chemicznych z listy w normie EN ISO 374-1 na co najmniej 6 poziomie, odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór podawczy zabezpieczony folią. Produkowane zgodnie z normami ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 99: Dotyczy Pakietu Nr 59, poz. 1,2,3:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie parametru dotyczącego barierowości 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji i zastąpieniu nimi informacji o degradacji i barierowości według nowej normy EN 374-1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 100: Dotyczy Pakietu Nr 59, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze niebieskim.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 101: Dotyczy Pakietu Nr 59, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o grubości na palcu 0,09±0,01mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 102: Dotyczy Pakietu Nr 59, poz. 5:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o minimalnej długości 480mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 103: Dotyczy Pakietu Nr 59, poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 5 z pakietu 59 i utworzenie nowego pakietu np. 59A. Pozwoli to na zaproponowanie konkurencyjnej i ważnej cenowo oferty

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 104: Dotyczy Pakietu Nr 59, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych spełniających normę 374 - 1 (z wyłączeniem 5.3.2), oraz AQL 0,65.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 105: Dotyczy Pakietu Nr 26:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważnie wapno sodowane medyczne o zminimalizowanym stopniu pylenia o parametrach:

- Wodorotlenek sodu >75%; wodorotlenek wapnia < 4%
- Zawartość wody 12-19%;
- Łącznie metali alkaicznych <4 %;
- Współczynnik pochłaniania do 140 l CO₂/kg;
- Granulki od 2 do 5 mm ;
- Kruchość 95%
- Zdolność pochłaniania CO₂ min 19%
- zawiera indykator koloru, który zmienia zabarwienie granulek z białego koloru na fioletowy



Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 106: Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 1:

Poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli szczoteczki cytologiczne typu Cyto-Brush, proste, zakończone kulką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 107: Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 1:

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne typu Cyto-Brush, sterylne, pakowane po 100szt., a tym samym dopuści do zaokrąglenia ogólnej ilości do 100szt. tj. pełnego opakowania ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 108: Dotyczy Pakietu Nr 50, poz. 1:

pakiet 50, pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści pojemnik sterylny na mocz o pojemności 120 ml, pakowany pojedynczo w folię?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ, opakowanie folia-papier.

PYTANIE NR 109: Dotyczy Pakietu Nr 50, poz. 3:

pakiet 50, pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny: pojemnik na płwocinę, zakręcany, sterylny, wykonany z PP o pojemności 25ml, wymiary 25x80mm, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 110: Dotyczy Pakietu Nr 50, poz. 11:

pakiet 50, pkt 11.

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny: pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych z zamknięciem na wcisk, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 111: Dotyczy Pakietu Nr 50, poz. 12:

pakiet 50, pkt 12.

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny: pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych z zamknięciem na wcisk, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 112: Dotyczy Pakietu Nr 70:

Czy ze względu na fakt, że wykonywanie pomiarów i pobieranie krwi pacjentów w celu wykonania pomiaru glukozy w ciemności stwarza zagrożenie epidemiologiczne zarówno dla pacjentów jak i personelu szpitala – gdyż glukometr jest urządzeniem stosowanym u wielu pacjentów w tym samym czasie – Zamawiający dopuści paski testowe do glukometru z bez podświetlanej szczeliny paska?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 113: Dotyczy Pakietu Nr 70:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja daje wykonawcom bodziec ekonomiczny do utrzymywania stałej dostępności pasków testowych na rynku (wiele modeli pasków testowych nierefundowanych nie jest na rynku obecnych i nie istnieje praktyczna możliwość ich zakupu, pomimo że wciąż są zarejestrowane).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 114: Dotyczy Pakietu Nr 70:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku? Taka funkcja zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów personelu, który nie musi dotykać krwi pacjenta podczas usuwania z glukometru paska po każdym pomiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 115: Dotyczy Pakietu Nr 70:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych o temperaturze przechowywania do min. 32°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 116: Dotyczy Pakietu Nr 70:

Czy Zamawiający wymaga za oferowania pasków testowych, których instrukcje podają taką samą temperaturę przechowywania, jak międzynarodowy symbol temperatury umieszczony w instrukcji i na opakowaniu. Brak takiej spójności świadczy o nierzetelnym przetłumaczeniu instrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 117: Dotyczy Pakietu Nr 76, poz. 1:

Czy ze względu na fakt, że pacjent, u którego stężenie glukozy we krwi wynosi <20mg/dl, najprawdopodobniej już dawno nie żyje (spadek stężenia glukozy <50mg/dl stanowi już bezpośrednie zagrożenie życia), a glukometr nie jest narzędziem do precyzyjnej oceny glikemii *postmortem*, Zamawiający dopuści paski testowe do glukometru z zakresem pomiaru 20-600mg/dl, które wyświetlają komunikat „Lo” jeśli stężenie glukozy spada do poziomu <20mg/dl?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 118: Dotyczy Pakietu Nr 76, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści paski testowe bez możliwości dopełnienia brakującej krwi na pasek, które w praktyce pracy w szpitalu jest najczęściej niewykonalne i prowadzi do otrzymywania zafałszowanych wyników pomiarów? W praktyce dowolnego laboratorium wielokrotne mieszanie tej samej próbki krwi w środowisku pozbawionym antykoagulantów (a takim jest pasek testowy) stanowi błąd laboratoryjny dyskwalifikujący próbkę krwi pełnej ze względu na zachodzące zjawiska hemostazy/ hemolizę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 119: Dotyczy Pakietu Nr 76, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga za oferowania pasków testowych, których instrukcje podają taką samą temperaturę przechowywania, jak międzynarodowy symbol temperatury umieszczony w instrukcji i na opakowaniu. Brak takiej spójności świadczy o nierzetelnym przetłumaczeniu instrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 120: Dotyczy Pakietu Nr 76, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja daje wykonawcom bodziec ekonomiczny do utrzymywania stałej dostępności pasków testowych na rynku (wiele modeli pasków testowych nierefundowanych nie jest na rynku obecnych i nie istnieje praktyczna możliwość ich zakupu, pomimo że wciąż są zarejestrowane).

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 121: Dotyczy Pakietu 76, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku? Taka funkcja zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów

personelu, który nie musi dotykać krwi pacjenta podczas usuwania z glukometru paska po każdym pomiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 122: Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazywania konkretnej nazwy postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 123: Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w §7 ust. 1 słowo "opóźnienia" na słowo "zwłoki"?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 1 wzoru umowy bez zmian.

PYTANIE NR 124: Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o czasie zanurzenia 5s, zawiniętych na plastikowy perforowany tubus wykonany z tworzywa sztucznego, który ułatwia namaczanie opaski wodą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 125: Dotyczy Pakietu Nr 69, poz. 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych o następującej charakterystyce? Maseczki medyczne wykonane z trzech warstw delikatnej i miękkiej włókniny, posiadające wkładkę modelującą, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. Wyposażone są w elementy elastyczne tzw. "elastyczne ucho" służące do zamocowania wyrobu. W części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy.

Maseczki medyczne, zgodne z normą PN-EN 14683:2019, służą jako ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem, złączonym naskórką i owłosieniem. Posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej BFE \geq 98%. Oferowany asortyment jest wyrobem medycznym w rozumieniu Zalecenia Komisji UE 2020/403 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19 oraz w rozumieniu uchwały nr 33/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 126: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 10:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „1 źródeł światła na 100 łyżek kompatybilnych z laryngoskopami”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 05.06.2020 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.


PROKURENT
Małgorzata Cicha