



Znak: AE/ZP-27-29/20

Tarnów, 2020-06-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, lat naczyniowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o masie 9 g oraz skuteczności nawilżenia 24 mg H₂O/l przy Vt 500 ml?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 30 ml, waga 30 g, opór przepływu 1,0 przy 30 l/min, opakowanie papier-folia?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostacyjno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 40 ml, waga 29 g, opór przepływu 1,0 przy 30 l/min, skuteczność nawilżania 32 mg/H₂O przy Vt 500ml, opakowanie papier-folia?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostacyjny o wadze 22 g?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 30 ml, waga 30 g, opór przepływu 1,0 przy 30 l/min, opakowanie papier-folia?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 30 ml, waga 30 g, opór przepływu 1,0 przy 30 l/min, opakowanie papier-folia?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 6.** Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z Pakietu nr 7 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści średnice linii 3,2 x 6,4 mm oraz 3,2 x 6,4 mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści średnice linii 3,2 x 6,4 mm oraz 5 x 7,5 mm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści długość 210 cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Pakietu nr 11 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 6.** Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z Pakietu nr 26 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 89 mm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 6 i 10.** Prosimy o wskazanie czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi i Sony czy dopuszcza papier kompatybilny z powodzeniem stosowany w wielu placówkach.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1-4.** Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku?
16. **Dotyczy pkt XVI.8 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?
17. **Dotyczy pkt XVI.13 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
18. **Dotyczy pkt XVI.18 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Prosimy o wykreślenie pkt. 18 zawartego w rozdz. XVI SIWZ z umowy.

19. **Dotyczy pkt XVI.20 SIWZ Ogólne warunki umowy.** W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
20. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólne warunki umowy.** Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11.** Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 i utworzy nowy pakiet 3.1?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10.** Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakiej średnicy drenu oczekuje?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 11.** Czy Zamawiający oczekuje zestawu do odsysania w systemie zamkniętym do rurek intubacyjnych czy tracheostomijnych?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania wykonane z medycznego PCV zalecane wyłącznie do źródeł ssania z własną regulacją siły ssącej posiadające wyjątkowo atraumatyczną końcówkę, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania składający się z cewnika na 72 h do rurek intubacyjnych o długości 54 cm zaś do rurek tracheostomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi, bez DEHP oraz uniwersalnego adaptera z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/ tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga aby bezigłowy port do pobierania próbek posiadał przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga aby worek na mocz był połączony fabrycznie z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza układ oddechowy mikrobiologicznie czysty, reszta parametrów zgodna z SIWZ?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy zamawiający wyłączy z pakietu 11 pozycję 2?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra w rozmiarach 80x10x10 cm o średnicach 12, 14 i 16 CH renomowanej firmy Coloplast, reszta parametrów zgodna z SIWZ?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby produkty przeznaczone do terapii tlenowej były pozbawione szkodliwych ftalanów takich jak DEHP i BPA?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.** Czy Zamawiający dopuści cewnik mikrobiologicznie czysty, reszta zgodna z SIWZ?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik mikrobiologicznie czysty o długości 2,1 m, reszta zgodna z SIWZ?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych w jednym rozmiarze, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową do wysokich stężeń w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu o długości 2,1 m, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 1,5 ml dla rozmiary 6 CH, reszta parametrów zgodnie SIWZ?



38. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya do długotrwałego użytku w rozmiarach 12-22 CH (licząc co dwa), renomowanej firmy Colplast, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga aby cewniki można było stosować nawet do 90 dni?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya o rozmiarze balona 10 ml dla rozmiarów 12 i 14 CH oraz o rozmiarach balona 15 ml dla rozmiarów 16,18,20,22,24 CH, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści cewniki – dreny Pezzer w rozmiarach 30,32,34 CH, reszta parametrów zgodna z SIWZ?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści laryngoskop ze źródłem światła w postaci diody LED z ergonomiczną rączką pokrytą trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu, z gwarancją 5 lat?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 2.** Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy oczekuje łyżek do laryngoskopu metalowych czy wykonanych z PCV niezawierającego ftalanów?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści laryngoskop ze źródłem światła w postaci diody LED z ergonomiczną rączką pokrytą trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu, z gwarancją 5 lat?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 46 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zapewnienia jak najlepszej higieny jamy ustnej pacjentom oczekuje aby gąbeczki pokryte były węglanem wapnia?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 2 (Wykonawca omyłkowo podał Pakiet Nr 1).** Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.
47. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na głowicę USG o rozmiarze 122 x 15 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** wymiennika ciepła i wilgoci opisanego w pytaniu.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** filtra mechanicznego opisanego w pytaniu.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** filtra elektrostatyczno-mechanicznego opisanego w pytaniu.

Ad 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** filtra elektrostatycznego opisanego w pytaniu.

Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 4** filtra mechanicznego opisanego w pytaniu.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 5** filtra mechanicznego opisanego w pytaniu.

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 7 poz. 6** i utworzenie z niej oddzielnego zadania.

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** układów oddechowych o średnicach linii podanych w pytaniu.

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** układów oddechowych o średnicach linii podanych w pytaniu.

Ad 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** układów oddechowych o długości 210 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 11 poz. 2** i utworzenie z niej oddzielnego zadania.

Ad 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 26 poz. 6** i utworzenie z niej oddzielnego zadania.

Ad 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 35 poz. 1** elektrod do urządzenia Ells TENS do uśmierzania bólu porodowego w rozmiarze 50 mm x 89 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 14 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 15 poz. 6 i 10** papieru spełniającego wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Ad 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 1-4** elektrod w opakowaniach zawierających 50 szt., pod warunkiem, że elektrody te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 50 szt. to winien zaoferować: w poz. 1 - 2 opakowania, w poz. 2 - 1240 opakowań, poz. 3 - 600 opakowań, poz. 4 - 2 opakowania.

Ad 16-20 Wszystkie najważniejsze zapisy przyszłej umowy Zamawiający zawarł w pkt XVI SIWZ i nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do tego punktu SIWZ. Dotyczy to również doprecyzowania zapisów ogólnych warunków umowy. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad 21 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 3 poz.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11** i utworzenie z nich nowego Pakietu 3.1.

Ad 22 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 10** sterylnych zestawów do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego, bez filtra, z dodatkową zakrętką i podtrzymuje w wymagania w tym zakresie.

Ad 23 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 11** zamkniętego systemu do odsysania z oskrzeli CH14 i CH16 spełniającego wymagania SIWZ.

Ad 24 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ dla cewników do odsysania z oskrzeli oferowanych w **Pakiecie 3 poz. 8**.

Ad 25 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 11**.

Ad 26 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** zestawu do pomiaru diurezy godzinowej z bezigłowym portem do pobierania próbek posiadającym przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek.

Ad 27 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** zestawu do pomiaru diurezy godzinowej z workiem na mocz był połączonym fabrycznie z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących.

Ad 28 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** układów oddechowych mikrobiologicznie czystych.

Ad 29 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakiecie Nr 11 poz. 2**.

Ad 30 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** dreny Kehra w rozmiarach 80x10x10 cm o średnicach 12, 14 i 16 CH.

Ad 31 Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia oferowany w **Pakiecie Nr 22** będzie spełniał wymagania określone w SIWZ.

Ad 32 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 22 poz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8** wyrobów mikrobiologicznie czystych.

Ad 33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 22 poz. 2** cewników do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czystych o długości 2,1 m.

Ad 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 22 poz. 2** masek tlenowych dla dorosłych w jednym rozmiarze ponieważ wymagał zaoferowania w tej pozycji cewników do podawania tlenu przez nos.

Ad 35 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 6** masek tlenowych do wysokich stężeń w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych. Oferowane maski winny mieć rozmiary: S, M, L, XL.

Ad 36 Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 8** drenu do tlenu o długości 2,1 m. Oferowany dren winien mieć długość min. 4 metry.

Ad 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25 poz. 1** cewnika Foleya z balonem o pojemności 1,5 ml dla rozmiary 6 CH, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaoferowanie również cewników w rozmiarze 8Ch i 10 Ch.

Ad 38 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25 poz. 2** cewników Foleya tylko w rozmiarach: 12-22 CH (licząc co dwa), bez rozmiaru 24Ch.

Ad 39 Zamawiający wymaga zaferowania w **Pakiecie nr 25 poz. 2** cewników Foley'a spełniających wymagania SIWZ.

Ad 40 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 25 poz. 2** cewników Foley'a o rozmiarze balona 10 ml dla rozmiarów 12 i 14 CH oraz o rozmiarach balona 15 ml dla rozmiarów: 16, 18, 20, 22, 24 CH, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 25 poz. 3** cewników – drenów Pezzer w rozmiarach: 30, 32, 34 CH, bez rozmiaru 36Ch.

Ad 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 26 poz. 1** laryngoskopu opisanego w pytaniu.

Ad 43 Zamawiający oczekuje zaferowania w **Pakiecie Nr 26 poz. 2** łyżek do laryngoskopu spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad 44 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 26 poz. 4** laryngoskopu opisanego w pytaniu i wymaga zaferowania rękojeść laryngoskopu światłowodowej kseonowo/halogenowej (z bateriami w komplecie, rozmiar średni (28 mm), wielokrotnego użytku, spełniającej również pozostałe wymagania SIWZ.

Ad 45 Zamawiający wymaga zaferowania w **Pakiecie Nr 46 poz. 1** gąbek do higieny jamy ustnej spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad 46 Zamawiający wymaga zaferowania w **Pakiecie Nr 2** jałowych folii, w związku z czym każde opakowanie zapewniające sterylność jest odpowiednie. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaferowane folie po zapakowaniu sterylnie jednostkowo były następnie pakowane zbiorczo w kartoniki po 10 szt.

Ad 47 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 45 poz. 1** osłon na głowicę USG o rozmiarze 15 x 122 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

