



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie**

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

WSPRiTS/ZP/24/2023
ZP.261.51.2022

Warszawa, dnia 24 stycznia 2023 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP nr 2023/BZP 00041184/01 z dnia 18.01.2023 r. na okresowe przeglądy serwisowe, konserwację i naprawy sprzętu medycznego [Nr postępowania: 51/ZP/2022].

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ (CZ. II)

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Dotyczy Części nr 3 „Przeglądy serwisowe i naprawa sprzętu medycznego firmy Medirol”:

1) **PYTANIE:** Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie nazewnictwa usługi w formularzu cenowym dla części 3 zgodnie z projektem umowy, który stanowi w §3 ust. 2, że przedmiot zamówienia obejmuje czynności konserwacyjno-przeglądowe, a nie przeglądy serwisowe. Zwracamy uwagę, iż zachowanie jednolitej nomenklatury jest istotne z uwagi na klasyfikację usług pod kątem stawki podatku VAT.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający poprzez „czynności konserwacyjno-przeglądowe i naprawcze” zawarte w §3 ust. 2, rozumie usługę corocznego, wymaganego ustawą, przeglądu technicznego oraz innych czynności serwisowych wymaganych do naprawy zgłaszanej usterki. Zamawiający dopuszcza stosowanie stawki VAT 8%, zgodnej z zapisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. z 2022 r. poz. 974).

2) **PYTANIE:** Zwracamy się z wnioskiem o podanie harmonogramu przeglądów urządzeń z części 3 zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że przeglądy serwisowe rozłożone są w ciągu całego roku, aby nie kumulować wstrzymywania zespołów Ratownictwa Medycznego i minimalizować przerwy w świadczeniu usług NFZ. Zamawiający przedstawi harmonogram przeglądów urządzeń Wykonawcom, z którymi zostaną zawarte umowy o zamówienie publiczne.

3) **PYTANIE:** dot. poz. 5 – Zwracamy się z prośbą o poprawne wpisanie producenta sprzętu (firma Medirol) w punkcie 5 formularza cenowego dla Części 3.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki. Poprawny zapis brzmi „Części do sprzętu medycznego firmy Medirol wymienionego powyżej, niezbędne do wykonania naprawy”.

4) **PYTANIE:** Wnosimy o dodanie w formularzu cenowym pozycji dotyczącej kosztów z tytułu diagnozy usterki. Wniosek uzasadniamy możliwością wystąpienia sytuacji, w której po otrzymaniu diagnozy Zamawiający rezygnuje z naprawy i w konsekwencji nie miałby możliwości uregulowania płatności za wykonaną usługę diagnostyki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający poprzez roboczo-godziny w Opisie Przedmiotu Zamówienia rozumie szereg czynności wymaganych do wykonania naprawy. W rozumieniu Zamawiającego koszty diagnostyki należą do stawki za roboczo-godzinę usługi.

5) **PYTANIE:** Zwracamy się z wnioskiem o zmianę stawki VAT w formularzu cenowym w części 3 na części do wyrobów medycznych zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych części do wyrobów medycznych – z 23% na 8%. Stosownie do tego przepisu, części do wyrobów medycznych są objęte są 8% stawką VAT.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza użycie stawki VAT 8%.

6) **PYTANIE:** Wnosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie, zgodnie z instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń, leży po stronie Użytkownika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zapisami OPZ Podtrzymuje zapisy, że” Przegląd obejmuje:

- rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych
- sprawdzenie stanu technicznego, akcesoriów i ewentualne czyszczenie
- przegląd techniczny i ewentualna kalibracja
- badanie bezpieczeństwa elektrycznego
- kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów (jeżeli jest wymagane)
- wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego (uwzględniającego w szczególności wykryte usterki) oraz w razie potrzeby również paszportu technicznego”.

Dotyczy: Treści zapisów SWZ i zapisów wzorów umów:

7) **PYTANIE:** dot. §3 ust. 6 – Zwracamy się z wnioskiem o wyodrębnienie w formularzu cenowym pozycji dotyczącej kosztu dojazdu wykonawcy na usługi diagnozy, konserwacji czy też naprawy. Aktualna wersja formularza cenowego wymusza ukrycie kosztów dojazdu w cenach pozycji 1-5, co skutkuje zawyżeniem kosztów ww. usług i w konsekwencji, np. w przypadku wykonywania usług konserwacji kilku sprzętów podczas jednej wizyty serwisowej, narazi Zamawiającego na zbędne koszty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopisze powyższej pozycji do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zapisy umowy wymagają uwzględnienia kosztów dojazdu w dostępnych pozycjach Zał. nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia/ Formularz Cenowy.

8) **PYTANIE:** dot. §4 ust. 18 – Zwracamy się z wnioskiem o rozdzielenie przeglądu serwisowego od naprawy serwisowej, gdyż naprawa sprzętu musi być poprzedzona diagnostyką w celu zlokalizowania usterki, a czas realizacji naprawy uzależniony jest od dostępności części zamiennych zarówno u Wykonawcy, jak i producenta sprzętu.

9) **ODPOWIEDŹ:** Zamawiający poprzez roboczogodziny w opisie przedmiotu zamówienia rozumie szereg czynności wymaganych do wykonania naprawy. Dopuszcza w przesłanym kosztorysie opis Roboczogodzina – na rzecz diagnostyki.

10) **PYTANIE:** dot. §5 ust. 3 – Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu na 3 dni robocze od daty stwierdzenia usterki. Niezwłoczne zgłoszenie usterki umożliwia sprawniejsze jej usunięcie, a także nie pogłębia jej, eliminując w ten sposób dodatkowe koszty.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

11) **PYTANIE:** dot. §5 ust. 4 – Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu do 14 dni roboczych w przypadku sytuacji, w której może zajść potrzeba konsultacji z producentem.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

12) PYTANIE: dot. §5 ust. 7 lit. a) i b) – Zwracamy się z wnioskiem o zmianę wysokości kar na 0,5 % za każdy dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

13) PYTANIE: §5 ust. 8 – Zwracamy się z wnioskiem o dodanie zapisu, iż ewentualna naprawa może zostać powierzona osobom trzecim posiadającym autoryzację serwisową producenta danego urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił warunki serwisowania dla każdej z Części osobno, włącznie z informacją, czy wymaga aby usługi realizowane były przez serwis autoryzowany przez producenta. Każdorazowo dla sytuacji opisanej w §5 ust. 8 umowy dobór firmy, która wykona usługę będzie się opierał na tych samych warunkach serwisu autoryzowanego, jakie dotyczą danej Części zamówienia.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Sprawę prowadzi:
Magdalena Miechowska
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 243