



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-53/23

Tarnów, 2023-08-22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę stołu operacyjnego - 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaferowanie stołu wyposażonego w dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny (nie wystający poza osłony kolumny), z funkcjami takimi, jak na pilocie i wskaźnikiem diodowym naładowania baterii jak na poniższej wizualizacji i przyzna za to równoważne rozwiązanie również 10 pkt? – dotyczy l.p. 5**



- 2. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaferowanie stołu o długości 2115mm? Oferowana długość jest optymalna zarówno z punktu widzenia wysokości pacjenta, jak i uwagi na wszechstronne możliwości przeprowadzenia zabiegów i operacji chirurgicznych – dotyczy l.p. 8**
- 3. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaferowanie stołu z zakresem wysokości 680/1130mm? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SWZ – dotyczy l.p. 11**
- 4. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 12 - Czy Wykonawca może zaferować stół z zakresem regulacji oparcia pleców -35/+75 stopni? W przypadku pozycji fotelowych i Fowlera oferowany parametr 75 stopni pozwala bezproblemowo prowadzić zabiegi niezależnie od dyscypliny, zaś proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego – dotyczy l.p. 12**
- 5. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaferowanie stołu z zakresem regulacji kątowej góra/dół, dwuczęściowego segmentu nóg od - 90⁰ do 20⁰ ? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego w SWZ, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu. – dotyczy l.p. 17**
- 6. Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaferowanie stołu, w którym segmenty montowane są ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie cylindryczny sworzeń/gniazdo oraz przyzna temu rozwiązaniu, jako równoważnemu, maksymalną ilość punktów? Oferowane rozwiązanie jest nowoczesne, funkcjonalne i zabezpiecza przed zapiekaniem się elementów oraz chroni segment przed upadkiem w przypadku awarii elementu zabezpieczającego. – dotyczy l.p. 26**



7. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 27** - Czy Zamawiający może podać więcej parametrów przystawki, aby umożliwić złożenie oferty również innym producentom czy dystrybutorom stołów, niż MTC Medical? W szczególności proszę o podanie jej szerokości; wymiarów części podtrzymującej pacjenta; materacy. Czy jest możliwa regulacja rozstawu elementów mocujących? Czy jest kompatybilna z blatem o szerokości 500 mm? – dotyczy l.p. 27
8. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 27** - Czy Zamawiający, mając na względzie zasadę równego traktowania oferentów, wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego dodatkowo w przystawkę do chirurgii barków, kompatybilną z oferowanym stołem (na wypadek, gdyby posiadana przez Zamawiającego przystawka firmy MTC Medical nie była kompatybilna)? – dotyczy l.p. 27
9. **Dotyczy pkt. 24 SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni? Z uwagi na fakt, że stół operacyjny do wielospecjalistyczny wyrób medyczny przeznaczony niejednokrotnie do bardzo skomplikowanych operacji, jego proces produkcyjny powinien zakładać nie tylko wyprodukowanie stołu, ale przeprowadzenie również wielu testów jakościowych. Tylko wówczas Producent stołu ma pewność, że dostarczy Użytkownikowi wyrób bezpieczny zarówno z perspektywy personelu, jak i pacjenta. Proces ten wymaga zatem zapewnienia odpowiedniej ilości czasu. Podany w SWZ termin wykonania 8 dni umożliwia złożenie oferty tylko oferentowi posiadającemu stół na magazynie, co ogranicza konkurencyjność.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.5 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Stół posiadający dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny (nie wystający poza osłony kolumny) od strony głowy pacjenta z funkcjami takimi, jak na pilocie i wskaźnikiem diodowym naładowania baterii lub nie posiadający dodatkowego panela na kolumnie“

zmienia na zapis o treści:

„Stół posiadający dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny (nie wystający poza osłony kolumny) z funkcjami takimi, jak na pilocie i wskaźnikiem diodowym naładowania baterii lub nie posiadający dodatkowego panela na kolumnie“

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 3

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.11 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Zakres regulacji wysokości (bez materaca) od 650 do 1060 mm [+/- 30 mm]“

zmienia na zapis o treści:

„Zakres regulacji wysokości (bez materaca) od 650 do 1100 mm [+/- 30 mm]“

Ad. 4

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.12 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 40⁰ do 85⁰“

zmienia na zapis o treści:

„Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 35⁰ do 75⁰“



Ad. 5

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.17 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Zakres regulacji kątowej góra/dół, dwuczęściowego segmentu nóg min. od - 90⁰ do 25⁰“

zmienia na zapis o treści:

„Zakres regulacji kątowej góra/dół, dwuczęściowego segmentu nóg min. od - 90⁰ do 20⁰“

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie stołu operacyjnego posiadającego mocowanie segmentów sworzeń - gniazdo.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.26 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Stół operacyjny posiada mocowanie segmentów inne niż sworzeń - gniazdo (Zamawiający dopuszcza np. system hakowy) zabezpieczający przed zapiekaniem się elementów oraz chroniący segment przed upadkiem w przypadku awarii elementu zabezpieczającego lub nie posiada takiego systemu mocowania.“

zmienia na zapis o treści:

„Stół operacyjny posiada mocowanie segmentów zabezpieczające przed zapiekaniem się elementów oraz chroniące segment przed upadkiem w przypadku awarii elementu zabezpieczającego (np. system hakowy). Zamawiający nie dopuszcza mocowania segmentów sworzeń – gniazdo.“

2/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.26 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji””
zapis o treści:

„TAK/NIE

Punktacja:

Zaoferowany stół nie posiada opisanego systemu mocowania - 0 pkt

Zaoferowany stół posiada opisany system mocowania - 10 pkt“

zmienia na zapis o treści:

„TAK“

3/w pkt.21.1.2 SWZ **zapis o treści:**

„21.1.2. Punktacja w kryterium parametry techniczne zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2 = 0,35 * (t_1 + t_2) * 100/20 \text{ pkt}$$

gdzie:

t₁ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 5 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₂ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 26 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 5 do SWZ tj. :

- 1) w ocenianym w pozycji 5 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowanym stołem posiadającym opisany w pozycji 5 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze panel dodatkowy uzyska 10 punktów (t₁=10), oferta z zaoferowanym stołem nie posiadającym opisanego w pozycji 5 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze panelu dodatkowego uzyska 0 punktów (t₁=0).
- 2) w ocenianym w pozycji 26 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowanym stołem posiadającym opisany w pozycji 26 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze system mocowania uzyska 10 punktów (t₂=10), oferta z zaoferowanym stołem nie posiadającym opisanego w pozycji 26 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze systemu mocowania uzyska 0 punktów (t₂=0).

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 35.”



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757



zmienia na zapis o treści:

„21.1.2. Punktacja w kryterium parametry techniczne zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2 = 0,35 * t_1 * 100/10 \text{ pkt}$$

gdzie:

t_1 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 5 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 5 do SWZ tj. :

- 1) w ocenianym w pozycji 5 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowanym stołem posiadającym opisany w pozycji 5 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze panel dodatkowy uzyska 10 punktów ($t_1=10$), oferta z zaoferowanym stołem nie posiadającym opisanego w pozycji 5 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze panelu dodatkowego uzyska 0 punktów ($t_1=0$).

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 35.”

Ad. 7

Zamawiający informuje, iż informacje, o których mowa w pytaniu Wykonawca może uzyskać u producenta przystawki - MTC Medical (Zamawiający w pkt.27 Załącznika Nr 5 do SWZ podał model przystawki - EO-30), ewentualnie Zamawiający może udostępnić Wykonawcy do wglądu w swojej siedzibie przystawkę EO-30 do chirurgii barków producent MTC Medical, o której mowa w pkt.27 Załącznika Nr 5 do SWZ.

Ad. 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.1, Ad.3, Ad.4, Ad.5 i Ad.6, działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 04.09.2023r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 04.09.2023r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.12.2023r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 18.1., 19.1., 20.1., 21.1.2., Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

