



Toszek, 26.07.2024 r.

dotyczy: *postępowania nr 26/DEG/AS/2024 – Zakup ssaka medycznego i stojaka do skanera żył dla zadania "Zakup wraz z wymianą drzwi z bezpieczną szybą ościeżnicami oraz wykonanie prac ogólnobudowlanych po ich wymianie. Zakup ssaka medycznego i stojaka do skanera żył dla oddziału Psychiatrycznego Sądowego dla nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu XVII w ramach zadań przeciwdziałaniu narkomanii."*

Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 26.07.2024 r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający butle z PC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza butle z PC – tym samym zmianie ulegną zapisy Specyfikacji Technicznej w zakresie części 1.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 15 kg bez wózka i 20 kg z wózkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ssaka o wadze 15 kg bez wózka i 20 kg z wózkiem.

