



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13

NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690

tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25

sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, www.wscp.wodzislaw.pl

DZP 5096 /2023

Wodzisław Śląski 12.12.2023

Do: Oferenci biorący udział w zapytaniu

„Dostawa środków dezynfekcyjnych”

znak sprawy 12/2023/Z

Dotyczy Części 1:

1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat skuteczny w stężeniu 0,3% - 1%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem.

2. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu, na bazie aldehydu glutarowego, do wielokrotnego stosowania przez 45 dni, o działaniu wobec B, Tbc, F, V, S w 15 min.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem.

3. Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi termolabilnych, wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych, nie zawierający aldehydów, substancja aktywna: kwas nadoctowy powstający w wyniku reakcji kwasu octowego i nadtlenu wodoru? Preparat o szerokiej skuteczności mikrobiologicznej. Roztwór gotowy do użycia – nie wymaga dodawania aktywatora ani czasu aktywacji Preparat zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 14 dni. Spektrum działania zgodne z wymaganymi normami PN EN, przebadany na szczepach normatywnych : 10 min - B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro), S zgodnie z obowiązującą normą EN 17126 (B. subtilis, B. cereus, C. difficile RO27 - >4log),

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem.

4. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści paski kontrolne w opakowaniu po 100 szt., z możliwością przeliczenia zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza paski kontrolne w op. po 100 szt. z datą ważności nie krótszą niż 6 miesięcy od daty dostawy.

5. Czy zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 preparaty w pełni ze sobą kompatybilne, ale pochodzące od różnych producentów? Kompatybilność potwierdzona na podstawie obu producentów.



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, www.wscp.wodzislaw.pl

11. Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do oceny.

12. Czy zamawiający w poz. 4 dopuści preparat typu Mediquick do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz głowic USG na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, ospektrum działania F,B,,V, /HIV,HBV,HCV ,rota Vacina do 5 min, Papowa, Tbc do 15min w opakowaniu 1l ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca
w Wodzisławiu Śl.

dr n. med. Norbert Prudel