

DZP.KK.282.1.2021

Sopot, dnia 19.03.2021 roku

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 1/PN/21

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w podziale na 17 Pakietów – Znak: 1/PN/21

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019.2019 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	PAKIET 9, PUNKT 39 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 4-18 MHz i 288 elementami, szerokością skanu powyżej 37 mm oraz z dodatkową głowicą liniową o zakresie częstotliwości 3-14 MHz i 256 elementami, szerokością skanu powyżej 50 mm?	Zamawiający dopuszcza i modyfikuje w tym zakresie Zał. nr 3.9 do SWZ
2.	PAKIET 5 PKT 4 Czy Zamawiający dopuści ssaki wyprodukowane w roku 2020?	Zamawiający dopuszcza i modyfikuje w tym zakresie Zał. nr 3.5 do SWZ

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

1. Zmodyfikowana treść Zał nr 3.9 do SWZ
2. Zmodyfikowana treść Zał nr 3.5 do SWZ

2. Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.2019 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2
o treści:

„Termin składania ofert: do dnia 25.03.2021 r., do godz. 10:00 pod rygorem nieważności”
otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert: **do dnia 29.03.2021 r., do godz. 09:00** pod rygorem nieważności”

2) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 4
o treści:

„Miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 25.03.2021 roku o godz. 10:15 w:

Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot
Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 3 (Budynek Administracji)”

otrzymuje brzmienie:

„Miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **29.03.2021 roku o godz. 09:15** w:

Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot
Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 3 (Budynek Administracji)”

3) Rozdział XI „INNE INFORMACJE”, ust. 2 „termin związania ofertą”, pkt 2.1,
o treści:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 22.06.2021 r.”
otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **90 dni, tj. do dnia 26.06.2021 r.**”

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w podziale na 17 Pakietów (znak: 1/PN/21) - **nie zmienia się.**

PREZES ZARZĄDU

Barbara Gierak-Pilarczyk

Specyfikacja Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony – znak: 1/PN/21

ZALĄCZNIK NUMER 3.5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 5 – SSAK STANOWISKOWY

Lp	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Producent	podać	
2	Nazwa i typ	podać	
3	Kraj pochodzenia	podać	
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)	2020	
5	Zamawiana ilość	2 szt.	
	Wymagania ogólne	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
1	Ssak zapewniający wydajność ssania min. 25 l/min. oraz maksymalne do uzyskania podciśnienie min. 84 kPa	Tak, podać	
2	Ssak wyposażony w manometr oraz pokrętkę do płynnej regulacji siły ssania	Tak	
3	Ssak w obudowie z odpornego tworzywa ABS wyposażony w nieskładany uchwyt umożliwiający bezpieczne przenoszenie ssaka	Tak	
4	Czas pracy na akumulatorze w najwyższym stopniu ssania w trybie ciągłym - min. 40 minut. Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie.	Tak, podać	
5	Wraz ze ssakiem na wyposażeniu dwa zbiorniki o pojemności 1000 ml, wielokrotnego użytku przeznaczone do sterylizacji z pokrywą, filtrem antybakteryjnym, zaworem anti-przelewowym. Pojemniki przystosowane do używania z workami jednorazowymi.	Tak	
6	Max. natężenie hałasu podczas pracy poniżej 70dB.	Tak	
7	Ssak niewymagający okresowych czynności serwisowych	Tak	
8	Waga ssaka niższa niż 5,5 kg z pełnym oprzyrządowaniem	Tak, Podać	
9	Wraz ze ssakiem zostanie dostarczony zestaw startowy składający się z - filtrów antybakteryjnych - 10 szt. - jednorazowych wkładów do zbiornika – 10 szt. - zestawu drenów wielorazowych – 3 szt.	Tak	
10	Serwis gwarancyjny na terenie Polski	Tak, podać dane serwisu	Nazwa firmy serwisu: ... Adres: ... Tel.: e-mail: ...

Uwaga!

Parametry określone jako „TAK” i „TAK, podać” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta przedmiotu zamówienia.

/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Specyfikacja Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony – znak: 1/PN/21

ZALĄCZNIK NUMER 3.9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 9 – APARAT USG

Lp	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Wartość oferowana
1	Producent	podać	
2	Nazwa i typ	podać	
3	Kraj pochodzenia	podać	
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)	2021	
5	Zamawiana ilość	1 szt.	
		Parametr wymagany	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE**
Konstrukcja			
1	Aparat fabrycznie nowy, model z najnowszym dostępnym oprogramowaniem.	Tak	
2	Dynamika systemu min.250 dB	Tak, podać	
3	Liczba niezależnych kanałów odbiorczych min. 1 200 000	Tak, podać	
4	Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 2 do 18 MHz	Tak, podać	
5	Maksymalna głębokość skanowania w zakresie min. od 1 do 40 cm	Tak, podać	
6	Podstawa jezdna z możliwością blokowania min. 2 kół, ruchomy panel sterujący regulowany, regulacja w zakresie lewo-prawo, góra-dół	Tak, podać	
7	Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 4	Tak, podać	
8	Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice	Tak	
9	Monitor cyfrowy LCD lub OLED na ruchomym ramieniu o ekranie min. 21" i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli	Tak	
10	Możliwość regulacji położenia monitora prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie	Tak	
11	Port USB do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive	Tak	
12	Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10"	Tak, podać	
13	Klawiatura alfanumeryczna – fizyczna klawiatura umieszczona na konsoli operatora lub wysuwana spod konsoli	Tak	
14	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów	Tak	
15	Ustawienia wstępne Użytkownika (presety) dla	Tak	

Specyfikacja Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony – znak: I.PN.21

aplikacji i głowic		
Tryby obrazowania		
16	Aparat w cenie oferty wyposażony co najmniej w poniższe tryby obrazowania: 1) Tryb 2D (B-mode) 2) Tryb M-mode 3) Tryb Kolor M-mode 4) Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) 5) Tryb Duplex (2D + PWD) 6) Tryb Triplex (2D + PWD + CD) 7) Tryb Doppler ciągły (CW) 6) Tryb Doppler kolorowy (CD) 7) Tryb Power Doppler 8) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny 9) Triplex mode	Tak
17	Technologia optymalizująca obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki.	Tak
18	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu przy pomocy jednego przycisku	Tak
19	Ciągła optymalizacja wzmożenia w trybie 2D	Tak
20	Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szумы i cienie obrazu dla zapewnienia poprawy jakości obrazowania małych struktur	Tak, podać
21	Tryb dopplerowski o wysokiej czułości zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów.	Tak
22	Obrazowanie panoramiczne pozwalające na tworzenie anatomicznych przekrojów dowolnych struktur	Tak
23	Obrazowanie harmoniczne zapewniające uzyskanie wysokiej jakości obrazu głęboko położonych struktur	Tak
24	Regulacja uchyłności bramki Dopplera Kolorowego na zaferowanej głowicy liniowej min. +/- 20 stopni	Tak
Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym		
25	Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, kardiologiczne z pakietem obliczeniowym.	Tak
26	Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego	Tak
27	Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes	Tak
28	Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze	Tak

Specyfikacja Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony – znak: I.PN.21

Archiwizacja		
29	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów	Tak
30	System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM	TAK, podać
31	Eksportowanie na nośniki przenośne z załączaną przeglądarką DICOM	Tak
32	Napęd CD/DVD	Tak
33	Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 500GB	Tak, podać
34	Videoprinter czarno-biały	Tak
35	Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań	Tak
36	Wbudowane w aparat wyjście wideo umożliwiające podłączenie dodatkowego monitora	Tak
37	Wbudowane w aparat wyjście Ethernet do podłączenia aparatu do systemu PACS/RIS	Tak, podać
Głowice		
38	Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych, typu single crystal – zakres częstotliwości: min. 1-5 MHz, kąt skanowania min. 70 stopni, min. 160 elementów w jednej linii	TAK, podać
39	<u>Liniowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej</u> – zakres częstotliwości min. 2-22 MHz, ilość elementów min. 1000, FOV głowicy min. 40 mm (+/- 4 mm) lub Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, w którym zamiast w/w głowicy Wykonawca dostarczy w cenie oferty n/w głowice <u>Liniowa</u> – zakres częstotliwości min. 8-18 MHz, ilość elementów min. 288, FOV głowicy min. 40 mm (+/- 4 mm) <u>Liniowa</u> – zakres częstotliwości: min. 6-14 MHz; ilość elementów min. 256, FOV głowicy 55mm (+/- 5 mm) lub Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, w którym zamiast w/w głowicy Wykonawca dostarczy w cenie oferty n/w głowice <u>Liniowa</u> – zakres częstotliwości min. 8-24 MHz, ilość elementów min. 192, FOV głowicy min. 40 mm (+/- 4 mm) <u>Liniowa</u> – zakres częstotliwości: min. 2-11 MHz, FOV głowicy 40mm (+/- 5 mm)	TAK, podać
40	<u>Liniowa typu hokejowa do badania układów mięśniowo-szkieletowych</u> zakres częstotliwości:	TAK, podać

Specyfikacja Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony – znak: 1.PN.21

	min. 7- 15 MHz, FOV głowicy 25 mm (+/- 3mm)		
41	Sektorowa kardiologiczna dla dorosłych typu single crystal o zakresie częstotliwości min. 1-5 MHz	TAK, podać	
Pozostałe wymagania			
42	Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 24 m-ce do 36 msc	Tak, podać	
43	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	
44	Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST	Tak	
45	Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. W cenie oferty również Wykonawca przewidzi asystę serwisu podczas konfiguracji aparatu z systemem PACS/RIS – planowany termin konfiguracji w trakcie trwania gwarancji po wdrożeniu systemu informatycznego.	Tak	
46	Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM)	Tak	
47	Serwis gwarancyjny na terenie Polski	Tak, podać dane serwisu	Nazwa firmy serwisu: ... Adres: ... Tel.: e-mail: ...

Uwaga!

Parametry określone jako „TAK” i „TAK, podać” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta przedmiotu zamówienia.

/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

