

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dot.: prośby o złożenie oferty na zakup i dostawę akcesoriów medycznych do laparoskopii dla Bloku Operacyjnego zgodnie z Pakietem nr 1.

1. **Dotyczy pozycji nr 5.** Czy Zamawiający dopuści uszczelkę zewnętrzną do trokara 11mm, kapturek w kolorze niebieskim przy zachowaniu pozostałych parametrów?

AD.1) Zamawiający dopuszcza powyższe.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak