



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 02.02.2023 r.

DZP – 7/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa materiałów szewnych oraz staplerów

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – Projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z §6 ust 1 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii dostawy

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na zasadzie § 10 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii dostawy

1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy,

1.4. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 16 w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 16, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 8 ust. 1 projektowanych postanowień umownych otrzymuje brzmienie:

„1.3 za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy”

Pozostałe zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 5, pozycja 1, 4, 8

Czy Zamawiający dopuści igły z nicią o długości 75 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 Staplery cz. 1 pozycja 2 w związku ze zmianą u Producenta dopuści również jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. O dopuszczalnym zakresie kompresji tkanki od 1 mm do 2,5 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 Staplery cz. 3 pozycja 1 dopuści również jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. O dopuszczalnym zakresie kompresji tkanki od 1 mm do 2,5 mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 6 - Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 Staplery cz. 3 pozycja 2 dopuści również stapler liniowy o długości linii zszywek 60mm załadowany ładunkiem / parametry określone podczas zamawiania / do tkanki standardowej / wys. zszywki otwartej 3,5mm, zamkniętej 1,5mm / i grubej / wys. otwartej zszywki 4,8mm, zamkniętej 2,0mm / wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową, możliwość 7-krotnego przeładowania ładunku, 8-krotnego wystrzelenia wraz z ładunkiem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 7 - Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 Staplery cz. 3 pozycja 3 dopuści również ładunek do staplera liniowego o długości linii zszywek 60mm załadowany ładunkiem / parametry określone podczas zamawiania / do tkanki standardowej / wys. zszywki otwartej 3,5mm, zamkniętej 1,5mm / i grubej / wys. otwartej zszywki 4,8mm, zamkniętej 2,0mm / wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź: Nie.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 8 - Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 część 1 dopuści nić o całkowitym wchłanianiu 180-220 dni?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 9 - Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 część VI lp.86 dopuści igłę o zakończeniu krótkim tnący pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 10 - Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 część VI lp.87 dopuści igłę 1/4 koła podwójna lancetowata o zakończeniu mikro-point?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 11 - Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 część VI lp.103 dopuści igłę o zakończeniu krótkim tnący pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12 - Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 część IX lp.110 dopuści igłę mikro pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 13 - Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 część II lp.5 dopuści dł. igły 6,1 mm podwójną mikrolancetowatą 3/8 koła pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14 - Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 część II lp.6 dopuści dł. igły 6,6 mm podwójną mikrolancetowatą 3/8 koła wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 15 - Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 część II lp.7 dopuści dł. igły 8mm 1/4 koła podwójną lancetowatą o zakończeniu krótkim tnącym pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16 - Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 część II lp.8 dopuści dł. igły 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17 - Pakiet nr 9 poz.1 - Proszek hemostatyczny

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz.1 - Proszek hemostatyczny, pakowany po 1g.x5szt. z odpowiednim przeliczeniem i podaniem ceny za opakowanie 1g. x 10sztuk?

Odpowiedź: Tak.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pakiet nr 18 - Pakiet nr 10 poz.1-4 - Klipsy tytanowe

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz.1-4 Klipsy tytanowe, wymaga by w każdym opakowaniu z klipsami tytanowymi znajdowały się samoprzylepne kontrolki identyfikujące, do wklejania w protokole operacyjnym pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii min. po 2 sztuki do każdego magazynka z klipsami?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 19 - Pakiet nr 10 poz. 1-3 – Klipsy tytanowe

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz.1-3 – Klipsy tytanowe, wymaga, potwierdzenie producenta, że klipsy tytanowe mogą być bezpiecznie stosowane w polu magnetycznym podczas badań rezonansem magnetycznym MRI o natężeniu pola 3 Tesli i że nie generują żadnego zagrożenia w badaniach wykonywanych techniką tomografii komputerowej?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 20 - Pakiet nr 10 poz.1-3 – Klipsy tytanowe

Wnosimy o potwierdzenie, iż w Pakiecie nr 10 poz.1-3 – Klipsy tytanowe (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz.1416) wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do długotrwałego użytku zalicza się do klasy IIb) - Zamawiający wymagać będzie zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do klasy IIb?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 21 - Pakiet nr 11 poz.1 – Staplery

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz.1 – Staplery – cz.1 Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny, (prosty) zamykająco-tnący, automatyczny o długości linii szwu 43mm spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 22 - Pakiet nr 11 poz.2 – Staplery

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz.2 – Staplery – cz.1 Stapler okrężny, zakrzywiony z płyną regulacją kompresji tkanki w zakresie od 1-2,3mm, średnica główki 21,25,28,32mm wysokość zszywki 5mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 23 - Pakiet nr 11 poz.3 – Staplery

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz.3 – Staplery – cz.1 Stapler liniowy jednorazowego użytku, z automatycznym dociskiem, z automatyczną kompresją tkanki do tkanki standardowej wysokości zszywki 3,8 mm do tkanki grubej wysokość zszywki 4,5 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek o efektywnej długości zespolenia 60 mm. Z automatyczną iglicą zabezpieczającą przed wysunięciem się tkanki i automatycznym zamkiem w rękojeści, blokującym rękojeść po wyzwoleniu ładunku, dwie dźwignie zamykająca i spustowa oraz przycisk otwierający. Dźwignia zamykające posiada pośrednią pozycję kompresji tkanki?

Odpowiedź: Nie.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pakiet nr 24

Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Podpisał:
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie