



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 17**

**Dotyczy zadania nr 3**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparaty RTG z ramieniem C z głębokością min. 64cm, tak niewielka różnica nie ma znaczenia diagnostycznego?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparaty RTG z ramieniem C z odległością min 75cm, tak niewielka różnica nie ma znaczenia diagnostycznego?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparaty RTG z ramieniem C z SID 96 cm? Różnica 1 cm nie ma znaczenia diagnostycznego, wyłącznie ograniczając konkurencję?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparaty RTG z ramieniem C z zakresem ruchu pionowego min 40cm, tak niewielka różnica nie ma znaczenia diagnostycznego?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparaty RTG z ramieniem C z ruchem orbitalnym min 120 stopni? Różnica 5 stopni jest niewielka i niezauważalna podczas wykonywania badań.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparaty RTG z ramieniem C z częstotliwością min 40kHz?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparaty RTG z ramieniem C z mocą minimum 2,2 kW, różnica jest niewielka i nie ma znaczenia diagnostycznego oraz użytkowego dla Zamawiającego?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

KOMENDANT

  
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82