



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 24.08.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 21A/2023

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę kriostatu do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 1

Pytanie nr 1 – załącznik nr 2 – poz. 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu wyposażonego w możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie lepszym, tj. od 0,5 µm do 100 µm w poniższych skokach:

Od 0,5 µm – 2,0 µm co 0,5 µm

Od 2,0 µm – 20 µm co 1,0 µm

Od 20,0 µm – 50µm co 2,0µm

Od 50,0µm–100µm co 5,0µm

Pozwoli to Zamawiającemu na większą elastyczność pracy. Mając na uwadze powyższe proponowane przez nas rozwiązanie jest w pełni wystarczające do bezpiecznej i szybkiej pracy Operatora kriostatu. Proponowane przez nas rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym jednostkach akademickich oraz szpitalnych. Dopuszczenie innego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnej cenowo oferty przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich niezwykle istotnych parametrów jakościowych.

Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania.

Pytanie nr 2 – załącznik nr 2 – poz. 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu wyposażonego w zakres ruchu poziomego uchwyty na ostrza 28 mm. W proponowanym przez nas urządzeniu za ruch poziomy odpowiada uchwyt ostrza, jego zakres spełnia wymagania pierwotnie stawiane przez Zamawiającego. Dla Użytkownika kriostatu nie stanowi to żadnej różnicy użytkowej – praca odbywa się dokładnie na tej samej zasadzie. Realizowanie ruchu poziomego przy pomocy stolika z ostrzem zapewnia większą dokładność pracy oraz gwarancję poprawnie działającej funkcji retrakcji niezależnie od szybkości obrotu koła napędowego.

Pozwoli to Zamawiającemu na większą elastyczność pracy. Mając na uwadze powyższe proponowane przez nas rozwiązanie jest w pełni wystarczające do bezpiecznej i szybkiej pracy Operatora kriostatu. Proponowane przez nas rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym jednostkach akademickich. Dopuszczenie innego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo oferty przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich niezwykle istotnych parametrów jakościowych

Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania.

Pytanie nr 3 – załącznik nr 2 – poz. 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu z dwiema prędkościami przesuwu uchwyty na ostrza do głowicy z preparatem:

- wolna – 600 µm/s

- szybka – 3000 µm/s

Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania.

Pytanie nr 4 – załącznik nr 2 – poz. 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu który ze względu na specyfikę konstrukcji nie posiada wskaźnika osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. Wskaźnik taki był by zasadny w przypadku kriostatu automatycznego. Zaproponowane rozwiązanie jest z powodzeniem wykorzystywane w wielu jednostkach w Polsce, w tym jednostkach akademickich oraz szpitalnych.

Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania.

Pytanie nr 5 – załącznik nr 2 – poz. 18

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu z systemem precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy bez konieczności stosowania wskaźników zmian położenia co 2 stopnie. Urządzenie wyposażone jest we wskazanie położenia 0/0. Przestrzenna orientacja próbki nie odnosi

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

się do wartości bezwzględnych, a subiektywnej ocenie odpowiedniego ułożenia preparatu względem noża. Mając na uwadze powyższe wskazania co 2 stopnie nie są konieczne i nie stanowi zalety użytkowej.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 6 – załącznik nr 2 – poz. 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o następujących wymiarach:

Szerokość: 680 mm

Głębokość: 760 mm

Wysokość: 1110 mm

Urządzenie zostało zaprojektowane do wygodnej, ergonomicznej pracy, a rozmiary różnią się jedynie nieznacznie od wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Kupujący podtrzymuje zapisy zapytania.

Pytanie nr 7 – załącznik nr 2 – poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu, o parametrze lepszym od wymaganego, wyposażonego w półkę szybkiego zamrażania o temperaturze -35 stopni przy temperaturze komory również -35 stopni przeznaczoną na 24 preparaty.

Odp. Kupujący dopuszcza, nie wymaga.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/8105982