



Poznań, dnia 19.08.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-59/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Zestaw nr 1:**

**Dot. Części 23**

Czy Zamawiający dopuści siatki pakowane w pojedyncze sterylne opakowania, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taki sposób opakowania, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 29, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniaalny, syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40% i czasie absorpcji 90-120 dni?

**Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.**

Opracowała: Beata Tylska

