



WSPRiTS/ZP/425/2020  
ZP.261.63.2020

Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2020/S 240-592904 z dnia 09.12.2020 r. na zakup igieł doszpikowych, worków resuscytacyjnych i innych produktów medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/63/20].**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania:

#### **Dotyczy Zadania 1 „Igły do odbarczania odmy”:**

**1) PYTANIE:** Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów zestawu do pilnego drenażu odmy opłucnowej wprowadzenie typu cewnik na igle. W skład zestawu wchodzi wzmocniony cewnik 8,5 Fr o długości 6 cm, igła introduktora cewnika 15 G, zawór do drenażu klatki piersiowej zapobiegający napływowi powietrza do przestrzeni opłucnowej (zastawka Heimlicha), kranik jednodrożny, rurka łącząca, okrągły dysk jako mocowanie cewnika, strzykawka, przezroczysta taśma. Okres przydatności od daty produkcji 2 lata.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego do zaoferowania.

**2) PYTANIE:** Prosimy o dopuszczenie produktu posiadającego instrukcję użycia w języku angielskim.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Dotyczy Zadania 2 „Igły doszpikowe”:**

**3) PYTANIE:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu wymagania technicznego igieł doszpikowych dla dorosłych od 12 roku życia oraz igieł dla dzieci do 12 roku życia, zamiast parametru do 6 kg wagi ciała i poniżej 6 kg wagi ciała. Prosimy o taką zmianę ze względu na podział występujący u producenta, związany z wiekiem, nie wagą.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**4) PYTANIE:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu wymagania technicznego z 48 miesięcy ważności dla igieł doszpikowych dla dzieci oraz dla igieł doszpikowych dla dorosłych na min. 48 miesięcy w dniu dostawy. Taka zmiana zabezpieczy Zamawiającego przed otrzymaniem towaru starego, leżącego długo na magazynie.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

#### **Dotyczy Zadania 3 „Strzykawki bezpieczne”:**

**5) PYTANIE:** Czy Zamawiającego wymaga strzykawek bezpiecznych, u których po zabezpieczeniu igły można łatwo odłamać tłok, tym samym eliminując całkowicie ponowne użycie strzykawki?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania strzykawki opisane powyżej.



6) **PYTANIE:** Czy Zamawiający oczekuje strzykawkę wykonanych z polipropylenu?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

7) **PYTANIE:** Czy Zamawiający oczekuje strzykawkę bezpiecznych ze specjalnym zakończeniem umożliwiającym redukcję przestrzeni martwej i łatwe usunięcie pęcherzyków powietrza?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga powyższego.

8) **PYTANIE:** Czy Zamawiający oczekuje strzykawkę z kontrolowaną prędkością wycofania igły do wnętrza tłoka, eliminując tym samym wyciek płynu z igły oraz ze słyszalnym kliknięciem kiedy igła zostanie poprawnie zablokowana?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga powyższego.

**Dotyczy Zadania 5 „Worki resuscytacyjne i maski twarzowe wielorazowego użytku”:**

9) **PYTANIE: poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie worka resuscytacyjnego renomowanej firmy Ambu dla dorosłych wielorazowego użytku, samorozprężalny, silikonowy; przezroczysty; z zaworem bezpieczeństwa 40 cmH<sub>2</sub>O (z możliwością wyłączenia); z rezerwuarem tlenu o objętości 1500 ml lub 2600 ml; objętość worka resuscytatora/wdech 1475/1100 ml; z maską silikonową.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania worków resuscytacyjny opisany powyżej.

10) **PYTANIE: poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie worka resuscytacyjnego renomowanej firmy Ambu dla dzieci wielorazowego użytku, samorozprężalny, silikonowy; przezroczysty; z zaworem bezpieczeństwa 40 cmH<sub>2</sub>O; z rezerwuarem tlenu o objętości 150 0ml lub 2600 ml; objętość worka resuscytatora/wdech 635/450 ml; z maska silikonową.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania worków resuscytacyjny opisany powyżej.

11) **PYTANIE: poz. 3** - Prosimy o dopuszczenie worka resuscytacyjnego renomowanej firmy Ambu dla noworodków wielorazowego użytku, samorozprężalny, silikonowy; przezroczysty; z zaworem bezpieczeństwa 40 cm H<sub>2</sub>O; z rezerwuarem tlenu w postaci worka o objętości 1500 ml; objętość worka resuscytatora/wdech 220/150 ml; z maska silikonową.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania worków resuscytacyjny opisany powyżej.

12) **PYTANIE: poz. 1, 2, 3** - Czy worki resuscytacyjne mają nadawać się w całości do sterylizacji w autoklawie w temp 134 st. C, włącznie z rezerwuarem tlenu?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Zadania 7 „Zestawy do konikopunkcji”:**

13) **PYTANIE:** Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów: Zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierającego: 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez; strzykawkę; skalpel; prowadnice; zakrzywiony rozszerzacz; cewnik (rurkę) do wentylacji-radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15 mm. Cewnik o śr. wewn. 4 mm długość 4,2 cm lub 6 mm długość 7,5 cm; taśmę tracheostomijną).

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zestawów opisanych powyżej.

14) **PYTANIE:** Prosimy o dopuszczenie produktu posiadającego instrukcję użycia w języku angielskim.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

15) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do minitracheotomii „Mini-Trach” zawierający specjalnie zabezpieczony skalpel, który pozwala na wykonanie prawidłowego nacięcia bez ryzyka uszkodzenia tylnej ściany tchawicy; zaoblonny przewodnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli; kaniulę z silikonowanego PCW o średnicy wewnętrznej 4 mm; cewnik do odsysania; łącznik 15 mm; taśmki do mocowania kaniuli do szyi pacjenta. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestaw opisany powyżej.

**16) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do minitracheotomii „Mini-Trach” metodą Seldingera zawierający: specjalnie zabezpieczony skalpel, który pozwala na wykonanie prawidłowego nacięcia bez ryzyka uszkodzenia tylnej ściany tchawicy; igłę Tuohy do przekłucia stożka sprężystego krtani; strzykawkę 10 ml; elastyczną prowadnicę o długości 50 cm, która ułatwia wprowadzenie kaniuli do tchawicy; zaoblone rozszerzadło o długości 7 cm; zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli; kaniulę z silikonowanego PCW o średnicy wewnętrznej 4 mm; cewnik do odsysania; łącznik 15 mm; tasiemki do mocowania kaniuli do szyi pacjenta. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania zestaw opisany powyżej.

**Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy:**

**17) PYTANIE:** Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy wymaga, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta oraz dodatkowo załączył dokument w postaci gwarancji wystawionej przez producenta?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

**18) PYTANIE:** Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary 0,5% za opóźnienie w dostawie oraz 0,3% za opóźnienie w reklamacji do 0,1% wartości brutto za każdy dzień?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR  
*Dr n. med. Karol Bielski*