

Fotel Ginekologiczny - 1 szt.

Producent, typ (model)			
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023), nowy, nieużywane			
Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać)			
Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy dostawy, lecz nie później niż 15.03.2024			
Gwarancja minimum 24 miesiące			
LP.	Opis wymagania	Wartość wymagana	Dane oferenta
1.	Konstrukcja nośna foteli pokryta antybakteryjnym lakierem proszkowym i obudowana osłonami z antybakteryjnego tworzywa	TAK	
2.	Regulacja wysokości siedziska uzyskiwana siłownikiem elektrycznym na napięcie 24 V DC za pomocą sterownika nożnego	TAK	
3.	Regulacje nachylenia oparcia pleców, nachylenia siedziska oraz przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowane płynnie, za pomocą sprężyn gazowych z blokadą	TAK	
4.	Bezszwowa tapicerka	TAK	
5.	Miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej	TAK	
6.	Rolka papieru podkładowego	TAK	
7.	Uchwyt na papier podkładowy za oparciem pleców	TAK	
8.	Listwy do mocowania wyposażenia	TAK	
9.	Podpórki na nogi pacjentki na wysokości kolan wraz z możliwością przypięcia nóg pasami	TAK	
10.	Stabilny i wytrzymały stopień wykonany ze stali, z systemem przeciwpoślizgowym	TAK	
11.	Wielkość stopnia: minimum 50x24x26 [cm] +/- 4 cm	TAK	
12.	Wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Całość wykonana ze stali nierdzewnej	TAK	
13.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK	
14.	Certyfikat CE	TAK	

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Oferent jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Dane oferenta” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

miejsowość, data	
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy	