



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.05.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 11/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3**

1. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z zakresem korekty hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%? Zakresy węższe, tj. 35-60% są niewystarczające do wykonywania pomiarów u niemowląt, dzieci poniżej 6. roku życia i kobiet w ciąży, gdyż fizjologiczne wartości HCT u takich pacjentów mogą być niższe niż 35%.

**Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych, które mogą być przechowywane w temperaturze do 32°C?

**Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

3. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona.

**Odp.: Zamawiający określił kryteria dopuszczające złożenie oferty. Zgodnie z SIWZ.**

**KOMENDANT**

  
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82