

Nasz znak: 8/zp/2022

Odpowiedź nr 18

Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie
im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. - 2022.”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00153098/01
z dnia 2022-05-11

W dniu 16.05.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet 22

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 22 zestawu do pilnego drenażu odmy opłucnowej z systemem wprowadzania typu cewnik na igłę. W skład zestawu wchodzi wzmocniony cewnik 8.5 Fr o długości 6cm, igła introduktora cewnika 15 G, zawór do drenażu klatki piersiowej zapobiegający napływowi powietrza do przestrzeni opłucnowej (zastawka Heimlicha), kranik jednodrożny, rurka łącząca, okrągły dysk jako mocowanie cewnika, strzykawka, przezroczysta taśma.
2. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 22 zestawu cewnika do drenażu odmy opłucnowej Wayne — z użyciem trokaru. Do drenażu prostej, samoistnej, jatrogennej lub wysiłkowej odmy opłucnowej. Cieniodajny materiał, z którego wykonano cewnik, poprawia wizualizację RTG. Mandryn igły jest dostarczany ze wstępnie założonym cewnikiem do drenażu odmy opłucnowej Wayne, co umożliwia wprowadzenie przez bezpośrednie wkłucie. W skład zestawu wchodzi cewnik Pigtail w rozmiarze 14Fr lub 10,2 Fr o długości 29cm, 20 portów bocznych cewnika, trokar 19G o długości 16,5cm, skalpel nr 11, zawór do drenażu klatki piersiowej, winylowy dren łączący.

Odpowiedzi Zamawiającego:

pyt. 1, 2 nie, nie dopuszczamy.

PROKURENT

Elżbieta Głowacka

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. – 2022

Anna Kolasowska
mgr farmacji