

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel. 0-81 / 747-75-11, fax 0-81 / 747-89-11
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL/ZPZ/ED/3411/PN-135/18

Lublin, dnia 08.01.2019 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawa odczynników immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatury.

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytanie:

Pytanie nr 1

Dot. zał nr 6 do SIWZ "Tabela zestawienia parametrów granicznych/ wymagalnych, Opis linii technologicznej SYSTEMU IHC" pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu/ów nie starszych niż z 2016 r, ale użytkowanych obecnie przez Zamawiającego (czyli nie fabrycznie nowych)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dot. zał nr 6 do SIWZ "Tabela zestawienia parametrów granicznych/ wymagalnych, Opis linii technologicznej SYSTEMU IHC" pkt 3 Wymagania dotyczące procesu barwienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaproponowanie aparatu, który dozuje jednolitą ilość odczynnika – 100 µl dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. zał. nr 6 do SIWZ "Tabela zestawienia parametrów granicznych/ wymagalnych, Wymagania Zamawiającego" pkt 2 oraz wzoru umowy par 4 pkt 3 "Termin ważności przeciwciał".

Czy Zamawiający dopuści przeciwciała z minimalnym terminem ważności 6 m-cy od dnia dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dot. zał nr 1 do SIWZ "Kosztorys ofertowy" poz 140

Czy Zamawiającemu chodziło o przeciwciała PD-L1 predykcyjne (wykorzystywane do programu lekowego w leczeniu raka płuc) czy analityczne?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik Nr 1 do SIWZ. Zmieniony załącznik stanowi integralną część niniejszego pisma.

Pytanie nr 5

Dot. zał nr 2 "Wzór umowy" par 7 pkt 2

Ewa Dzw

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie na: "Wykonawca uruchomi oraz podłączy aparaturę oraz przeszkoli personel, zgodnie z postanowieniem niniejszej umowy w terminie do **14 dni** od daty podpisania umowy. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi aparatu w języku polskim"? **Odpowiedź:**
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. zał. nr 1 tabela A1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany w zał. 1 Kosztorys ofertowy

- w kolumnie "Ilość testów" na "Ilość ozn na 24 mce"
- Dodanie kolumny "Ilość op na 24 mce"
- Zmianę nazwy kolumny "Cena jednostkowa brutto" na "Cena za op. brutto".

Jednocześnie prosimy o usunięcie zapisu dot. przedstawienia ceny za jedno badanie immunohistochemiczne + miesięczna opłata za dzierżawę – zał. nr 6 pkt 5.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zmienione załączniki stanowią integralną część niniejszego pisma.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy , paragraf 7, pkt. 6

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis "Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii do serwisu technicznego przez 24 godz. na dobę tj. możliwość zgłaszania awarii non stop tj (możliwość kontaktu telefonicznego z Inżynierem Serwisu/Specjalistą Technicznym" na " Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu tj. możliwość zgłaszania awarii non stop" ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik Nr 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik stanowi integralną część niniejszego pisma.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy , paragraf 7, pkt. 9

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis "Jeżeli ilość napraw wymagających wymiany podzespołów przekroczy liczbę 3 w okresie 12 miesięcy-Wykonawca wstawi/wymieni aparat na nowy , wolny od wad w terminie 14 dni od daty wezwania" na " W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu w okresie 12 miesięcy Wykonawca wymieni wadliwy podzespoł na nowy, wolny od wad"?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 6 do SIWZ , Wymagania Zamawiającego, pkt. 9

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis "Wykonawca zapewni serwis techniczny przez 24 godz. na dobę oraz naprawę aparatu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin" na "Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu tj. możliwość zgłaszania awarii non stop oraz naprawę aparatu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik Nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik stanowi integralną część niniejszego pisma.

Pytanie nr 10

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12**Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy**

Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13**Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy**

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14**Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy**

Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie:

Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15**Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy**

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "zobowiązuje się do wymiany aparatury na wolną od wad" na "zobowiązuje się do wymiany odczynników na wolne od wad"?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik Nr 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik stanowi integralną część niniejszego pisma.

Pytanie nr 16**Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy**

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17**Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy**

Par. 6 ust. 1 lit. a-b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 6 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 6 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie wykonania zastępczego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 6 ust. 1 lit. c, lit. e, Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyło niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik Nr 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik stanowi integralną część niniejszego pisma.

Pytanie nr 23

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 7 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 7 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Par. 14 Czy Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zleca w umowie przetwarzania danych. Przedmiotem umowy jest dzierżawa aparatu, na którym to zamawiający przetwarza dane osobowe wewnątrz swojego systemu informatycznego. Zamawiający uważa, że w tym przypadku wystarczy do umowy dołączyć klauzulę o zachowaniu poufności wraz z listą imienną serwisantów, którzy będą mieli dostęp do systemu informatycznego Zamawiającego.

Dyrektor
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
dr Jerzy Kuliński

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

mgr Marięna Koziej

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

mgr Dariusz Ewa Dorosz